

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: 10FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 600ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (200)

2 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 600ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100)

3 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: 18FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 600ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100)

4 - Cânula orofaríngea guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 0, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

5 - Cânula orofaríngea guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 1, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

6 - Cânula orofaríngea guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 2, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

7 - Cânula orofaríngea guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 3, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

8 - Cânula orofaríngea guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 4, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100)

9 - Cânula orofaríngea guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 5, Esterelidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (180)

10 - Cânula orofaríngea guedel**Descrição Detalhada:** Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 6**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Quantidade Mínima Cotada:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 200**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100)**11 - Cânula de traqueostomia****Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 6MM, Acessórios: Mandril Com Guia, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5)**12 - Cânula de traqueostomia****Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 5MM, Acessórios: Mandril Com Guia, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5)**13 - Cânula de traqueostomia****Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 7MM, Acessórios: Mandril Com Guia, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5)**14 - Cânula de traqueostomia****Descrição Detalhada:** Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 8MM, Acessórios: Mandril Com Guia, Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5)

15 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 9MM, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100)

16 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 10MM, Acessórios: Mandril Com Guia, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (110)

17 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 11MM, Acessórios: Mandril Com Guia, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (110)

18 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Metal, Diâmetro: 12MM, Acessórios: Mandril Com Guia, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (110)

19 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (75)

20 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 3,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

21 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

22 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

23 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

24 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterelidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

25 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (18)

26 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

27 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (10)

28 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc Siliconizado, Tipo: S/ Balão, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (15)

29 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 5,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

30 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc Siliconizado, Tipo: S/ Balão, Diâmetro: Cerca De 6,0MM, Características Adicionais*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

31 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 6,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (18)

32 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 6,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

33 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 7,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

34 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Modelo: Longa, Diâmetro: 7,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador, Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

35 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 8,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

36 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 8,5MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

37 - Cânula de traqueostomia

Descrição Detalhada: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9,0MM, Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

38 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (250)

39 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (250)

40 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (250)

41 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Borracha, Dimensões: Cerca De 25 Mm X 30CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (250)

42 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Borracha, Calibre: 10FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

43 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Borracha, Calibre: 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

44 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Borracha, Calibre: 14FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

45 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Borracha, Calibre: 16FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

46 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Borracha, Calibre: 18FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

47 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Borracha, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

48 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 10FRENCH, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (192)

49 - Aspirador Manual

Descrição Detalhada: Aspirador Manual Modelo: Intrauterino, Tipo: Seringa, Componente: Válvula Dupla, Volume: Cerca De 60 MI, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

50 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 1000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

51 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (20)

52 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

53 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

54 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000 ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (50)

55 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (56)

56 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (56)

57 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (56)

58 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (100)

59 - Sistema Coletor Para Dreno De Tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2000ML, Vedação: Tampa Rosqueável 3 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (150)

60 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 24FRENCH, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100ML, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (500)

61 - Sistema coletor para dreno de tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 250 ML, Vedação: Tampa Rosqueável 2 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

62 - Sistema coletor para dreno de tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 250 ML, Vedação: Tampa Rosqueável 2 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

63 - Sistema coletor para dreno de tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 250 ML, Vedação: Tampa Rosqueável 2 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

64 - Sistema coletor para dreno de tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 500 ML, Vedação: Tampa Rosqueável 2 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

65 - Sistema coletor para dreno de tórax

Descrição Detalhada: Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água, Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 500 ML, Vedação: Tampa Rosqueável 2 Vias, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (30)

66 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 6MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (90)

67 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 7MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (90)

68 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 8MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (90)

69 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 9MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (90)

70 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 10MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (90)

71 - Cânula aspiração manual intra-uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 12MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (90)