

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (31), Catalão/GO (78), Divinópolis/MG (78)

2 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 16 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2923

Quantidade Mínima Cotada: 2923

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5846

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (487), Catalão/GO (468), Divinópolis/MG (468), Rio de Janeiro/RJ (1500)

3 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 17 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1949

Quantidade Mínima Cotada: 1949

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3898

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (325), Catalão/GO (62), Divinópolis/MG (62), Uberlândia/MG (1500)

4 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 18 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206

Quantidade Mínima Cotada: 206

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 412

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (34), Catalão/GO (62), Divinópolis/MG (62), Rio de Janeiro/RJ (48)

5 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 27 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril E Guia Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13374

Quantidade Mínima Cotada: 13374

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26748

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2229), Catalão/GO (2340), Divinópolis/MG (2340), Rio de Janeiro/RJ (1965), Uberlândia/MG (4500)

6 - Agulha coleta sangue à vácuo

Descrição Detalhada: Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 21 G X 1 1/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165840

Quantidade Mínima Cotada: 165840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 331680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (27640), Catalão/GO (35100), Divinópolis/MG (35100), Rio de Janeiro/RJ (18000), Uberlândia/MG (50000)

7 - Agulha coleta sangue à vácuo

Descrição Detalhada: Agulha Coleta Sangue À Vácuo Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1 1/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 453024

Quantidade Mínima Cotada: 453024

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 906048

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (75504), Catalão/GO (188760), Divinópolis/MG (188760)

8 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante, Dimensões: Cerca De 22 G X 15MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50), Catalão/GO (125), Divinópolis/MG (125)

9 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 10ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2905536

Quantidade Mínima Cotada: 2905536

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5811072

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (484256), Catalão/GO (575640), Divinópolis/MG (575640), Rio de Janeiro/RJ (270000), Uberlândia/MG (1000000)

10 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 20ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1009248

Quantidade Mínima Cotada: 1009248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2018496

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (168208), Catalão/GO (143520), Divinópolis/MG (143520), Rio de Janeiro/RJ (54000), Uberlândia/MG (500000)

11 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 20ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 506496

Quantidade Mínima Cotada: 506496

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1012992

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (84416), Catalão/GO (84240), Divinópolis/MG (84240), Rio de Janeiro/RJ (183600), Uberlândia/MG (70000)

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 80CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 374

Quantidade Mínima Cotada: 374

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 748

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (62), Catalão/GO (156), Divinópolis/MG (156)

13 - Avental cirúrgico - paramentação

Descrição Detalhada: Avental Cirúrgico - Paramentação Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana E Viral, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca De 50G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha, Tamanho: Extra Grande (Xg), Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura, Característica: Cartão De Fechamento Asséptico, Adicional: C/ Toalha De Mão, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1123

Quantidade Mínima Cotada: 1123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2246

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (187), Catalão/GO (468), Divinópolis/MG (468)

14 - Avental Procedimento - Paramentação

Descrição Detalhada: Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca De 50G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha, Tamanho: Grande (G), Cor: C/ Cor, Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29376

Quantidade Mínima Cotada: 29376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58752

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4896), Catalão/GO (6240), Divinópolis/MG (6240), Goiânia/GO (12000)

15 - Luva Cirúrgica

Descrição Detalhada: Luva Cirúrgica Material: Borracha Sintética, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: N° 6,5, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12350

Quantidade Mínima Cotada: 12350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 24700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2058), Catalão/GO (1560), Divinópolis/MG (1560), Juiz de Fora/MG (72), Rio de Janeiro/RJ (6200), Uberlândia/MG (900)

16 - Luva Cirúrgica

Descrição Detalhada: Luva Cirúrgica Material: Borracha Sintética, Superfície: Superfície Texturizada, Formato: Anatômico, Pó: Sem Pó, Cor: C/ Cor, Tamanho: N° 8,0, Apresentação: Em Par, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15466

Quantidade Mínima Cotada: 15466

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 30932

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2578), Catalão/GO (94), Divinópolis/MG (94), Rio de Janeiro/RJ (12100), Uberlândia/MG (600)

17 - Máscara Cirúrgica

Descrição Detalhada: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1287984

Quantidade Mínima Cotada: 1287984

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2575968

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (214664), Catalão/GO (134160), Divinópolis/MG (134160), Goiânia/GO (800000), Rio de Janeiro/RJ (5000)

18 - Máscara Cirúrgica

Descrição Detalhada: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2533968

Quantidade Mínima Cotada: 2533968

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5067936

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (422328), Catalão/GO (268320), Divinópolis/MG (268320), Juiz de Fora/MG (190000), Rio de Janeiro/RJ (385000), Uberlândia/MG (1000000)

19 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Tipo Concha, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Adicional: Carvão Ativado, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: S/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3650

Quantidade Mínima Cotada: 3650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (608), Catalão/GO (546), Divinópolis/MG (546), Rio de Janeiro/RJ (1950)

20 - Óculos de proteção individual

Descrição Detalhada: Óculos De Proteção Individual Material Armação: Policarbonato, Material Lente: Policarbonato, Tipo Lente: Antiembaçante, Modelo Lentes: Apoio Nasal Com Proteção Lateral, Características Adicionais: Incolor/Haste Tipo Espátula Regula Comprimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7700

Quantidade Mínima Cotada: 7700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1283), Catalão/GO (3120), Divinópolis/MG (3120), Goiânia/GO (177)

21 - Protetor facial

Descrição Detalhada: Protetor Facial Material: Policarbonato, Cor: Incolor, Comprimento: 200MM, Material Coroa: Plástico, Características Adicionais: Coroa Ajustável E Articulada, Tipo Fixação: Carneria Regulável Por Catraca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (31), Catalão/GO (78), Divinópolis/MG (78)

22 - Luva borracha

Descrição Detalhada: Luva Borracha Material: Látex Natural, Tamanho: Grande, Cor: Verde, Características Adicionais: Palma/Dedos Antiderrapantes, Interior Liso/Talcado, Tipo: Cano Longo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3127

Quantidade Mínima Cotada: 3127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 6254

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (521), Catalão/GO (1123), Divinópolis/MG (1123), Rio de Janeiro/RJ (360)

23 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Neoprene, Tamanho: 10, Aplicação: P/Proteção Térmica (Altas Temperaturas), Características Adicionais: Forro Isolante C/Dupla Camada De Algodão, Comprimento: 35,5CM, Modelo: Palma Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 362

Quantidade Mínima Cotada: 362

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 724

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60), Catalão/GO (16), Divinópolis/MG (16), Rio de Janeiro/RJ (270)

24 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: P/ Gônadas, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Cerca 30 X 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6), Catalão/GO (16), Divinópolis/MG (16)