



RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23528.001337/2026-35 - PR 90035/2026 - HUOL

Gestora: 4000 - HUOL

Assunto: PREGÃO Nº.: 90035/2026 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE QUÍMICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DO SUOR, COM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMODATO

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

Objeto Detalhado: Aquisição de reagente químico para realização de Teste do Suor, com eventual necessidade de comodato

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
LOTE/GRUPO 1: Sistema para a realização de Teste do Suor composto pelo Indutor de Suor que produz a iontoforese, coletor de suor e analisador condutimétrico.					
1	3011000001460 CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA TESTE DO SUOR. COMPONENTES: 12 DISCOS DE PILOCARPINA, 6 COLETORES, 6 RECIPIENTES SELÁVEIS. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-032, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. CÓD. EBSEH: EBS09028. CATMAT: 451006. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	UNIDADE	340	0	340
2	3011000001462 ELETRODO CONDUTOR DE PRATA NEGATIVO/CÁTODO (PRETO), PARA TESTE DO SUOR; COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: RP-482, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. CÓD. EBSEH: EBS09035. CATMAT: 448531. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	UNIDADE	5	0	5
3	3011000001461 ELETRODO CONDUTOR DE PRATA POSITIVO/ÂNODO (VERMELHO), PARA TESTE DO SUOR; COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: RP-481, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. CÓD. EBSEH: EBS09038. CATMAT: 448531. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	UNIDADE	5	0	5
4	3011000001463 ELETRODO DE MEDIÇÃO DE DUPLA PONTA PARA TESTE DO SUOR; COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: RP-483, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. CÓD. EBSEH: EBS09034. CATMAT: 473312. Quant. Int. 155013 - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL	UNIDADE	5	0	5

KIT REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM TESTE DO SUOR. COMPONENTES: SOLUÇÃO DE GELATINA E SOLUÇÕES TAMPÃO. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-248 (37 SOLUÇÕES), OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO.

A UNIDADE REFERE-SE A CAIXA COM 37 FRASCOS. CÓD. EBSERH: EBS09105. CATMAT: 380452.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 5

SOLUÇÃO PADRÃO PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM TESTE DO SUOR, CONTENDO 100 MMOL/L DE NACL EM ÁGUA. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-251, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. APRESENTAÇÃO: AMPOLAS DE 10 ML.

A UNIDADE REFERE-SE A CAIXA COM 10 AMPOLAS. CÓD. EBSERH: EBS09183. CATMAT: 451026.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 5

SOLUÇÕES CONTROLE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM TESTE DO SUOR. COMPONENTES: 3 NÍVEIS DE CONTROLE COM CERCA DE 40 MMOL/L, 70 MMOL/L E 130 MMOL/L. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-150, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO AMPOLAS DOS 3 NÍVEIS.

A UNIDADE REFERE-SE A CAIXA COM 12 AMPOLAS DE CADA NÍVEL (1, 2 E 3). CÓD. EBSERH: EBS09179. CATMAT: 451028.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 5