

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoscópio Flexível			
Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Broncoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 1,2 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 600 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° - Baixo 130°, Esterilidade: Reprocessável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (140)		

2 - Endoscópio Flexível			
Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Broncoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,0 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 600 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° - Baixo 130°, Esterilidade: Reprocessável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	260
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (130)		

3 - Endoscópio Flexível			
Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Broncoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Videoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 100° A 120°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 2,8 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 600 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 180° - Baixo 130°, Esterilidade: Reprocessável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	260
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (130)		

4 - Torneirinha			
Descrição Detalhada: Torneirinha Modelo: Manifold C/ 3 Torneiras, Vias: 5 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (600)		

5 - Filtro Terapia Respiratória

Descrição Detalhada: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hmef, Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrofóbico E Higroscópico, Componente: Conexões Padrão C/ Via P/ Capnografia, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (290)

6 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc Aramado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 9,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

7 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 18 G, Comprimento Agulha: Cerca De 5" - 130 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 124

Quantidade Mínima Cotada: 124

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 248

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (124)

8 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: Débito Cardíaco E/Ou Pressão Intravascular, Material 1: Polímero, Modelo: P/ Catéter De Termodiluição, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (260)

9 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 22 G, Comprimento Agulha: Cerca De 7" - 180 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril E Guia Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (98)

10 - Tubo supraglótico

Descrição Detalhada: Tubo Supraglótico Tipo: Cânula Nasofaríngea, Material*: Pvc Flexível, Tamanho*: 8,0MM, Esterilidade*: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

11 - Eletrodo uso médico

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização De Débito Cardíaco, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 4 Eletrodos Duplos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (540)

12 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Aplicação: Transesofágico, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

13 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Linear, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

14 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Setorial Cardíaco, Faixa Frequência: C/ Faixa Frequência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

15 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

16 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Aplicação: Transesofágico, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

17 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Linear, Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

18 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Setorial Cardíaco, Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

19 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Transdutor Uso Médico Compatível: P/ Ultrassom, Modelo: Multifrequencial De Banda Larga, Formato: Curvo, Convexo, Faixa Freqüência: C/ Faixa Freqüência Ajustável, Componente Adicional: C/ Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

20 - Medidor

Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal, Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço, Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o, Características Adicionais: Monitor Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

21 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Modelo: De Testa, Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Adulto, Tipo De Fixação: Adesivo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)