

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

2 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

3 - Escova limpeza - cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 220CM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

4 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

5 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cesta C/ 4 Fios, Dimensões: 2 X 4CM, Comprimento: Cerca De 200CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: P/ Calculos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

6 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cesta C/ 4 Fios, Dimensões: 2 X 4CM, Comprimento: Cerca De 200CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: P/ Calculos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

7 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: Sem Ponta (Pré-Corte), Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 5MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

8 - Reagente Analítico 1

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 1 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Quantitativo II-1 Beta De Rato, Apresentação: Teste, Característica Adicional: Elisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

9 - Material Especial P/ Endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Endoprótese Luminal, Tipo 1: Sistema Introdutor P/ Stent Não Metálico, Dimensões: P/ Canal Cerca De 4,2 Mm X 200CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Conjunto Completo, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

10 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Dimensões: Cerca De 11,5 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

11 - Material Especial P/ Endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Endoprótese Luminal, Tipo 1: Sistema Introduutor P/ Stent Não Metálico, Dimensões: P/ Canal Cerca De 4,2 Mm X 200CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Conjunto Completo, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

12 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Agulha, Comprimento Corte: Cerca De 5MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

13 - Escova

Descrição Detalhada: Escova P/ Citologia Tipo Uso: Descartável, Estéril, Uso: Citologia Biliar, Características Adicionais: Duplo Canal, Montada Em Cateter 2,6mm; P/ Guia 0,035", Diâmetro: 3MM, Aplicação: Marcações Distais Radiopacas, Sistema Retração, Comprimento: 200CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (52)

14 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Sem Isolamento, Comprimento Corte: Cerca De 30MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

15 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 10 X 30MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

16 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Hexagonal, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 15MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

17 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Naso Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 300 Cm, Componente 1: Fio Guia Revestido Ptfte, Adicionais: Extensor, Conector E Tubo Nasal, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

18 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Componente: Montada Em 2 Cilindros C/ Cerca De 6 Unidades Cada, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (300)

19 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

20 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

21 - Material Especial P/ Endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Endoprótese Luminal, Tipo 1: Sistema Introdutor P/ Stent Não Metálico, Dimensões: P/ Canal Cerca De 4,2 Mm X 200CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Conjunto Completo, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

22 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente II: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

23 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (36)

24 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (120)

25 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 10MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (52)

26 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 25MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

27 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 25MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

28 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Sonda, Diâmetro Ponta: Cerca De 2MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 320 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: C/ Conexão P/ Coagulador Por Plasma De Argônio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

29 - Anuscópio

Descrição Detalhada: Anuscópio Material: Plástico, Corpo: Reto Fechado, Dimensões: Cerca De 9cm X 35MM, Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (180)

30 - Elemento filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Fibra Celulose, Espessura: 25MICROM, Comprimento: 248MM, Diâmetro Externo: 65MM, Aplicação: Filtro Poço Artesiano, Características Adicionais: Agregado Com Resina Melamínica, Cartucho Ap111 H/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

31 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 2MM, Haste: Haste Liga Metálica, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

32 - Escova

Descrição Detalhada: Escova P/ Citologia Tipo Uso: Descartável, Estéril, Uso: Citologia Biliar, Características Adicionais: Duplo Canal, Montada Em Cateter 2,6mm; P/Guia 0,035", Diâmetro: 3MM, Aplicação: Marcações Distais Radiopacas, Sistema Retração, Comprimento: 200CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

33 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 6 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Compatível: Compatível C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

34 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (30)

35 - Clipador

Descrição Detalhada: Clipador Uso Médico Aplicação*: P/ Endoscopia, Haste: Manopla Em Polímero, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230CM, Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8FRENCH, Tipo Uso*: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (200)

36 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Material: Tungstênio E Ouro, Uso: Uso C/ Cateter 6fr, Cerca De 50cm, Diâmetro: 25MM, Comprimento: 65CM, Tipo: Tipo Laço 90°, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

37 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Material: Tungstênio E Ouro, Uso: Uso C/ Cateter 6fr, Cerca De 50cm, Diâmetro: 25MM, Comprimento: 65CM, Tipo: Tipo Laço 90°, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (15)

38 - Anuscópio

Descrição Detalhada: Anuscópio Material: Plástico, Corpo: Reto Fechado, Dimensões: Cerca De 9cm X 35MM, Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Mínima Cotada: 380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 760

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (380)

39 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios, Calibre: Cerca De 3FRENCH, Comprimento: Cerca De 90CM, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (300)

40 - Reagente para diagnóstico clínico*

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Helicobacter Pylori, Método: Imunocromatografia, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1100)

41 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptfе, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 624

Quantidade Mínima Cotada: 624

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1248

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (624)

42 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Amniocentese, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante, Dimensões: Cerca De 22 G X 90MM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (70)

43 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

44 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (250)

45 - Material Especial P/ Endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Endoprótese Luminal, Tipo 1: Sistema Introduzor P/ Stent Não Metálico, Dimensões: P/ Canal Cerca De 4,2 Mm X 200CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Conjunto Completo, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (8)

Grupo: G1

46 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Formato: C/ Duplo Pigtail, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introduzor, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 2 A 15CM, Componente li: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (14)

47 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,025", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

48 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introduzor Pré-Carregado Flexível, Diâmetro: 8MM, Comprimento: 4CM, Componente li: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

Grupo: G1

49 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Componente: Cateter Polímero Ponta Padrão, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 200 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

50 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Componente: Cateter Polímero Duplo Lúmen, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 200 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

51 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

52 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

53 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

54 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

55 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 16 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 2,8 mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (52)

56 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esofágico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 18 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Ponta Flexível Atraumática, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 3,2mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

57 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Pancreática, Formato: Reto, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 2 A 15 Cm, Componente I: Ancoradores Externos Nas Extremidades, Componente II: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (24)

58 - Clipador

Descrição Detalhada: Clipador Uso Médico Aplicação*: P/ Endoscopia, Modelo*: Carregado C/ Clip Aço Inoxidável, Haste: Manopla Em Polímero, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230CM, Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8FRENCH, Tipo Uso*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (250)

59 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, C/ Rede Coletora, Diâmetro Ponta: Cerca De 30MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

60 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Manometria, Material: Polímero, Vias: C/ 8 Canais E 1 Lúmen Central, Tamanho: Tubo De 4 Mm, Graduação: Graduada, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

61 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Phmetria, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Vias: C/ 2 Canais, Tamanho: Tamanho Adulto, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (20)

62 - Gel

Descrição Detalhada: Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Características Adicionais: Ph Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

63 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vias Biliares, Material: Polímero, Modelo: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Tipo Ponta: Cateter C/ Ponta Afilada, Diâmetro: Cerca De 7 A 12 Fr, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 4,2 Mm X 200 Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

64 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vias Biliares, Material: Polímero, Modelo: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Tipo Ponta: Cateter C/ Ponta Afilada, Diâmetro: Cerca De 7 A 12 Fr, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 4,2 Mm X 200 Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

65 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vias Biliares, Material: Polímero, Modelo: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Tipo Ponta: Cateter C/ Ponta Afilada, Diâmetro: Cerca De 7 A 12 Fr, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 4,2 Mm X 200 Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

66 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Vias Biliares, Material: Polímero, Modelo: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Tipo Ponta: Cateter C/ Ponta Afilada, Diâmetro: Cerca De 7 A 12 Fr, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 4,2 Mm X 200 Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

67 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha C/ Espícula, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

68 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfago E Píloro, Material: Polímero, Dimensão Balão: 10 A 20 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 230CM, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (50)

69 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,021", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (25)

70 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Para Acalásia, Material: Polímero, Dimensão Balão: 30 A 40 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 5MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 100CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: C/ 3 Marcas Radiopacas, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,047", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (60)

71 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (75)

72 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

73 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (150)

74 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Calibre: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: C/ Canal Auxiliar P/ Fio Guia, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (100)

75 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios, Calibre: 2,4FRENCH, Componentes Adicionais: C/ Manola Em Polietileno, Aplicação: P/ Calculos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (40)

76 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Controle Manual, Tipo Uso: Uso C/ Monitores Cirúrgicos P/ Sala De Operações

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (5)

77 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Indigo Carmim, Aspecto Físico: Líquido, Concentração: Solução A 0,5%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 6,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (72)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Material Especial P/ Endoscopia	8	Unidade
48	Endoprótese luminal	24	Unidade