

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96118/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9360 **Quantidade Mínima Cotada:** 9360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1560), Rio de Janeiro/RJ (7800)

2 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24), Rio de Janeiro/RJ (120)

3 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 3MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 240CM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6480 **Quantidade Mínima Cotada:** 6480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1080), Rio de Janeiro/RJ (5400)

4 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 2MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 160CM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720 **Quantidade Mínima Cotada:** 720

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120), Rio de Janeiro/RJ (600)

5 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8237

Quantidade Mínima Cotada: 8237

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16474

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1373), Rio de Janeiro/RJ (6864)

6 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha Fenestrada, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 180 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 648

Quantidade Mínima Cotada: 648

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1296

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (108), Rio de Janeiro/RJ (540)

7 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, C/ Rede Coletora, Diâmetro Ponta: Cerca De 30MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48), Rio de Janeiro/RJ (240)

8 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, C/ Rede Coletora, Diâmetro Ponta: Cerca De 30MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (48)

9 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Jacaré, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Quantidade Mínima Cotada: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 864

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (72), Rio de Janeiro/RJ (360)

10 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Dente De Rato, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (48)

11 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 10MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1152

Quantidade Mínima Cotada: 1152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2304

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (192), Rio de Janeiro/RJ (960)

12 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 25MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1152

Quantidade Mínima Cotada: 1152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2304

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (192), Rio de Janeiro/RJ (960)

13 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 30MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 864

Quantidade Mínima Cotada: 864

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1728

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (144), Rio de Janeiro/RJ (720)

14 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 40MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 1: C/ Injetor, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24), Rio de Janeiro/RJ (120)

15 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Assimétrica, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 25MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14), Rio de Janeiro/RJ (72)

16 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptfé, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Quantidade Mínima Cotada: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120), Rio de Janeiro/RJ (600)

17 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptfé, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Quantidade Mínima Cotada: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 864

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (72), Rio de Janeiro/RJ (360)

18 - Adesivo cirúrgico

Descrição Detalhada: Adesivo Cirúrgico Princípio Ativo: De N-Butil-2-Cianoacrilato, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade*: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36), Rio de Janeiro/RJ (180)

19 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Componente: Montada Em Cilindro C/ Cerca De 6 Unidades, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60), Rio de Janeiro/RJ (300)

20 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 24FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48), Rio de Janeiro/RJ (240)

21 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60), Rio de Janeiro/RJ (300)

22 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Sengstaken-Blakemore, Material: Borracha, Vias: 3 Vias, Calibre: Nº 16, Comprimento: Cerca 100CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico), Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Rio de Janeiro/RJ (25)

23 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Sengstaken-Blakemore, Material: Borracha, Vias: 3 Vias, Calibre: Nº 18, Comprimento: Cerca 100CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico), Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

24 - Clipador

Descrição Detalhada: Clipador Uso Médico Aplicação*: P/ Endoscopia, Modelo*: Carregado C/ Clip Aço Inoxidável, Haste: Manopla Em Polímero, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230CM, Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8FRENCH, Tipo Uso*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 518

Quantidade Mínima Cotada: 518

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1036

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (86), Rio de Janeiro/RJ (432)

25 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Irrigada, Tamanho Ponta: Cerca De 8MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (48)

26 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Sonda, Diâmetro Ponta: Cerca De 2MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 320 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: C/ Conexão P/ Coagulador Por Plasma De Argônio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7), Rio de Janeiro/RJ (36)

27 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Endoscópico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 35 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 3,5 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 90CM, Acessórios: Conector Luer Lock, Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas Em Platina, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

28 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Endoscópico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 30 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 3,5 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 90CM, Acessórios: Conector Luer Lock, Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas Em Platina, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

29 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Compatível: Compatível C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14), Rio de Janeiro/RJ (72)

30 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 12 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14), Rio de Janeiro/RJ (72)

31 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfago E Píloro, Material: Polímero, Dimensão Balão: 12; 13,5 E 15 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14), Rio de Janeiro/RJ (72)

32 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 16 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (48)

33 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 20 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14), Rio de Janeiro/RJ (72)

34 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (19), Rio de Janeiro/RJ (96)

35 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Esofágica, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido Parcialmente C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 20MM, Comprimento: De 8 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

36 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Esofágica, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido Parcialmente C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 20MM, Comprimento: De 8 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

37 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Esofágica, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido Parcialmente C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 20MM, Comprimento: De 8 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

38 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Esofágica, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 20MM, Comprimento: De 8 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

39 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Esofágica, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 20MM, Comprimento: De 8 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

40 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Esofágica, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 20MM, Comprimento: De 8 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

41 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Duodenal, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Aço Inoxidável E Nitinol, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 22MM, Comprimento: De 6 A 12CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

42 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Duodenal, Modelo: Autoexpansível, Material Estrutura: Aço Inoxidável E Nitinol, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Corpo Cerca De 22MM, Comprimento: De 6 A 12CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

43 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Enteral, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Formato: Malha Tubular, Estrutura: Metálica Não Recoberta, Material Estrutura: Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 10fr, Pré-Carregado, Comprimento: 9CM, Dimensões: 22 X 27 Mm, Componente: Área De Trabalho 230cm, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

44 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: P/ Pseudocisto Pancreático, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido C/ Silicône, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Cerca 10 A 15MM, Comprimento: Cerca 10MM, Características Adicionais: Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

45 - Agulha Biópsia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Cortante - Fnb, Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 8 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

46 - Agulha Biópsia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Cortante - Fnb, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14), Rio de Janeiro/RJ (72)

47 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 2 Mm, Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38), Rio de Janeiro/RJ (192)

48 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Sem Isolamento, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38), Rio de Janeiro/RJ (192)

49 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 450CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38), Rio de Janeiro/RJ (192)

50 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,021", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (48)

51 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 2,5 X 5CM, Comprimento: 180CM, Adicionais: Montado Em Cateter Triplo Lúmen, Compatível: Acoplável A Manopla De Litotritor, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38), Rio de Janeiro/RJ (192)

52 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Calibre: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: C/ Canal Auxiliar P/ Fio Guia, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38), Rio de Janeiro/RJ (192)

53 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Pancreática, Formato: Reto, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introduzidor, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 2 A 15 Cm, Componente I: Ancoradores Externos Nas Extremidades, Componente II: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Rio de Janeiro/RJ (25)

54 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Recoberta, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8,5 fr, Pré-Carregado, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 6CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (48)

55 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

56 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24), Rio de Janeiro/RJ (120)

57 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Cesta (Basket) Hexagonal, Tipo Fio: 8 Fios De Nitinol, Diâmetro Ponta: Cerca De 15MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 1,5 Mm X 280 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1), Rio de Janeiro/RJ (6)

58 - Material especial p/ endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Enteroscopia, Uso Em Endoscópio Flexível, Material: Polímero, Tipo 1: Sobretubo Tipo Overtube, Adicionais: C/ Vedação P/ Insuflação, Dimensões: P/ Canal Cerca De 3,2 Mm X 25CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (10)

59 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 20 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (10)

60 - Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido

Descrição Detalhada: Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 7 Mm, Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo Ponta: Ponta Curva, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 45 Cm, Haste: Haste Articulável, C/ Manopla, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Bipolar, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (8)

61 - Reservatório coletor - uso médico

Descrição Detalhada: Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido Transparente, Volume: C/ 4 Compartimentos, Fechamento: Tampa Plástica C/ 2 Vias E Extensão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (48)

62 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Azul De Metileno, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 52015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Quantidade Mínima Cotada: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 30,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 346

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (29), Rio de Janeiro/RJ (144)

63 - Tinta nanquim

Descrição Detalhada: Tinta Nanquim Material: Álcool, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48), Rio de Janeiro/RJ (240)

64 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Indigo Carmim, Aspecto Físico: Líquido, Concentração: Solução A 0,5%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Quantidade Mínima Cotada: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 6,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 346

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (29), Rio de Janeiro/RJ (144)

65 - Peça para videoscópio

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Para Videoscópio Tipo Uso: P/ Videogastrosκόpio Olympus, Tipo*: Borracha P/ Válvula De Canal De Biópsia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24), Rio de Janeiro/RJ (120)

66 - Peça para videoscópio

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Para Videoscópio Tipo Uso: P/ Videogastrosκόpio Olympus, Tipo*: Borracha P/ Válvula De Canal De Biópsia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24), Rio de Janeiro/RJ (120)

67 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Bentonina Sódica, Componentes: Pó, Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação, Esterilidade*: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12), Rio de Janeiro/RJ (60)

68 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 1,5 Mm X 280 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

69 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Cateter Spray, Tipo Ponta: P/ Pulverizar Solução, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24), Rio de Janeiro/RJ (120)

70 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Componente: Cateter Polímero Duplo Lúmen, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 200 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (10)

71 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 10 X 30MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14), Rio de Janeiro/RJ (72)

72 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 12FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

73 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Comprimento: Cerca 2CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

74 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 16FRENCH, Comprimento: Cerca 2CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

75 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 18FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

76 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

77 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 12FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

78 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 16FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

79 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 18FRENCH, Comprimento: Cerca 2CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)

80 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 12FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

81 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 14FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

82 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 16FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

83 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 18FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

84 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Vias: 3 Vias, Calibre: 20FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5), Rio de Janeiro/RJ (24)

85 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, P/ Endoscópio, Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Cerca De 200CM, Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Graduado, Radiopaco, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7), Rio de Janeiro/RJ (36)

86 - Peça para videoscópio

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Para Videoscópio Tipo*: Capa Da Ponta Distal, Compatibilidade: Compatível C/ Videogastrososcópio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 576

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48), Rio de Janeiro/RJ (240)

87 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 1,5 Mm X 280 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (12)