

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 55 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	60
Quantidade Total:	60	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (60)		

2 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 3 Fios, Calibre: Cerca De 3 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	60
Quantidade Total:	60	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (60)		

3 - Peça / componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Bolsa lônica, Aplicação 3: Compatível Com Sistema De Litotripsia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	60
Quantidade Total:	60	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (60)		

4 - Peça / componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Bolsa lônica, Aplicação 3: Compatível Com Sistema De Litotripsia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	30
Quantidade Total:	30	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (30)		