



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - FLORIANÓPOLIS / SC
HU - Divisão de Material - Controle e Planejamento
DDD(048) Fone: 3721-8048 FAX: 3234-1016

Almoxarifado: 4010 - Seção de Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA PEDIDO Nº: 0098/2026

Item	Material	Descrição / Modificador / Especificação	Und	Qtidade
1	14664	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS USO ÚNICO, COM CÂMARA DUPLA, (CATMAT: 610183) CÂMARA SUPERIOR COM FILTRO DE 170 A 240 MICRAS, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL. LINHA DE SUPRIMENTO COM PONTA PERFURANTE MULTIAJUSTÁVEL COM PROTETOR. LINHA DO PACIENTE COM REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLDANA (CLAMP ROLETE) E CONECTOR MULTIAJUSTÁVEL TIPO LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA E QUE POSSIBILITE A RETIRADA DO AR SEM DESCONECTAR A TAMPA E SEM ESCAPE DE SANGUE DURANTE A RETIRADA DA MESMA. COMPRIMENTO APROXIMADO DE TODO SISTEMA 145 A 165cm. TODO O SISTEMA DEVE SER: RESISTENTE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, DE FÁCIL MANUSEIO, POSSUIR FLEXIBILIDADE SEGURA E OFERECER SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM SEGURA E DE FÁCIL ABERTURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE CONFORME ABNT(EBS00526). ANÁLISE TÉCNICA: UHHO.	un	2000

Florianópolis, 8 de maio de 2026.