

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (700)

2 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (500)

3 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Ponta: Ponta Metal, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (700)

4 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Ponta: Ponta Metal, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

5 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 3,5CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3000)

6 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,5CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2500)

7 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (600)

8 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,5CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

9 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 5,0CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (180)

10 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 5,0CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

11 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Mamária - Im, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1400)

12 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (400)

13 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (520)

14 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3000)

15 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Fluxo Contínuo, Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Curva Dupla, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 90CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (6500)

16 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Renal - Rdc, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

17 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (250)

18 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (400)

19 - Cateter P/ Hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2600)

20 - Cateter Central

Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável, Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero, Diâmetro: Introduutor Cerca 5 Fr, Comprimento: Até 100CM, Componente: Kit Introduutor Completo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

21 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3500)

22 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (300)

23 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (12000)

24 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2500)

25 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 13 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3200)

26 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (4800)

27 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1400)

28 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 16 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,021", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5000)

29 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 16 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (8200)

30 - Material Especial Cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (7000)

31 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 200ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3500)

32 - Seringa Para Bomba

Descrição Detalhada: Seringa Para Bomba Aplicação: Compatível C/ Injetora Contraste, Até 300 Psi, Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca 60ML, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1500)

33 - Seringa Para Bomba

Descrição Detalhada: Seringa Para Bomba Aplicação: Compatível C/ Injetora Contraste, Até 300 Psi, Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca 200ML, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (3500)

34 - Seringa Para Bomba

Descrição Detalhada: Seringa Para Bomba Aplicação: Compatível C/ Injetora Contraste, Até 1200 Psi, Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca 200ML, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2000)

35 - Torneirinha

Descrição Detalhada: Torneirinha Modelo: Manifold C/ 3 Torneiras, Vias: 5 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (12000)