

5 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante, Tipo: Corte Moderado, Diâmetro: 2,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

6 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante, Tipo: Corte Moderado, Diâmetro: 1,0 MM, Comprimento Haste: 70 MM, Encaixe: Encaixe Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

7 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Redonda, Tipo: Corte Moderado, Diâmetro: 4,5 MM, Comprimento Haste: 70 MM, Encaixe: Encaixe Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

8 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante, Tipo: Corte Rápido, Diâmetro: 5,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

9 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante, Tipo: Corte Rápido, Diâmetro: 6,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

10 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 1,0 MM, Comprimento Haste: Haste Regular, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

11 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Tipo: Acabamento E Polimento, Diâmetro: 1,4 MM, Comprimento Haste: Haste Regular, Encaixe: Encaixe Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

12 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento Haste: Haste Curta, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

13 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 3,1 MM, Comprimento Haste: Haste Curta, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

14 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Esférica, Diâmetro: 4,0 MM, Comprimento Haste: Haste Curta, Encaixe: Encaixe Universal, Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

15 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Oftalmológico, Fenestrado, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva, Coletor: C/ Coletor De Fluido, Dimensões: Cerca De 100 X 125 CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (85)

16 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Alça Superior, Função: P/ Transporte Do Cassete, Tipo Uso: P/ Cassete Autoclave

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

17 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias - Ureteral Uso: Urografia Retrógrada, Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm, Adicionais: Radiopaco, Opcionais: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (65)

18 - Clipe uso cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero, Aplicação*: Hemostático, Tamanho*: Extra Largo, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 790

Quantidade Mínima Cotada: 790

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1580

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (790)

19 - Clipe uso cirúrgico

Descrição Detalhada: Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero, Aplicação*: Hemostático, Tamanho*: Grande, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 740

Quantidade Mínima Cotada: 740

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 6,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (740)

20 - Ponta p, seringa materiais viscosos

Descrição Detalhada: Ponta P/ Seringa Materiais Viscosos Tipo: Ponteira Para Dentes Anteriores, Tipo Uso: Descartável, Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (50)

21 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 25 G, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

22 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 25 G, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

23 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 25 G, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

24 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (140)

25 - Evacuador de ellik

Descrição Detalhada: Evacuador De Ellik Modelo: Recipiente Em Vidro, Conector: Metálico Compatível C/ Camisa Endoscópica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6)

26 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Faca, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 15 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (35)

27 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 145 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285

Quantidade Mínima Cotada: 285

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 570

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (285)

28 - Implante oftalmológico

Descrição Detalhada: Implante Oftalmológico Tipo: Tubo De Drenagem De Humor Aquoso, Modelo: Valvulado, Material: Silicone, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

29 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: Combinado Faco E Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 20 G, Componente 2: Luva De Silicone, Chave, Câmara Teste, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

30 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm, Componente li: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 224

Quantidade Mínima Cotada: 224

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 448

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (224)

31 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Tipo Cateter: Pigtail, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 8 Fr, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 18g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 4 Dilatadores, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (22)

32 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Anterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 20 G, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

33 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Nefrostomia Percutânea, Material: Polímero, Diâmetro: Tamanhos Diversos, Apresentação: Conjunto Com Até 10 Peças, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (43)

34 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Redonda, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 2,0 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

35 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 3,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

36 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Redonda, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 2,0 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

37 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

38 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,5 E 7,0 MM, Constante: Constante Superior A 118,0, Grau: Grau Entre 15 A 16° DPT, Fixação: Escleral, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

39 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Diâmetro: Diâmetro Entre 5,5 E 5,9 MM, Constante: Constante Superior A 118,0, Grau: Grau Entre 14 A 15° DPT, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

40 - Lente uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Material: Pmma, Tipo Lente: Furo Central, Aplicação: Simbléfaro, Tamanho: Tamanho Pequeno, Diâmetro: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

41 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

42 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

43 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,25 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

44 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

45 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

46 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável E Nitinol, Tamanho: 23 G, Tipo: Reta, Aplicação: P/ Fotocoagulação, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

47 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 3 Fios, Calibre: Cerca De 3 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (53)

48 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

49 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

50 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

51 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

52 - Tubo Hospitalar

Descrição Detalhada: Tubo Hospitalar Uso: Aspiração E Irrigação, Material: Pvc Transparente, Modelo: Duplo, Comprimento: 2,0 M, Componentes: Corta Fluxo Nas 2 Vias, Adicionais: C/ Conectores E Ponteiras, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)