

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmina p/ serra cirúrgica

Descrição Detalhada: Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 0,5MM, Ponta Ativa: Cerca De 80MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G1

2 - Lâmina P/ Serra Cirúrgica

Descrição Detalhada: Lâmina P/ Serra Cirúrgica Aplicação: P/ Serra Sagital / Oscilatória, Espessura: Cerca De 1,0MM, Ponta Ativa: Cerca De 40MM, Encaixe: Compatível C/ Motor Cirúrgico, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (250)

Grupo: G1

3 - Conjunto Circulação Extracorpórea

Descrição Detalhada: Conjunto Circulação Extracorpórea Material: Membrana De Polimetilpenteno, Tipo Uso: Tamanho Adulto, Esterilidade: Estéril, Componentes: Tubos Cec C/ Solução Anticoagulante, Cone P/ Bomba, Aplicação: Ecmo, Outros Componentes: Oxigenador De Membrana Cerca 1,9m²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15)

Grupo: G2

4 - Conjunto circulação extracorpórea

Descrição Detalhada: Conjunto Circulação Extracorpórea Material: Membrana De Polimetilpenteno, Tipo Uso: Tamanho Pediátrico, Esterilidade: Estéril, Componentes: Tubos Cec C/ Solução Anticoagulante, Cone P/ Bomba, Aplicação: Ecmo, Outros Componentes: Oxigenador De Membrana Cerca 1,9m²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (15)

Grupo: G2

5 - Conjunto coleta componentes sangue

Descrição Detalhada: Conjunto Coleta Componentes Sangue Aplicação: Para Sistema De Autotransusão, Composição Básica: Câmara Separação, Linhas Aspiração E Transferência, Componentes: Bolsa Expurgo, Bolsa Ch, Reservatório Cardiotomia, Outros Componentes: Adaptadores E Linhas Conexão, Características Adicionais: Sistema Fechado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (130)

6 - Conjunto coleta componentes sangue

Descrição Detalhada: Conjunto Coleta Componentes Sangue Aplicação: Para Processamento De Células Sanguíneas, Composição Básica: Câmara Separação, Linha Aspiração, Corta-Fluxo, Componentes: Bolsa Expurgo, Bolsa Coleta, Características Adicionais: Sistema Fechado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

7 - Tela cirúrgica

Descrição Detalhada: Tela Cirúrgica Modelo: Implantável, Material: Matriz Orgânica De Colágeno Suíno Acelular, Aplicação: Absorvível, Dimensões: Cerca De 20 X 30CM, Adicionais: Multiperfurada, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Lâmina p/ serra cirúrgica	250	Unidade
2	Lâmina P/ Serra Cirúrgica	250	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Conjunto Circulação Extracorpórea	15	Unidade
4	Conjunto circulação extracorpórea	15	Unidade