

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Condicionador Dental

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------|
| Descrição Detalhada: Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concentração: 37%, Aspecto Físico: Gel | | | |
| Tratamento Diferenciado: Não | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | | | |
| Quantidade Total: | 50 | Quantidade Mínima Cotada: | 50 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Seringa 2,50 ML | Quantidade Máxima para Adesões: | 100 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,75 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Campina Grande/PB (50) | | |

2 - Afastador odontológico

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Descrição Detalhada: Afastador Odontológico Material: Silicone, Tipo: Abridor De Boca, Formato: Bloco, Tamanho: Adulto E Infantil, Apresentação: Conjunto, Esterilidade: Autoclavável | | | |
| Tratamento Diferenciado: Não | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | | | |
| Quantidade Total: | 3 | Quantidade Mínima Cotada: | 3 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 6 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,75 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Campina Grande/PB (3) | | |

3 - Lidocaína Cloridrato

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Descrição Detalhada: Lidocaína Cloridrato Composição: Associada Com Epinefrina, Dosagem: 2% + 1:100.000, Apresentação: Injetável | | | |
| Tratamento Diferenciado: Não | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | | | |
| Quantidade Total: | 250 | Quantidade Mínima Cotada: | 250 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Tubete 1,80 ML | Quantidade Máxima para Adesões: | 500 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,75 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Campina Grande/PB (250) | | |

4 - Hemostático tópico

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Descrição Detalhada: Hemostático Tópico Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio 25%, Aspecto Físico: Gel Tixotrópico, Apresentação: Seringa, Característica Adicional: Ponteiras Descartáveis | | | |
| Tratamento Diferenciado: Não | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | | | |
| Quantidade Total: | 1 | Quantidade Mínima Cotada: | 1 |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | Quantidade Máxima para Adesões: | 2 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 0,75 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Campina Grande/PB (1) | | |

5 - Aplicador odontológico

Descrição Detalhada: Aplicador Odontológico Material: Plástico, Tipo Haste: Dobrável, Tipo Uso: Descartável, Tipo Ponta: Regular, Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1)

6 - Equipamento , acessórios desporto

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo, Material: Silicone, Características Adicionais: Atóxico, Uso: Proteção Maxilar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

7 - Ponta montada uso odontológico

Descrição Detalhada: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio, Formato: 6 Pontas Sortidas, Cor: Brancas E Amarelas, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Conjunto Completo, Compatibilidade: Contra Ângulo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1)

8 - Resina Composta

Descrição Detalhada: Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Seringa 4,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1)

9 - Sugador

Descrição Detalhada: Sugador Material: Polímero, Tipo: P/ Higiene Oral, Características Adicionais: Com Espuma E Conector Em "Y", Esterilidade: Não Estéril, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

10 - Petrolato

Descrição Detalhada: Petrolato Aspecto Físico: Massa Semi Sólida Branca, Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo, Número De Referência Química: Cas 25322-68-3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (60)

11 - Agulha odontológica

Descrição Detalhada: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 30 G Longa, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (300)

12 - Broca alta rotação

Descrição Detalhada: Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Picotada, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana 1: Ref. 702

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

13 - Escova de robson

Descrição Detalhada: Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Taça, Uso: Contra-Ângulo, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)

14 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Em "L", Calibre: 5,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (5)

15 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Em "L", Calibre: 6,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (5)

16 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Em "L", Calibre: 6,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (10)

17 - Tubo endotraqueal

Descrição Detalhada: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Em "L", Calibre: 7,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (5)