

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo Tipo De Anestesia: Dose Única, Modelo Agulha: Agulha C/ Bisel Curto 30°, Diâmetro Agulha: 21 G, Comprimento Agulha: Cerca De 4" - 100 Mm, Característica Agulha: Graduada, Ecogênica, Material Agulha: Aço Inoxidável, C/ Isolamento, Tipo Conector: Luer, Componente Adicional: Extensor P/ Infusão, Compatibilidade Específica: P/ Neuroestimulador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

2 - Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional - Bloqueio De Plexo Tipo De Anestesia: Dose Única, Modelo Agulha: Agulha C/ Bisel Curto 30°, Diâmetro Agulha: 22 G, Comprimento Agulha: Cerca De 2" - 50 Mm, Característica Agulha: Graduada, Ecogênica, Material Agulha: Aço Inoxidável, C/ Isolamento, Tipo Conector: Luer, Componente Adicional: Extensor P/ Infusão, Compatibilidade Específica: P/ Neuroestimulador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

3 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 17 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (110)