

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 16GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11000 **Quantidade Mínima Cotada:** 11000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (11000)

2 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa, Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado, Dimensões: 17 GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação, Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1300)

3 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Baixo Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2500)

Grupo: G1

4 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6900 **Quantidade Mínima Cotada:** 6900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 13800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6900)

Grupo: G1

5 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Biocompatível, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Quantidade Mínima Cotada: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4500)

Grupo: G1

6 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (200)

7 - Isolador pressão

Descrição Detalhada: Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Esterilidade: Estéril, Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise, Tipo Conector: Conector Luer Lock

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400

Quantidade Mínima Cotada: 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1400)

8 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Venoso, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: Catabolha C/ Filtro, Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10800

Quantidade Mínima Cotada: 10800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10800)

9 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Arterial, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: Catabolha C/ Filtro, Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1200)

10 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Venoso, Aplicação: P/ Máquina De Proporção, Material: Tubo Flexível Em Pvc, Modelo: C/ Catabolha C/ Filtro, Diâmetro: Cerca De 6 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo, Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado, Tipo Sensor: Sensor De Pressão C/ Luer Lock, Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1200)

11 - Desinfetante

Descrição Detalhada: Desinfetante Saneante Composição: À Base De Ácido Cítrico, Teor Ativo: A 50%, Forma Física: Solução Hidroalcoólica Pronta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (170)

12 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Física: Solução Aquosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (150)

13 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Ácido Peracético Concentração: Solução À 3,5%, Apresentação: Associado Com Peróxido De Hidrogênio 26%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 940

Quantidade Mínima Cotada: 940

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 1880

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (940)

14 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Ácido Peracético Dosagem: Mínimo De 0,2%, Forma Física: Solução Aquosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (230)

15 - Álcool isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma, Característica Adicional: C/ Emoliente E Umeçtante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Sachê

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (100)

16 - Clorexidina digluconato

Descrição Detalhada: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5%, Aplicação: Solução Alcoólica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5300

Quantidade Mínima Cotada: 5300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 10600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5300)

17 - Clorexidina Digluconato

Descrição Detalhada: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5%, Aplicação: Solução Alcoólica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3100

Quantidade Mínima Cotada: 3100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 6200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3100)

18 - Clorexidina digluconato

Descrição Detalhada: Clorexidina Digluconato Dosagem: 4%, Aplicação: Degermante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1600)

19 - Glutaraldeído

Descrição Detalhada: Glutaraldeído Apresentação: Solução A 2%, Indicação: Com Pó Ativador Para 28 Dias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (140)

20 - Desinfetante**Descrição Detalhada:** Desinfetante Saneante Princípio Ativo: À Base De Iodo, Teor Ativo: Teor Mínimo De 1%, Forma Física: Solução Aquosa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 100**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (50)**21 - Iodopovidona (pvpi)****Descrição Detalhada:** Iodopovidona (Pvpi) Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%), Forma Farmaceutica: Solução Tópica Aquosa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 520**Quantidade Mínima Cotada:** 520**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 1040**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (520)**22 - Desinfetante****Descrição Detalhada:** Desinfetante Saneante Princípio Ativo: À Base De Iodo, Teor Ativo: Teor Mínimo De 1%, Forma Física: Solução Aquosa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (20)**23 - Desinfetante****Descrição Detalhada:** Desinfetante Saneante Princípio Ativo: Didecilmetilamônio + Biguanida + Tensoativos, Composição: À Base De Quaternário De Amônio, Teor Ativo: Teor Ativo Cerca De 0,1%, Forma Física: Solução Aquosa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Litro**Quantidade Máxima para Adesões:** 140**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** Florianópolis/SC (70)**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Filtro capilar dialisador	2500	Unidade
4	Filtro capilar dialisador	6900	Unidade
5	Filtro capilar dialisador	4500	Unidade