

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

**Descrição Detalhada:** Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes, Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay, Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

2 - Esfigmomanômetro

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (16)

3 - Balança eletrônica

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Teclado Policarbonato De Alta Resistência, Tipo: Digital, Tipo Painel: Lcd, Sensibilidade: 5G, Frequência: 50/60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (8)

4 - Balança Pesar Pessoas

**Descrição Detalhada:** Balança Pesar Pessoas Capacidade: Até 500KG, Dimensão Plataforma: Cerca De 100 X 100CM, Alimentação: Bateria, Modelo: C/ Rampa Bilateral P/ Acesso De Cadeirante, Estrutura: Aço Carbono, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

**5 - Balança Eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: 110/220 V, Tipo: Plataforma Com Coluna, Sem Roda, Dimensões: 50 X 50 CM, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100 G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (8)

**6 - Balança pesar pessoas**

**Descrição Detalhada:** Balança Pesar Pessoas Capacidade: 200KG, Peso: 3,5KG, Dimensão Plataforma: 29 X 29CM, Alimentação: 4 Pilhas Aa, Modelo: Digital, Bolsa Para Transporte, Características Adicionais: Função Mãe/Filho, Automática/Manual, Piso Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (8)

**7 - Banho ultrassônico**

**Descrição Detalhada:** Banho Ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 3L, Temperatura: Até 100°C, Frequência\*: Até 80KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 12H, Componentes: C/ Sistema Segurança, Adicional: Modo Pulso, Degaseificação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

**8 - Dinamômetro**

**Descrição Detalhada:** Dinamômetro Tipo: Portatil Digital Com Tela Gráfica, Capacidade Máxima: 100KGF, Aplicação: Medição De Compressão, Características Adicionais: Leituras Em Newton (N), Quilograma Força (Kgf), E

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

**9 - Eletromiógrafo**

**Descrição Detalhada:** Eletromiógrafo Modelo: Portátil, Tipo: Superfície A Cabo 8 Canaisde Eletromiografia, Tipo Conexão: 4 Canais Auxiliares P/Outros Equipamentos, Potência: 90 A 240V, Frequência: 50/60HZ, Tipo Sistema: Chip,Filtros Hardware,Canais Emg,Sistema Analógico, Características Adicionais: Canais Auxiliares, Porta Usb, Porta Serial, Acessórios: Software De Captura E Interpretação De Dados, Voltagem: 110/220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

**10 - Espirômetro**

**Descrição Detalhada:** Espirômetro Modelo: Tela Em Lcd, Sensível Ao Toque, Dimensão: Cerca De 7POL, Tipo De Análise: No Mínimo Fvc, Fev, Pef, Fef, Vc, Componente I: Sensor Fluxo/Volume Turbina Bidirecional, Componente Ii: Método Medição Interrupção Infravermelhos, Componente Iii: C/ Software, Volume: Máximo 10L, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

**11 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Neuroestimulação Temporária P/ Nervo Sacral, Adicionais: Gerador De Pulso Externo, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Programável, Acessórios: C/ Cinto Ajustável, Operação: Compatível C/ Eletrodo, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

**12 - Polissonógrafo**

**Descrição Detalhada:** Polissonógrafo Apresentação: Headbox C/ Psg, Capacidade De Monitorização Do Sistema: P/ 1 Paciente, Número Mínimo De Canais: 42 Canais, Parâmetros Mínimos: Eeg, Ecg, Eog, Emg, Resp, Spo2, Etco2 E Holter, Componente: Software Básico, C/ Recurso P/ Vídeo Eeg, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

**Grupo:** G1

**13 - Microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: 1TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Compacto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

**Grupo:** G1

**14 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico, Aspecto Físico: Portátil, Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm), Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos, Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (8)

**15 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Laser Terapêutico, Aspecto Físico: Portátil, Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm), Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos, Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (8)

**16 - Lente uso oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Lente Uso Oftalmológico Tipo Lente: Gonioscopia, Diâmetro: 8,4 A 8,5MM, Características Adicionais: 4 Espelhos 64°, Cabo, Dispensa Metilcelulose

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

**17 - Manovacuômetro**

**Descrição Detalhada:** Manovacuômetro Componentes: Aneróide C/Mostrador, Conector Tipo Rescal, Uso: Mínimo 4cmh20, Variação +/-120cmh20, Aplicação: Adaptadores P/Uso Com Bocal, Tot Ou Traqueostomia, Características Adicionais: Mensura Força Muscular Fases Inspirat. E Expirat., Tipo Embalagem: Bolsa P/Acondicionamento E Manual De Usuário

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

**18 - Manta térmica p/ paciente**

**Descrição Detalhada:** Manta Térmica P/ Paciente Tipo De Aquecimento: Isolante Térmico, Material: Película De Polímero Aluminizado, Tamanho: Adulto, Aplicação: P/ Corpo Inteiro, Esterilidade: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

**19 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: P/ Implantodontia E Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo, Pedal, Torque: Cerca De 5 A 80N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (8)

**20 - Monitor multiparâmetro**

**Descrição Detalhada:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 8", Alta Resolução, Componentes: Alarmes/Bateria, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

**21 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: On-Line, Tensão Entrada: 115 RmsV, Características Adicionais: Proteção Em 4 Níveis: Contra Surtos Tensão; Sub/Sob, Bateria: 2 Baterias Internas Seladas, Capacidade: 1,2KVA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (16)

**22 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: On-Line, Tensão Entrada: 110/127V, Tipo Alarma: Led Indicador Fornecimento De Energia Pela Rede El, Características Adicionais: 6 Tomadas De Saída Nema 5-15r; Potência Nominal De, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Software: Compatível C/Sistemas De Gerenciamento De Energia, Bateria: Selada E Com Recarga Automática, Fator Potência: 0,7, Capacidade: 2KVA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (8)

**23 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: On Line Dupla Conversão, Tensão Entrada: 220 V Ou BivoltV, Tensão Saída: 220 V Ou BivoltV, Tipo Alarma: Sonoro, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: Mín De 5 Min, Fator Potência: 0,9, Capacidade Nominal: 3,2, Componentes: Min De 5 Tomadas De 10a E 20a

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (4)

24 - Ventilômetro

**Descrição Detalhada:** Ventilômetro Faixa Trabalho: 0,01 A 20L, Medidor: Resoluções 0,01l Até 1l, 1l Até 20l, Precisão 5%, Características Adicionais: Wright,Mostrador Analógico,Todos Gases Medicinais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juiz de Fora/MG (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Polissonógrafo	4	Unidade
13	Microcomputador	4	Unidade