

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Anel uso cirurgico

**Descrição Detalhada:** Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 12MM  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

2 - Anel uso cirurgico

**Descrição Detalhada:** Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 14 MM  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

3 - Anel uso cirurgico

**Descrição Detalhada:** Anel Uso Cirurgico Uso: Medidor De Córnea, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 16 MM  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

4 - Material Especial Oftalmologia

**Descrição Detalhada:** Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Preparo Da Córnea Doadora - Transplante, Material\*: Polímero, Componente 1: Câmara Anterior Artificial, Adicionais: C/ Sistema De Irrigação, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual  
**Tratamento Diferenciado:** Não  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6  
**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00  
**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (3)

**5 - Caneta de marcação**

**Descrição Detalhada:** Caneta De Marcação - Uso Médico Aplicação: Dermatográfico, Composição: Tinta À Base Violeta Genciana, Tipo Ponta: Ponta Grossa, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual, Adicional: C/ Régua Milimetrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (100)

**6 - Cânula Uso Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Hidrodissecção, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 27 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**7 - Cânula Uso Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Agulha Curva, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**8 - Cânula Uso Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Agulha Curva, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**9 - Cânula Uso Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Reta, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**10 - Cânula Uso Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Hidrodissecção, Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 27 G, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**11 - Cânula Uso Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Agulha Curva, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**12 - Espátula uso médico**

**Descrição Detalhada:** Espátula Uso Médico Aplicação\*: P/ Íris, Modelo 1: Barraquer, Material\*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 0,6 X 0,8 MM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**13 - Espátula uso médico**

**Descrição Detalhada:** Espátula Uso Médico Aplicação\*: P/ Íris, Modelo 1: Barraquer, Material\*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 0,6 X 0,8 MM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**14 - Espátula uso médico**

**Descrição Detalhada:** Espátula Uso Médico Aplicação\*: P/ Íris, Modelo 1: Barraquer, Material\*: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 0,6 X 0,8 MM, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**15 - Material especial oftalmologia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Oftalmologia Aplicação: P/ Implante De Anel Estromal, Componente 1: C/ Marcador, Tunelizador, Posicionador, Gancho, Componente 2: Bisturi De Diamante, Transferidor, Separador, Componente 3: Anel E Pinça Fixação, Dissector, Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**16 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Colibri, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 0,12 MM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 08 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Titânio, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**17 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Capsulorhexis Utrata, Formato Ponta: Ponta Curva, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**18 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Mcpherson, Formato Ponta: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**19 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Capsulorhexis Utrata, Formato Ponta: Ponta Curva, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**20 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Colibri, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 0,12MM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 08CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**21 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Bonn, Formato Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: Cerca De 0,2 MM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**22 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Bonn, Formato Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: Cerca De 0,2MM, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**23 - Pinça anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Conjuntiva, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**24 - Bisturi circular**

**Descrição Detalhada:** Bisturi Circular Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 4 MM, Características Adicionais: Keyes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**25 - Pinça Anatômica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Anatômica Modelo 1: Conjuntiva, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Anel Liso, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**26 - Gancho Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Gancho Uso Médico Tipo: Sinskey, Aplicação: P/ Oftalmologia, Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade, Ponta 1: Gancho Único, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (5)

**27 - Porta-Agulha Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Porta-Agulha Instrumental Modelo: Castroviejo, Tipo Ponta: Ponta Curva, Adicional 1: Com Trava, Comprimento Total: Cerca De 14 CM, Material: Titânio, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**28 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 6,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**29 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 6,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**30 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**31 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,25 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**32 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**33 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**34 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**35 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,25 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**36 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**37 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**38 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**39 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Castroviejo Westcott, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)



**40 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: P/ Córnea, Tipo Ponta: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**41 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: P/ Córnea, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Angulação Ponta: P/ Direita, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**42 - Tesoura Instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: P/ Córnea, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Angulação Ponta: P/ Esquerda, Comprimento Total: Cerca De 12 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**43 - Tesoura instrumental**

**Descrição Detalhada:** Tesoura Instrumental Modelo 2: Castroviejo Vannas - Capsulotomia, Tipo Ponta: Ponta Curva, Comprimento Total: Cerca De 8 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**44 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**45 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**46 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**47 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**48 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**49 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,0 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**50 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**51 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**52 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**53 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**54 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**55 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**56 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,25 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**57 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,5MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**58 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 8,75 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**59 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**60 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,5 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)

**61 - Trefina / Trepano Oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 10,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)