

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Dilatador

Descrição Detalhada: Dilatador Uso: Esôfago, Material: Polímero, Diâmetro: Tamanhos Diversos, Apresentação: Conjunto Com Até 16 Peças, Componente Adicional: C/ Fio Guia, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

2 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, P/ Endoscópio, Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Cerca De 200CM, Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Graduado, Radiopaco, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

3 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, P/ Endoscópio, Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Graduado, Radiopaco, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

4 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, P/ Endoscópio, Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Graduado, Radiopaco, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

5 - Pinça cirúrgica

Descrição Detalhada: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Allis, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: 4 X 5 Dentes, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (40)

6 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Serrilhada C/ Fenestra, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 9 Fr X 50 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

7 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Ventricular, Formato Ponta: Ponta Pequena, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

8 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Ventricular, Formato Ponta: Ponta Média, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

9 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 52CM, Largura: 25,50CM, Altura: 25CM, Aplicação: Acondicionamento De Material De Expediente, Cor: Branca, Características Adicionais: Sem Trava/Empilhável, Tipo: Multiuso/Gaveta, Capacidade: 26L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

10 - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Ponteira Tipo Punch, Tamanho Ponta: Cerca De 0,5MM, Componente 1: S/ Manopla, Aplicação: P/ Oftalmologia, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

11 - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Ponteira Tipo Punch, Tamanho Ponta: Cerca De 0,75MM, Componente 1: S/ Manopla, Aplicação: P/ Oftalmologia, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

12 - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Ponteira Tipo Punch, Tamanho Ponta: Cerca De 1,5MM, Componente 1: S/ Manopla, Aplicação: P/ Oftalmologia, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

13 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Irrigação E Aspiração, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Reta, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

14 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 60 X 270MM, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

15 - Cânula P/ Lipoaspiração

Descrição Detalhada: Cânula P/ Lipoaspiração Modelo: C/ 1 Furo, Tipo Ponta: Ponta Achatada, Diâmetro: Cerca De 2,5MM, Comprimento Total: Cerca De 15CM, Conector: C/ Conector, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

16 - Cânula P/ Lipoaspiração

Descrição Detalhada: Cânula P/ Lipoaspiração Modelo: C/ Múltiplos Microfuros, Tipo Ponta: Ponta Romba, Diâmetro: Cerca De 2,0MM, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Conector: C/ Conector, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

17 - Afastador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Universal, Componente: C/ Fibra Ótica, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (5)

18 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Faca, Material: Ponta: Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (20)

19 - Pinça Anatômica

Descrição Detalhada: Pinça Anatômica Modelo 1: Capsulorhexis Utrata, Formato Ponta: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (30)

20 - Espécúlo Uso Médico

Descrição Detalhada: Espécúlo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Pequeno, Adicional 1: C/ Revestimento Ptfe, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

21 - Espécúlo Uso Médico

Descrição Detalhada: Espécúlo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Adicional 1: C/ Revestimento Ptfe, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

22 - Espécúlo Uso Médico

Descrição Detalhada: Espécúlo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Adicional 1: C/ Revestimento Ptfe, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

23 - Cânula instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Modelo: Videocirurgia, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36CM, Adicional 2: C/ 2 Tubos Pvc, Cerca 3 M, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

24 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Transtorácico, Aórtico, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: 1 X 2 Dentes, Haste: Haste Reta, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

25 - Clamp instrumental

Descrição Detalhada: Clamp Instrumental Modelo: Transtorácico, Aórtico, Formato Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: 1 X 2 Dentes, Haste: Haste Reta, Característica Adicional: C/ Cremalheira, Comprimento Total: Cerca De 28CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3)