

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Implante oftalmológico			
Descrição Detalhada: Implante Oftalmológico Tipo: Anel Corneano Intraestromal, Modelo: Regular, Material: Polimetilmetacrilato - Pmma, Ângulo: Arco Cerca 210°, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)			

2 - Campo Cirúrgico Descartável			
Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Modelo: Oftalmológico, Fenestrado, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: S/ Reforço, Fixação: Adesiva, Coletor: C/ Coletor De Fluido, Dimensões: Cerca De 100 X 150 CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1600	Quantidade Mínima Cotada:	1600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1600)			

3 - Caneta uso médico			
Descrição Detalhada: Caneta Uso Médico Aplicação: Ultrassônica, P/ Irrigação E Aspiração, Material: Titânio, Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível C/ Faccoemulsificador, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)			

4 - Cânula Uso Oftalmológico			
Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Retina, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Reta, Diâmetro: 23 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)			

5 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: Simcoe, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 23 G, Adicional 1: C/ Tubo De Silicone, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

6 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Hidrodissecção, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 27 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (960)

7 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: Simcoe, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 23 G, Adicional 1: C/ Tubo De Silicone, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

8 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: Simcoe, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 23 G, Adicional 1: C/ Tubo De Silicone, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

9 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável, Tamanho: 23 G, Tipo: P/ Corte, Aplicação: P/ Vitrectomia Anterior, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Adicionais: C/ Tubo Conector Em Pvc, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

10 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável, Tamanho: 23 G, Tipo: P/ Corte, Aplicação: P/ Vitrectomia Anterior, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Adicionais: C/ Tubo Conector Em Pvc, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

11 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Tipo: Chave De Metal Para Ponteira, Uso 1: Uso Em Facoemulsificador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

12 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável, Tamanho: 23 G, Tipo: P/ Corte, Aplicação: P/ Vitrectomia Anterior, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Adicionais: C/ Tubo Conector Em Pvc, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (420)

13 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: P/ Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 23 G, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

14 - Conjunto oftalmológico

Descrição Detalhada: Conjunto Cirúrgico Oftalmológico Aplicação*: Combinado Faco E Vitrectomia Posterior, Componente 1: Sonda P/ Corte, Tamanho: 20 G, Componente 2: Luva De Silicone, Chave, Câmara Teste, Componente 3: Esclerótomo, Endoiluminador, Trocarters, Componente 4: C/ Sistema De Irrigação E Aspiração, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

15 - Bisturi oftalmológico

Descrição Detalhada: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Angulado, Tamanho Lâmina: Cerca De 2,7 MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (800)

16 - Bisturi oftalmológico

Descrição Detalhada: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Reto De 15°, Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (800)

17 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118, Grau: Grau Entre 26 A 27°DPT, Fixação: C/ Alça, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Posterior, Filtro: C/ Filtro, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: C/ Sistema Implante Pré Carregado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900

Quantidade Mínima Cotada: 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1900)

18 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118,0, Grau: Grau Entre 10 A 11° DPT, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900

Quantidade Mínima Cotada: 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1900)

19 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo: Dobrável, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,0 E 6,4 MM, Constante: Constante Superior A 118,0, Grau: Grau Entre 6 A 7° DPT, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

20 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,5 E 7,0MM, Constante: Constante Superior A 118,0, Grau: Grau Entre 11 A 12°DPT, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Anterior E Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

21 - Lente intraocular

Descrição Detalhada: Lente Intraocular Material: Polímero De Metacrilato, Tipo Óptico: Biconvexa, Diâmetro: Diâmetro Entre 6,5 E 7,0 MM, Constante: Constante Superior A 118,0, Grau: Grau Entre 29 A 30° DPT, Peça: Peça Única, Câmara: Câmara Anterior E Posterior, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

22 - Lente uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Lente Uso Oftalmológico Material: Pmma, Tipo Lente: Furo Central, Aplicação: Simbléfaro, Tamanho: Tamanho Médio, Diâmetro: 12 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

23 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Caneta Vitrectomia, Material*: Aço Inoxidável E Polímero, Tamanho: 23 G, Componente Adicional: P/ Membrana Ilm, Tipo Micropinça, Eckardt, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

24 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Facoemulsificação, Material*: Titânio, Tipo Ponta: Ponta Reta, Tamanho: 23 G, Componente Adicional: C/ Bainha De Silicone, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

25 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Facoemulsificação, Material*: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Ponta Reta, Tamanho: 20 G, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

26 - Ponteira uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Oftalmológico Aplicação*: P/ Diatermia Bipolar, Material*: Titânio, Tamanho: De 20 P/ 23 G, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

27 - Implante oftalmológico

Descrição Detalhada: Implante Oftalmológico Tipo: Banda, Material: Silicone, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

28 - Implante oftalmológico

Descrição Detalhada: Implante Oftalmológico Tipo: Pneu, Modelo: Assimétrico Côncavo, Material: Silicone, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

29 - Implante oftalmológico

Descrição Detalhada: Implante Oftalmológico Tipo: Pneu, Modelo: Simétrico Côncavo, Material: Silicone, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

30 - Implante oftalmológico

Descrição Detalhada: Implante Oftalmológico Tipo: Pneu, Modelo: Simétrico Côncavo, Material: Silicone, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

31 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Doadora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 7,5 MM, Adicional: C/ Receptáculo, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (140)

32 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável E Nitinol, Tamanho: 23 G, Tipo: Curva, Aplicação: P/ Fotocoagulação, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

33 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável, Tamanho: 23 G, Tipo: P/ Corte, Aplicação: P/ Vitrectomia Anterior, Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento, Adicionais: C/ Tubo Conector Em Pvc, Tipo Uso: Descartável, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (140)

34 - Sonda uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Sonda Uso Oftalmológico Material: Aço Inoxidável E Silicone, Tipo: Crawford, Aplicação: Lacrimal, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

35 - Trefina / Trepano Oftalmológico

Descrição Detalhada: Trefina / Trepano Oftalmológico Aplicação: P/ Córnea Receptora, Método: S/ Sistema A Vácuo, Diâmetro: 9,0 MM, Material Lâmina: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (140)