

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Acessório Para Radiologia Tipo: Transportador P/ Radiofármaco, Material: Blindado Com Chumbo, Adicional: Horizontal, Características Adicionais: P/ Até 5 Seringas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

Descrição Detalhada: Acessório Para Radiologia Tipo: Transportador P/ Radiofármaco, Material: Blindado Com Chumbo, Adicional: Vertical, Características Adicionais: P/ 1 Seringa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

Descrição Detalhada: Visor Plumbífero Material: Chapa Aço, Revestimento: Chumbo, Características Adicionais: Com Vidro, Suporte P/Anteparo
Dimensões 20 X 30 Cm, Aplicação: Proteção Radiológica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

Descrição Detalhada: Visor Plumbífero Material: Chapa Aço, Revestimento: Chumbo, Características Adicionais: Com Vidro, Suporte P/Anteparo Dimensões 20 X 30 Cm. Aplicação: Proteção Radiológica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

5 - Lixeira Blindada

Descrição Detalhada: Lixeira Blindada Material Blindagem: Chumbo, Espessura Blindagem: 3 MM, Capacidade: 15 L, Aplicação: Para Rejeitos Radioativos, Características Adicionais: Acionamento P/Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)

6 - Mobiliário Radiológico

Descrição Detalhada: Mobiliário Radiológico Tipo: Biombo Reto, Material: Aço, Revestimento: Blindado Com Chumbo 2 Mm, Dimensão: 0,80 X 2,10 M, Outros Componentes: Com Visor Plumbífero, Dimensão Visor: Cerca De 10 X 15 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (1)