

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento função pulmonar

Descrição Detalhada: Equipamento Função Pulmonar Tipo: Pletismógrafo, Modelo: Câmara Pressão, Características Adicionais: Sistema Operacional, Componentes: Saída De Gases, Sucção De Gases, Parâmetros: Parâmetros: Espirometria, Volume Pulmonar, Outros Parâmetros: Limite Tidal, Mecânica Passiva, Volume Container De Pressão: Cerca De 83.5L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 6  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25  
Quantidade Mínima Cotada: 6  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Catalão/GO (2), Divinópolis/MG (2)

Grupo: G1

2 - Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física

Descrição Detalhada: Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física Tipo Motor: Mínimo 2 Hp, Parâmetros: Tempo, Distância, Velocidade, Calorias E Bc, Elevação: Manual, Velocidade: Mínima 12 Km/H, Capacidade: Mínimo 100KG, Características Adicionais: Ajuste De Velocidade E Inclinação, Outros Componentes: Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 6  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,25  
Quantidade Mínima Cotada: 6  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Catalão/GO (2), Divinópolis/MG (2)

Grupo: G1

3 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Tipo: Portátil, Módulo: Bera, Potencial Evocado 2 Canais, Acessórios: Software Coleta/Análise Dados, Adicionais: Pasta Abrasiva/Condutiva, 60 Eletrodos Descartáveis, Outros Componentes: 1 Fone Tdh 39, Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 10  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 10  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Catalão/GO (3), Divinópolis/MG (3)

4 - Audiômetro

Descrição Detalhada: Audiômetro Tipo: 2 Canais Independentes, Faixa De Frequência: De 125 À 20.000 Hz, Faixa De Intensidade: De - 10 À 120 Db De Saída, Tipo De Medição: Testes, Acessórios: Conjunto De Fones, Tipo Monitor: Lcd Colorido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 8  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50  
Quantidade Mínima Cotada: 8  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 16

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Catalão/GO (2), Divinópolis/MG (2)

#### 5 - Balança precisão

**Descrição Detalhada:** Balança Precisão Capacidade Máxima: 5KG, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Visor Digital, Características Adicionais: Calibração Interna Capela E Conjunto Hidrostático,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,75

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3), Catalão/GO (2), Divinópolis/MG (2)

#### 6 - Capela fluxo laminar

**Descrição Detalhada:** Capela Fluxo Laminar Material Base: Aço Inoxidável, Tipo: Classe II A1, Hepa, Características Adicionais: Eficiência 99,99%, Partículas 0,3 Micron

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4), Catalão/GO (2), Divinópolis/MG (2)

#### 7 - Cabine segurança biológica

**Descrição Detalhada:** Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo B2, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Características Adicionais: Nb-2,Nb-3, Classe: Classe II, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna, Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada, Voltagem: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5), Catalão/GO (6), Divinópolis/MG (4)

#### 8 - Centrífuga

**Descrição Detalhada:** Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (7), Catalão/GO (5), Divinópolis/MG (5)

#### 9 - Espirômetro

**Descrição Detalhada:** Espirômetro Modelo: Tela Em Lcd, Sensível Ao Toque, Dimensão: Cerca De 7POL, Tipo De Análise: No Mínimo Fvc, Fev, Pef, Fef, Vc, Componente I: Sensor Fluxo/Volume Turbina Bidirecional, Componente II: Método Medição Interrupção Infravermelhos, Componente III: C/ Software, Volume: Máximo 10L, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5), Catalão/GO (4), Divinópolis/MG (4)

**10 - Marca-Passo Cardíaco Externo Temporário**

**Descrição Detalhada:** Marca-Passo Cardíaco Externo Temporário Tipo: Bicameral, Programação: Síncrono / Assíncrono, Ajuste: Sensibilidade, Frequência E Ativação, Gabinete: Termoplástico Resistente, Componente 1: C/ Conexão Unipolar E Bipolar, Componente 2: C/ Alarme, Alimentação: À Bateria, Tipo Uso: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10), Catalão/GO (6), Divinópolis/MG (6)

**11 - Impedânciometro**

**Descrição Detalhada:** Impedânciometro Tipo: Timpanômetro Automático, Tipo Memória: 12 Reflexos Por Orelha (6 Ipsi E 6 Contra), Tipo Registro: Reflexos Automáticos, Audiometria Auto E Manual, Frequência: Timpanometria(226,678,800,1000hz)Ipsi(500/4000hz), Características Adicionais: Ipsi 110 Db , Reflexo Contra 125 A 8000 Hz- 120 Db, Funções Básicas: F.Tubária(125/8000hz), Contralateral(125/8000hz), Pressão: -600 A +300dapa;Complacência:0,1 A 8ml, Outros Componentes: Conexão Com Pc E Impressora Interna

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4), Catalão/GO (2), Divinópolis/MG (2)

**12 - Reprocessadora automática endoscópios**

**Descrição Detalhada:** Reprocessadora Automática Endoscópios Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem, Capacidade: 20L, Tipo De Uso: Microprocessado, Operação Contínua, Aplicação: Para Dois Endoscópios, Características Adicionais: Ciclos Programáveis, Portátil, Composição Básica: Painel Digital, Alarmes Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,25

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4), Catalão/GO (4), Divinópolis/MG (4), Rio de Janeiro/RJ (6)

**13 - Ventilômetro**

**Descrição Detalhada:** Ventilômetro Faixa Trabalho: 0,01 A 20L, Medidor: Resoluções 0,01l Até 1l, 1l Até 20l, Precisão 5%, Características Adicionais: Wright,Mostrador Analógico,Todos Gases Medicinais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10), Catalão/GO (4), Divinópolis/MG (4)

**14 - Colposcópio**

**Descrição Detalhada:** Colposcópio Tipo: Binocular, Tipo Filtro Luz: Filtro Móvel Verde Ou Azul, Capacidade Aumento: Aumento De 3 A 14 Vezes, Tensão Alimentação: 110/220V, Tipo Lâmpada: Lâmpada 20w, Características Adicionais: Pedestal C/Rodízios Em "Y",Prisma E Lentes Cristal, Tipo Regulagem: Distância Interpupilar,Campo 18mm,Micro Regulagem, Distância Focal: 300MM, Tipo Pintura: Pintura Eletrostática, Acessórios: 1 Lâmpada,Estabilizador,Capa Proteção, Frequência: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (6), Catalão/GO (2), Divinópolis/MG (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipamento função pulmonar	6	Unidade
2	Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física	6	Unidade