

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96124/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Espéculo uso médico

Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 648 **Quantidade Mínima Cotada:** 648

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1296

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (648)

2 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (360)

3 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar, Modelo: Fio C/ Ponta Distal De Formato Variado P/ Fixação, Tipo: Implantável, Temporário, Uso Pré Cirúrgico, Material: Liga Metálica, Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada, Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 10 Cm, Componente: C/ Ajuste De Profundidade, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (96)

4 - Amniótomo

Descrição Detalhada: Amniótomo Material: Plástico, Comprimento*: Cerca De 25CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

5 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 10MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

6 - Cânula aspiração manual intra-uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 12MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

7 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 4MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

8 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 5MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

9 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 6MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

10 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 7MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

11 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 8MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

12 - Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina

Descrição Detalhada: Cânula Aspiração Manual Intra-Uterina Material: Polímero, Ponta: Ponta Distal Fechada, C/ Orifício Lateral, Haste: Haste Semirrígida, Graduada, Calibre: Cerca De 9MM, Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

13 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Silicone, Diâmetro: 80MM, Uso: Uso Ginecológico, Característica Adicional: Com Aro Espiral Em Metal Tratado, Tipo Embalagem: Embalado Individualmente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

14 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Silicone, Diâmetro: 60MM, Uso: Uso Ginecológico, Característica Adicional: Com Aro Espiral Em Metal Tratado, Tipo Embalagem: Embalado Individualmente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

15 - Dispositivo intra-uterino (diu), não hormonal

Descrição Detalhada: Dispositivo Intra-Uterino (Diu), Não Hormonal Formato: Tipo "T", Área De Superfície Ativa: Cobre, C/ Cerca De 380MM2, Haste: Plástico Radiopaco, Tipo Fio: Fio Na Extremidade Inferior Da Haste Mínimo 10 Cm, Componente: C/ Aplicador, Durabilidade Pós Inserção: 10 Anos, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (360)

16 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 5 Fr, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Filamento Trançado, Material Ponteira: Aço Inoxidável E Cerâmica, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (96)

17 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

18 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 22 Ch, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

19 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça Quadrada, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

20 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

21 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 15 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

22 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 20 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

23 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 1MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

24 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Bola, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 6,5MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

25 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 7MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

26 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,2MM, Haste: Haste Angulada, Comprimento Haste: Cerca De 5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

27 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

28 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho, Tamanho: 24 Ch, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Haste: Haste Reta, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

29 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação Do Assoalho Pélvico, Modelo: Via Anal, Tipo: Cilíndrico, Material Sensor: Silicone, Dimensões: Cerca De 10 X 1,5CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

30 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Eletroestimulação Do Assoalho Pélvico, Modelo: Via Vaginal, Tipo: Cilíndrico, Material Sensor: Silicone, Dimensões: Cerca De 20 X 2CM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

31 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (480)

32 - Espéculo Uso Médico

Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400

Quantidade Mínima Cotada: 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2400)

33 - Espéculo Uso Médico

Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Pequeno, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400

Quantidade Mínima Cotada: 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2400)

34 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Pinça, Tipo Ponta: Jacaré, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 5 Fr X 30 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 1: C/ Injetor, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (72)

35 - Instrumental p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Tesoura, Tipo Ponta: Reta, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: Cerca De 5 Fr X 30 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 1: C/ Injetor, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (72)

36 - Manipulador uterino

Descrição Detalhada: Manipulador Uterino Tipo: Formato Anatômico, Tipo Sistema: Fixação Uterina, Características Adicionais: Canal Para Contraste, Copo Vaginal, Componentes: Copo Cervical Com Calha, Para Eletrodo "L" Ou "J", Modelo: Tamanho Médio, Esterilidade: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (144)

37 - Manipulador uterino

Descrição Detalhada: Manipulador Uterino Tipo: Descartável, Tipo Sistema: Sistema De Haste Rotatório P/ Anteversão De 130°, Características Adicionais: Retroversão De 90°, Componentes: C/Dilatador De Canal Cervical,Ponte De Suporte, Tamanho: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

38 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Conjunto De Anéis Medidores De Diafragma, Silicone, Tipo Embalagem: Cx C/6 Unidades, Tamanhos: 60,65,70,75,80 E 85mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

39 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Conjunto De Anéis Medidores De Diafragma, Silicone, Tipo Embalagem: Cx C/6 Unidades, Tamanhos: 60,65,70,75,80 E 85mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

40 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Silicone, Diâmetro: 65MM, Uso: Uso Ginecológico, Característica Adicional: Com Aro Espiral Em Metal Tratado, Tipo Embalagem: Embalado Individualmente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

41 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Conjunto De Anéis Medidores De Diafragma, Silicone, Tipo Embalagem: Cx C/6 Unidades, Tamanhos: 60,65,70,75,80 E 85mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

42 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Conjunto De Anéis Medidores De Diafragma, Silicone, Tipo Embalagem: Cx C/6 Unidades, Tamanhos: 60,65,70,75,80 E 85mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

43 - Diafragma contraceptivo

Descrição Detalhada: Diafragma Contraceptivo Material: Conjunto De Anéis Medidores De Diafragma, Silicone, Tipo Embalagem: Cx C/6 Unidades, Tamanhos: 60,65,70,75,80 E 85mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

44 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha Fracionada C/ 64 Eletrodos, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,2MM, Haste: Haste Reta Escalonada, Comprimento Haste: Cerca De 15CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (360)

45 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Agulha Fracionada C/ 64 Eletrodos, Material: Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,2MM, Adicional 1: Base Cerca De 4 Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

46 - Preservativo masculino

Descrição Detalhada: Preservativo Masculino Material: Látex, Comprimento Mínimo: 16CM, Largura: 4,40CM, Espessura Mínima: 0,045MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante, Aplicação: Exames De Ultrassonografia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6000)

47 - Protetor Ocular

Descrição Detalhada: Protetor Ocular Aplicação: P/ Fototerapia Neonatal, Formato: Tipo Óculos, Modelo: Binocular, Material: Película Hipoalergênica, Tamanho: Médio, Componente: Borda C/ Fixação Adesiva, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

48 - Protetor Ocular

Descrição Detalhada: Protetor Ocular Aplicação: P/ Fototerapia Neonatal, Formato: Tipo Óculos, Modelo: Binocular, Material: Película Hipoalergênica, Tamanho: Pequeno, Componente: Borda C/ Fixação Adesiva, Esterilidade: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

49 - Aspirador Manual

Descrição Detalhada: Aspirador Manual Modelo: Intrauterino, Tipo: Seringa, Componente: Válvula Dupla, Volume: Cerca De 60 MI, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (360)

50 - Passador de fio

Descrição Detalhada: Passador De Fio Tipo: Dispositivo De Sutura, Tipo Ponta: Ponta Curva, Aplicação: P/ Procedimento Uro / Ginecológico, Adicional: Uso C/ Fio De Sutura, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

51 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina, Modelo: Suporte Suburetral, Via: Transobturatória, Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (54)

52 - Instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Vácuo Extrator Obstétrico, Componente 1: Cúpula Fetal C/ Haste, Componente 2: Bomba Vácuo C/ Manômetro, Aplicação: P/ Parto, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144

Quantidade Mínima Cotada: 144

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (144)

53 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina, Modelo: Suporte Suburetral, Via: Transobturatória, Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (54)

54 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina, Modelo: Suporte Suburetral, Via: Transobturatória, Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar, Componente: Sistema Completo Para Implantação, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

55 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo, Dimensões: Cerca 100 X 120MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

56 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo, Dimensões: Cerca 150 X 90MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)