

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (120)		

2 - Agulha biópsia			
Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (50)		

3 - Agulha biópsia			
Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (100)		

4 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 20 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (100)		

5 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar, Modelo: Fio C/ Ponta Distal De Formato Variado P/ Fixação, Tipo: Implantável, Temporário, Uso Pré Cirúrgico, Material: Liga Metálica, Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada, Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 10 Cm, Componente: C/ Ajuste De Profundidade, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

6 - Coletor de urina

Descrição Detalhada: Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Polímero, Tipo*: Sistema Fechado, Capacidade*: Cerca De 500ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Componentes: C/ Sistema De Fixação, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

7 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico, Tipo: P/ Clister Opaco, Capacidade: 3000ML, Componentes: C/ Cânula Retal Flexível 2 Vias, C/ Balão, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

8 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Hidrodissecção, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 27 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

9 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16)

10 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16)

11 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16)

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

13 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 65CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

14 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

15 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

16 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

17 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

18 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

19 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 13 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

20 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

21 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

22 - Conjunto Drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 14 Fr X 25 Cm, Componente 1: Válvula Unidirecional / Heimlich E Bolsa Coletora, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

23 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5000)

24 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Material: Pvc Cristal, Tipo Ponteira: Duas Pontas Perfurantes C/ Câmaras, Tipo Pinça: Válvula Anti Refluxo, Tipo Conector: Dois Luer Lock Fêmea, Um Luer Lock Macho, Tipo Filtro: Filtro De Ar, Características Adicionais: P/ Bomba De Seringa Injetora, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

25 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 25CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 300PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6000)

26 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 28 X 35CM, Aplicação: Impressora Agfa Dry, Características Adicionais: Filme Dry Dt-2b

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

27 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Tomografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 35 X 43CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

28 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 8 X 10POL, Aplicação: Impressora Agfa Drystar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

29 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 25 X 30CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

30 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

31 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

32 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

33 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

34 - Gel Para Exame Médico

Descrição Detalhada: Gel Para Exame Médico Aplicação: Redutor De Impedância Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

35 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Guia De Biópsia Para Transdutor Endocavitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

36 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico, Tipo: P/ Clister Opaco, Capacidade: 2500ML, Componentes: Sonda Retal Flexível, 3 Vias, Pêra Insuflação, Tipo Uso: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

37 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (120)

38 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

39 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

40 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

41 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

42 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 20 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

43 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

44 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar, Modelo: Fio C/ Ponta Distal De Formato Variado P/ Fixação, Tipo: Implantável, Temporário, Uso Pré Cirúrgico, Material: Liga Metálica, Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada, Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 10 Cm, Componente: C/ Ajuste De Profundidade, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

45 - Coletor de urina

Descrição Detalhada: Bolsa Coletora De Urina Sistema Fechado Material*: Polímero, Tipo*: Sistema Fechado, Capacidade*: Cerca De 500ML, Graduação: Graduada, Válvula: Válvula Anti-Refluxo, Componentes: C/ Sistema De Fixação, Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

46 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico, Tipo: P/ Clister Opaco, Capacidade: 3000ML, Componentes: C/ Cânula Retal Flexível 2 Vias, C/ Balão, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

47 - Cânula Uso Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cânula Uso Oftalmológico Aplicação: P/ Hidrodissecção, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Tipo Ponta: Agulha Angulada, Diâmetro: 27 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

48 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 14 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

49 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16)

50 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16)

51 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (16)

52 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

53 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

54 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 12 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

55 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

56 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

57 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

58 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm, Componente 1: Estilete E Fio Guia, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

59 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm, Componente 1: Estilete E Fio Guia, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

60 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm, Componente 1: Estilete E Fio Guia, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

61 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm, Componente 1: Estilete E Fio Guia, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

62 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 65CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

63 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

64 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

65 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

66 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

67 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Isento De Látex, Aplicação: Histerosalpingografia, Tipo: Duas Vias, Tipo Uso: Uso Único, Diâmetro: 5FRENCH, Comprimento: 40CM, Características Adicionais: Bainha Maleável, Acessórios: Kit C/ Seringa, Conector: C/ Torneira E Conector Luer Em Cada Via, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

68 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

69 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 13 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

70 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

71 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

72 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Diâmetro Do Cateter: Cerca De 6 Fr, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

73 - Conjunto Drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Torácica, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 14 Fr X 25 Cm, Componente 1: Válvula Unidirecional / Heimlich E Bolsa Coletora, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

74 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5000)

75 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico, Material: Pvc Cristal, Tipo Ponteira: Duas Pontas Perfurantes C/ Câmaras, Tipo Pinça: Válvula Anti Refluxo, Tipo Conector: Dois Luer Lock Fêmea, Um Luer Lock Macho, Tipo Filtro: Filtro De Ar, Características Adicionais: P/ Bomba De Seringa Injetora, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

76 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 2 Vias, Modelo: Espiralado, Em "Y", Material: Polímero, Comprimento: Cerca 250CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 300PSI, Componente Adicional: Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 65 E 115 ML, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)

77 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 25CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 300PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6000)

78 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 28 X 35CM, Aplicação: Impressora Agfa Dry, Características Adicionais: Filme Dry Dt-2b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

79 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Tomografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 35 X 43CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

80 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 8 X 10POL, Aplicação: Impressora Agfa Drystar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

81 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 25 X 30CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (100)

82 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

83 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (300)

84 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (200)

85 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

86 - Gel Para Exame Médico

Descrição Detalhada: Gel Para Exame Médico Aplicação: Redutor De Impedância Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

87 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Guia De Biópsia Para Transdutor Endocavitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

88 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Duplo Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

89 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Comprimento: Cerca De 200CM, Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

90 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico, Tipo: P/ Clister Opaco, Capacidade: 2500ML, Componentes: Sonda Retal Flexível, 3 Vias, Pêra Insuflação, Tipo Uso: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (80)

91 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 200ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (500)

92 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 200ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (1000)