

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Avenida Lourival Melo Mota, s/nº - Bairro Cidade Universitária
Maceió-AL, CEP 57072-900
- <https://hupaa-ufal.hubrasil.gov.br>

Anexo - SEI

Processo nº 23540.015576/2026-15

Interessado: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas

ANEXO I - DESCRIÇÃO DETALHADA E QUANTITATIVOS DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFTALMOLOGIA

ITEM	CÓD. CATMAT	CÓD. EBSERH	CÓD. AGHUX	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA
1	446986	EBS13197	403852	BOLSA DE DRENAGEM. BOLSA DE DRENAGEM, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	140
2	449789	EBS10725	403854	CÂMARA DE TESTE. CÂMARA DE TESTE, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	20
3	435595	EBS13259	403856	CANETA APAGADORA DIATÉRMICA. CANETA APAGADORA DIATÉRMICA, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL. ACESSÓRIO PARA DIATERMIA. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	3
4	448687	EBS13273	405339	CANETA DE MARCAÇÃO CIRÚRGICA OCULAR . CANETA DE MARCAÇÃO CIRÚRGICA OCULAR TIPO DA PONTA: PONTAS DUPLA, ULTRA-FINA E REGULAR (1425SR) PONTA REGULAR (1437SR) PONTA FINA (1436SR) TINTA: TINTA TRADICIONAL (VIOLETA DE GENCIANA) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL COM RÉGUA 2 COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS. NEMBALAGEM COM LOTE E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNID	20
5	475281	PROVPPS010575	405493	CÂNULA ANGULAR I/A , LUVA DE METAL, 0,3 MM. CÂNULA ANGULAR I/A , LUVA DE METAL, 0,3 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A (PONTA). COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	5
6	475445	PROVPPS010576	403853	CÂNULA ANGULAR I/A, LUVA DE SILICONE, 20GA, 0,3 MM. CÂNULA ANGULAR I/A, LUVA DE SILICONE, 20GA, 0,3 MM, CÂNULA ANGULAR I/A, LUVA DE SILICONE, 20GA, 0,3 MM, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A (PONTA). COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unid	15
7	475429	PROVPPS010577	405495	CÂNULA CURVA I/A , LUVA DE METAL, 0,3 MM. CÂNULA CURVA I/A , LUVA DE METAL, 0,3 MM, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A (PONTA). COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	5
				CÂNULA I/A 90° LUVA DE METAL 0,3 MM. CÂNULA I/A		

8	475446	PROVPPS010585	403848	90°, LUVA DE METAL, 0,3 MM, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A (PONTA).COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unid	5
9	475439	PROVPPS010589	403838	CÂNULA RETA I/A , LUVA DE METAL, 0,3 MM. CÂNULA RETA I/A , LUVA DE METAL, 0,3 MM, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A (PONTA). COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	5
10	475439	PROVPPS010590	403851	CÂNULA RETA I/A, LUVA DE SILICONE, 20GA, 0,3 MM. CÂNULA RETA I/A, LUVA DE SILICONE, 20GA, 0,3 MM, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A (PONTA).COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unid	15
11	449790	PROVPPS010682	403850	CONJUNTO DE TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO/ ASPIRAÇÃO COM S3 PARA VISALIS 100. CONJUNTO DE TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO/ ASPIRAÇÃO COM S3 PARA VISALIS 100, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ACESSÓRIO PARA I/A. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	24
12	449797	EBS06132	407305	CONJUNTO OFTALMOLÓGICO APLICAÇÃO*: P/ VITRECTOMIA POSTERIOR , COMPONENTE 1: SONDA P/ CORTE , TAMANHO: 23 G , COMPONENTE 3: ESCLERÓTOMO, ENDOILUMINADOR , COMPONENTE 4: C/ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO , COMPATIBILIDADE: COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO , ESTERILIDADE: ESTÉRIL (COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO VITREOFAGO)	UNID	300
13	449788	EBS06361	407293	CONJUNTO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO: COMBINADO FACO E VITRECTOMIA POSTERIOR, COMPONENTE1: SONDA P/CORTE, TAMANHO:23G, COMPONENTE 2: LUVA DE SILICONE, CHAVE, CÂMARA TESTE, COMPONENTE3: ESCLERÓTOMO, ENDOULUMINADOR, TROCARTES, COMPONENTE 4: C/SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO, COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO, ESTÉRIL. (COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO VITREOFAGO)	UNID	300
14	446979	EBS06975	404131	ESFERA TIPO MULLER Nº 12MM, 14MM E 16MM. ESFERA TIPO MULLER. IMPLANTE CIRÚRGICO, MATERIAL POLIMETILMETACRILATO (PMMA), APLICAÇÃO OFTALMOLOGIA, FORMATO ESFERA ORBITAL, TAMANHOS DE 12, 14 E16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ESFERA DE MULLER, ESTERILIZADA EM OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOTE E VALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA/MS. A TABELA COM A SOLICITAÇÃO DOS TAMANHOS SERÁ ENVIADA PELA UNIDADE DE ALMOXARIFADO.	UNID	10
15	487466	EBS01010	2625	FIO DE SUTURA, MATERIAL: POLIPROPILENO MONOFILAMENTO, TIPO FIO:10-0, COR: AZUL, COMPRIMENTO: 20CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 AGULHAS, TIPO AGULHA: RETA ESPATULADA 1,60CM; 1/2 CÍRC. ESPATULADA 0,42 CM, ESTÉRIL	UNID	200
16	446989	PROVPPS	408662	FIO DE SILICONE SILASTIC PARA PTOSE PALPEBRAL. IMPLANTE OFTALMOLÓGICO TUBO LACRIMAL Ø 0,9 X 0,6MM COM 125MM. CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU IMPLANTÁVEL. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	36
17	475152	PROVPPS010930	403857	FÓRCEPS DIATÉRMICO. FÓRCEPS DIATÉRMICO, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL. ACESSÓRIO PARA DIATERMIA. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	13
				GÁS COMPRIMIDO, NOME: HEXAFLUORETO DE ENXOFRE, ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO,		

18	366199	NÃO SE APLICA	407324	FÓRMULA QUÍMICA: SF6, MASSA MOLECULAR: 146,05 G/MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 2551-62-4 (Volume de cada - cilindro 125 g.)	QUILOGRAMA	2
19	388521	NÃO SE APLICA	407325	GÁS COMPRIMIDO, NOME:PERFLUOROPROPANO, ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, ODOR E SABOR ADOCICADO, FÓRMULA QUÍMICA: C3F8, MASSA MOLECULAR: 188,02G/MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM KIT P/INJEÇÃO INTRA-OFTÁLMICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 76-19-7.(Volume de cada - cilindro 125 g.)	QUILOGRAMA	2
20	449789	PROVPPS011108	403832	LUVA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, 19G. LUVA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, 19G, LUVA DE SILICONE, MODELO 19GA, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	40
21	449789	PROVPPS011108	405469	LUVA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, 20G. LUVA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, 20G, LUVA DE SILICONE, MODELO 20GA, ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	40
22	449789	PROVPPS011106	403832	LUVA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO. LUVAS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO - LUVAS COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS, LUVA DE SILICONE, MODELOS 19GA (3PÇS) (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), 20GA (3PÇS) (ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL). O FORNECEDOR DEVERÁ TER TODOS OS MODELOS DISPONÍVEIS. EMBALAGEM COM LOTE E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MS. A TABELA COM A SOLICITAÇÃO DOS MODELOS SERÁ ENVIADA PELA UNIDADE DE ALMOXARIFADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.	UNID	100
23	450017	PROVPPS011109	405340	LUVAS PARA PONTEIRA DE IA. LUVAS PARA PONTEIRA DE IA MARCA MEDIPHACOS. NÃO ESTERIL, REUTILIZAVEL. EMBALAGEM COM LOTE E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNID	100
24	451694	PROVPPS011129	405274	MATRIZ DE COLÁGENO. IMPLANTE OFTALMOLOGICO, ESTERIL TAMANHO 12MMX1MM REDONDO. EMBALAGEM COM LOTE E VALIDADE,COM REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNID	50
25	428223	PROVPPS011142	405275	MICRO-SERRAS DE OSTEOTOMIA SAGITAL E RECIPROCANTE.	UNID	20
26	606015	NÃO SE APLICA	403841	PEÇA DE MÃO I/A, CANO LONGO. PEÇA DE MÃO I/A, CANO LONGO, CANETA I/A, CABO LONGO, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	12
27	437694	NÃO SE APLICA	407302	PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO: CABO, FUNÇÃO: CONEXÃO PINÇA BIPOLAR, COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO VITREOFAGO, DIMENSÃO: CERCA DE 2,0M	UNID	5
28	467867	PROVPPS011198	403998	PINÇA ATRAUMÁTICA 5MM. PINÇA PARA CONJUNTIVA ATRAUMÁTICA AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE: 5MM DE DIÂMETRO. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	30
29	468119	PROVPPS011211	404002	PINÇA CIRÚRGICA TIPO PONTA RETA COM DENTE 0,3. PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA RETA COM DENTE, COMPRIMENTO PONTA 0,3, APLICAÇÃO P/ MÚSCULO RETO SUPERIOR. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	10
				PONTEIRA DE PHACO 30°, 19G. PONTEIRA DE PHACO 30°, 19G, PONTEIRA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM O		

30	450004	PROVPPS011285	403833	EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	25
31	450003	PROVPPS011286	403837	PONTEIRA DE PHACO 30°, ANGULAÇÃO 20G. PONTEIRA DE PHACO 30°, ANGULAÇÃO 20G, PONTEIRA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	25
32	450005	PROVPPS011287	403834	PONTEIRA DE PHACO BICÔNICA. PONTEIRA DE PHACO BICÔNICA, PONTEIRA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO, NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	25
33	456571	EBF14412	403833	PONTEIRA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO . ACESSÓRIOS PARA FACOEMULSIFICAÇÃO - PONTAS U/S COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100, NOS MODELOS PONTA 19G FACO, 15° (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 19G FACO, 30° (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 19G FACO, 45° (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 20G FACO, BICÔNICA (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 20G FACO, 15° (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 20G FACO, 30° (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 20G FACO, 45° (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 22G FACO, 30° (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 22G FACO PROGRESSIVA, (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL), PONTA 21G FACO, BICÔNICA (NÃO ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL). EMBALAGEM COM LOTE E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA/MS. O FORNECEDOR DEVERÁ TER TODOS OS MODELOS DISPONÍVEIS. A TABELA COM A SOLICITAÇÃO DOS MODELOS SERÁ ENVIADA PELA UNIDADE DE ALMOXARIFADO JUNTAMENTE COM A NOTA DE EMPENHO.	UNID	100
34	605835	EBS13012	408683	PONTEIRA, TIPO PUNCH PARA GLAUCOMA, USO COM A PINÇA CORNEO-ESCLERAL, PONTA 0,5 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL HUPAA UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.	UNID	5
35	605836	EBS13013	408685	PONTEIRA, TIPO PUNCH PARA GLAUCOMA, USO COM A PINÇA CORNEO-ESCLERAL, PONTA 0,75 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. IDENTIFICADO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE, LOTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL “HUPAA” UTILIZANDO MÉTODO A LASER. ENTREGAR CERTIFICADO DE GARANTIA 10 ANOS E CERTIFICADO DO TIPO DE AÇO USADO.	UNID	15
36	609072	EBS06951	404022	PUNCH, APLICACAO P/CORNEA RECEPTORA / DOADORA. PUNCH TIPO BORRON, DIÂMETROS 7.5 A 8.5, APLICAÇÃO PARA CÔRNEA DOADORA / RECEPTORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM LOTE E VALIDADE, COM REGISTRO NA ANVISA/MS. A TABELA COM A SOLICITAÇÃO DOS TAMANHOS SERÁ ENVIADA PELA UNIDADE DE ALMOXARIFADO.	UNID	30
37	461242	PROVPPS011407	403831	SONDA DE VITRECTOMIA. SONDA PARA VITRECTOMIA ANTERIOR W/LUVA DE SILICONE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ZEISS VISALIS 100. CAIXA C/ 5. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	30
38	461242	NÃO SE APLICA	407311	SONDA DIATERMIA DSP 25 GA	UNID	300
39	439932	EBS06104	407301	SONDA USO OFTALMOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E NITINOL, TAMANHO: 23G, TIPO: CURVA, APLICAÇÃO: P/FOTOCOAGULAÇÃO, COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, ESTÉRIL (COMPATÍVEL COM O APARELHO DE LASER PUREPOINT	UNID	300
40	475151	EBS06874	408821	PONTEIRA DE USO OFTALMOLÓGICO, TIPO ENDODIATERMIA FINA COM PONTA REDUZIDA, PARA USO COM VITREÓFAGO PNEUMÁTICO, TAMANHO 20 G COM REDUÇÃO PARA 23 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.	UNID	360

				COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE VITRECTOMIA/FACOEMULSIFICADOR EVA NEXUS DORC		
41	439931	EBS06414	408823	SONDA DE ENDODIATERMIA PARA VITRECTOMIA, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA EM AÇO INOX, DESENHO ERGONÔMICO, TAMANHO 23 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE VITRECTOMIA/FACOEMULSIFICADOR EVA NEXUS DORC	UNID	360
42	475152	EBS06893	408826	PINÇA RETINIANA PARA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA - PINÇA CIRÚRGICA FÓRCEPS GRIPPING, PARA RETINA, RETIRADA DE MEMBRANA LIMITANTE INTERNA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 23 G, ESTÉRIL, REPROCESSÁVEL .APRS: UNIDADE	UNID	72
43	476569	EBS06129	408828	CASSETTE COMBINADO VITRECTOMIA COM FACO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE VITRECTOMIA/FACOEMULSIFICADOR EVA NEXUS DORC	UNID	360
44	397461	N/A	408818	LENTE DE VITRECTOMIA POSTERIOR SUPER MACULA, CAMPO DE VISÃO DE 60' / 78', AMPLIAÇÃO DE IMAGEM DE 1,49X, AMPLIAÇÃO DO PONTO DO LASER DE 0.67X, IMAGEM DE AMPLIAÇÃO MAIS ALTA DO POLO POSTERIOR DE QUALQUER LENTE DE CONTATO INDIRETA, IDEAL PARA AVALIAÇÃO CRÍTICA DA CABEÇA E MÁCULA DO NERVO ÓPTICO, REPROCESSÁVEL. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	12
45	398155	N/A	409014	LENTE DE VITRECTOMIA POSTERIOR, APLICAÇÃO PRIMÁRIA - VISUALIZAÇÃO INDIRETA E TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS RETINIANOS PERIFÉRICOS, AMPLO CAMPO DE VISÃO DE TODA A RETINA, INCLUINDO A ORA SERRATA IDEAL PARA DESCOLAMENTOS DE RETINA E RASGOS RETINIANOS GIGANTES DISPONÍVEL NAS OPÇÕES DE CONTATO PADRÃO E AUTO-ESTABILIZADOR (SSV®), CAMPO DE VISÃO AMPLIAÇÃO DE IMAGEM 112° / 134° 0,39X, REPROCESSÁVEL. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNID	12
46	436255	N/A	409109	CABO DE ENDOTERMIA. Compatível com equipamento de Vitrectomia/Facoemulsificador EVA Nexus Dorc	UNID	3

(Assinado eletronicamente)
Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Emanuelle Silva dos Santos, Chefe de Unidade**, em 14/08/2026, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kleiner Tiago do Nascimento Silva, Assistente Administrativo**, em 14/08/2026, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valdilene Do Nascimento Silva, Assistente Administrativo**, em 17/08/2026, às 06:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Debora Soraia Pereira Souza, Assistente Administrativo**, em 17/08/2026, às 07:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arlanny Rose Ferreira Lima Amorim, Enfermeiro(a)**, em 17/08/2026, às 07:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **63987407** e o código CRC **7B9D87F5**.

Referência: Processo nº 23540.015576/2026-15 SEI nº 63987407