

ANEXO A - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA

Item 1: Gerador de Raios-X
Características Mínimas: Tubo gerador de raios-x selado de anodo giratório; - Tensão do tubo: 150 KV; - Correntes: - Foco fino: 20 a 180 mA; - Foco grosso: 200 a 630 mA; - Potências: - Foco fino: 22 KW; - Foco grosso: 54 KW; - Valores dos pontos focais: - Foco fino: 0.6 mm; - Foco grosso: 1.2 mm; - Material do item: ampola de raios x com involucro (housin) em chumbo; - Compatível com raio-x marca LOTUS, modelo RX LOTUS HF630; - Após a instalação do tubo é necessário realizar todos os testes e calibração no equipamento para liberação; - Deve possuir número de registro na ANVISA. Garantia: 90 (noventa) dias; Amostras: Não aplicável; Prazo de Entrega/Recebimento: 45 (quarenta e cinco) dias; Instalação: O equipamento precisará ser instalado pela CONTRATADA conforme especificado no item 7.4 do Termo de Referência. Treinamento: Não Aplicável;