

	Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Dispositivos Médicos Escopo: Compra Individualizada - Hospital Universitário dos Servidores do Estado - HUSE-UniRio Objeto: Seringas de Bomba de infusão, com bombas em comodato Processo SEI: 23819.003834/2026-03 Período: 2026/2027									
	Anexo I- Descrição Detalhada e Quantitativos do Objeto									
	Grupos	Item	Cód. EBSERH	Cod. AGHU	CATMAT	Descrição detalhada	Apresentação	Quant. Total		
GRUPO 1 - SERINGAS PARA BOMBA DE INFUSÃO - COM BOMBAS EM COMODATO	1	EBS02109	402326	617321	Seringa PERFUSORA PARA BOMBA DE SERINGA 50 ml. Material: POLIPROPILENO INERTE, tamanho/ capacidade: escala graduada de 50 ml com intervalo de 10 em 10 ml, de 5 em 5 ml e de 1 em 1 ml. Compatível com a bomba especificada em edital. Conector luer lock para conexão do extensor na saída do corpo da seringa, na parte inferior duas aletas com ranhuras digitais, êmbolo na borracha cor PRETA, superfície lisa, base do êmbolo circular com ranhuras digitais para impulsionar a solução, processo de esterilização por óxido de etileno. Atóxica, apirrogênica, estéril e descartável. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS.	UNIDADE	39.600	AMPLA	0,75%	
	2	EBS03138	401293	617319	Seringa PARA BOMBA DE INFUSÃO 10 ml, BICO LUER LOCK rosqueável, centralizado, SEM AGULHA. EM POLIPROPILENO transparente e incolor. Cilindro siliconizado com anel de retenção, flange anatômica, escala subdividida em no máximo 0,2 mL e numerada no máximo de 2 em 2 mL. Êmbolo com pistão de vedação com ajuste preciso e deslize suave. Base anatômica para pressão. Material deve ser atóxico, apirrogênico, biocompatível, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba de infusão de seringa da instituição. Possuir certificação de conformidade para uso em bomba de seringa.	UNIDADE	27.840	AMPLA	0,75%	
	3	EBS05013	401292	617320	Seringa PARA BOMBA DE INFUSÃO 20 ml, BICO LUER LOCK rosqueável, centralizado, SEM AGULHA. EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE E INCOLOR. Cilindro siliconizado com anel de retenção, flange anatômica, escala subdividida em no máximo 1 ml e numerada no máximo de 5 em 5 ml. Êmbolo com pistão de vedação com ajuste preciso e deslize suave. Base anatômica para pressão. Material deve ser atóxico, apirrogênico, biocompatível, ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote. Deve ser compatível com bomba de infusão de seringa da instituição. Possuir certificação de conformidade para uso em bomba de seringa.	UNIDADE	28.800	AMPLA	0,75%	