UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - FLORIANÓPOLIS / SC
HU - Divisão de Material - Controle e Planejamento
DDD(048) Fone: 3721-8048 FAX: 3234-1016

Almoxarifado: 4010 - Seção de Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA PEDIDO Nº: 0316/2026

Item	Material	Descrição / Modificador / Especificação	Und	Qtdade
1	117390	TUBO CIRÚRGICO 203, USO HOSPITALAR, 100% SILICONE TRANSPARENTE (CATMAT: 459091) AUTOCLAVÁVEL EM 121°C ATÓXICO, INODORO, ISENTO DE COLABAMENTO, RESÍDUOS E IMPUREZAS. NÃO ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM NO MÍNIMO 10 M SEM INTERRUPÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. (CATMAT 459091; EBS09974)	MT	9600

Florianópolis, 3 de novembro de 2026.