Anexo - SEI

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - DESCRIÇÃO DETALHADA E QUANTITATIVOS DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23540.021934/2025-30
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - ACESSÓRIOS PARA ELETROCIRURGIA E ELETROPROCEDIMENTO

GRUPO 01 - ITENS 01 E 02 - MENOR PREÇO POR LOTE

ITEM	CATMAT	EBSERH	AGHUX	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL
1	463018	NÃO SE APLICA	5457	**ELETRODO DE RESSECÇÃO BIPOLAR (TIPO ALÇA)**. ELETRODO DE RESSECÇÃO BIPOLAR (TIPO ALÇA) PARA UTILIZAÇÃO EM UROLOGIA, RESSECÇÃO DA PRÓSTATA, CORTE E COAGULAÇÃO, DUAS HASTES, GUIA 24/26 CH, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER EM CARÁTER DE COMODATO PARA USO DO MATERIAL: FONTE DE ENERGIA BIPOLAR E O INSTRUMENTAL PERMANENTE (RESSECTOSCÓPIO, ÓTICA E CABOS DA FONTE DE LUZ E DA FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEIS).	UNID	**84**
2	462970	PROVPPS010776	5458	**ELETRODO DE RESSECÇÃO BIPOLAR (TIPO BOLA).** ELETRODO BIPOLAR (TIPO BOLA) DE RESSECÇÃO BIPOLAR, PARA UROLOGIA, RESSECÇÃO DA PRÓSTATA, DUAS HASTES, GUIA 24/26. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER EM CARÁTER DE COMODATO PARA USO DO MATERIAL: FONTE DE ENERGIA BIPOLAR E O INSTRUMENTAL PERMANENTE (RESSECTOSCÓPIO, ÓTICA E CABOS DA FONTE DE LUZ E DA FONTE DE ENERGIA).	UNID	**42**

ITENS 03 A 50 - MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM	CATMAT	EBSERH	AGHUX	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL
3	465286	EBS09655	8933	**ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL OVAL C/CANAL 230MM** (DIVERSOS). ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL OVAL, 230MM, COM DIÂMETROS DE 13 a 15 E 30 MM, DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8, OVAL, COM COMPRIMENTO 230 CM, COM MANOPLA E CONEXÃO PARA CAUTÉRIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS DIÂMETROS, DE 13MM a 15MM E 30MM. OS MODELOS E QUANTIDADES SERÃO SOLICITADOS CONFORME DEMANDA DO HUPAA.	UNID	**432**
4	437694	PROVPPS010543	8562	**CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI DELTRONIX**. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI DELTRONIX, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**5**

5	437694	PROVPPS010544	8562	**CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI LOKTAL WAVETRONIC**. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI LOKTAL WAVETRONIC, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**5**
6	437694	PROVPPS010545	8562	**CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI MEDICIR** CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI MEDICIR. TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**5**
7	437694	PROVPPS010546	8562	**CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI VALLEYLAB**. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI VALLEYLAB, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006., EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**5**
8	437694	PROVPPS011639	405168	**CABO PARA PINÇA MONOPOLAR BISTURI LOKTAL WAVETRONIC**. CABO P/ PINÇA MONOPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA MONOPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI LOKTAL WAVETRONIC TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**5**
9	437694	PROVPPS011640	405166	**CABO PARA PINÇA MONOPOLAR BISTURI LOKTAL MEDICIR.** CABO P/ PINÇA MONOPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA MONOPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI MEDICIR. TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**5**
10	345414	PROVPPS010568	4235	**CANETA DE BISTURI ELÉTRICO**, COMANDO MANUAL E REPROCESSÁVEL. CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, COM COMANDO MANUAL DE CORTE E COAGULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, CONECTOR DE 03 PINOS 3,97 MM PARA CONEXÃO COM BISTURI. PONTO DO ELETRODO TIPO FACA. COMPATÍVEL COM GERADOR VALLEYLAB FORCE FX. CABO FIXO 9NA CANETA, COMPRIMENTO DE 03 METROS, ELETRODO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE HEXAGONAL, ACIONAMENTO DE CORTE (AMARELO) E COAGULAÇÃO (AZUL) ATRAVÉS DE BOTÃO NO CORPO DO INSTRUMENTO. TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**216**
				CANETA DE BISTURI MONOPOLAR ACIONAMENTO PEDAL/REPROCESSÁVEL. CANETA, OU PORTA ELETRODO MONOPOLAR; PARA UNIDADE ELETROCIRURGICA / BISTURÍ ELÉTRICO/ELETRÔNICO; EM MATERIAL ISOLANTE; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO		

11	435591	PROVPPS010567	5456	DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006, PELO MENOS 50 VEZES; COM DESENHO ERGONÔMICO; COM COMANDO, CORTE E COAGULAÇÃO POR PEDAL, TAMANHO DO CABO 2,5 A 3,0 METROS, ESPESSURA DO CABO DE 4 MM; CONECTOR DO CABO COMPATÍVEL COM ENCAIXE PERFEITO AOS BISTURIS MARCAS VALLEYLAB, WEM E COVIDIEN. REPROCESSÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**144**
12	463018	NÃO SE APLICA	4526	**ELETRODO (TIPO ALÇA) UNIPOLAR C/ALÇA**. ANGULADA ELETRODO (TIPO ALÇA) UNIPOLAR C/ALÇA. ANGULADA. ELETRODO USO MÉDICO, TIPO ALÇA DE CORTE, COM CABO UNIPOLAR, ADULTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER EM CARÁTER DE COMODATO PARA USO DO MATERIAL: FONTE DE ENERGIA E O INSTRUMENTAL PERMANENTE (RESSECTOSCÓPIO, ÓTICA E CABOS DA FONTE DE LUZ E DA FONTE DE ENERGIA).	UNID	**72**
13	462970	PROVPPS010776	406045	**ELETRODO TIPO BOLA RETO 3,0X75 MM** , ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO BOLA RETO; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA BOLA = 3,0 MM; COMPRIMENTO DA HASTE = 75 MM E DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
14	462970	PROVPPS010777	405222	**ELETRODO TIPO BOLA RETO 4,0 X 12 MM**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO BOLA RETO; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA BOLA = 4,0 MM; COMPRIMENTO DA HASTE = 12 MM E DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
15	462954	PROVPPS010752	405206	**ELETRODO DE FILAMENTO (TIPO ALÇA) Nº 13**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: TAMANHO DO FILAMENTO = 13 MM; TAMANHO DA HASTE 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**

16	462954	PROVPPS010771	405207	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 05**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 5 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
17	462954	PROVPPS010772	405208	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 06**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 6 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
18	462954	PROVPPS010773	405211	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 07**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 7 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
19	462954	PROVPPS010774	405213	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 08**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 8 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
20	462954	PROVPPS010763	405311	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 09.** ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 9 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO	UNID	**60**

				MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.		
21	462954	PROVPPS010764	405215	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 10**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 10 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
22	462954	PROVPPS010765	405310	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 11**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 11 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
23	462954	PROVPPS010775	405220	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 12**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 12 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
24	462954	PROVPPS010766	405313	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 13**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 13 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
				ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 14. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 14 MM; TAMANHO		

25	462954	PROVPPS010767	405314	DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
26	462954	PROVPPS010768	405315	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 15**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 15 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
27	462954	PROVPPS010769	405317	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº 16** . ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 16 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
28	462954	PROVPPS010770	405316	**ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM Nº17** . ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA ALÇA = 17 MM; TAMANHO DA HASTE = 5 CM; DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
29	462954	PROVPPS010757	405207	**ELETRODO TIPO ALÇA, 12CM TGI Nº 05** ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA TGI; MODELO: EL05; COM TAMANHOS: 1,80 MM X 120 MM – PONTA RETANGULAR 0,2 MM X 10 MM X 10 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;	UNID	**60**

				PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.		
30	462954	PROVPPS010758	405208	**ELETRODO TIPO ALÇA, 12CM TGI Nº 06** ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA TGI; MODELO: EL06; COM TAMANHOS: 1,80 MM X 120 MM – PONTA RETANGULAR 0,2 MM X 10 MM X 10 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
31	462954	PROVPPS010759	405211	**ELETRODO TIPO ALÇA, 12CM TGI Nº 07**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA TGI; MODELO: EL07; COM TAMANHOS: 1,80 MM X 120 MM – PONTA OVAL 0,2 MM X 15 MM X 15 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
32	462954	PROVPPS010760	405213	**ELETRODO TIPO ALÇA, 12CM TGI Nº 08** ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA TGI; MODELO: EL08; COM TAMANHOS: 1,80 MM X 120 MM – PONTA OVAL 0,2 MM X 25 MM X 10 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
33	462954	PROVPPS010761	405200	**ELETRODO TIPO ALÇA, 12CM TGI Nº 09** ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA TGI; MODELO: EL09; COM TAMANHOS: 1,80 MM X 120 MM – OVAL 0,2 MM X 25 MM X 15 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
34	462954	PROVPPS010762	405215	**ELETRODO TIPO ALÇA, 12CM TGI Nº 10**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA TGI; MODELO: EL10; COM TAMANHOS: 1,80 MM X 120 MM – PONTA OVAL 0,2 MM X 30 MM X 10 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM	UNID	**60**

				INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.		
35	462999	PROVPPS010778	405223	**ELETRODO TIPO FACA RETA 150MM**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO FACA RETO; COM TAMANHOS: TAMANHO DA FACA = 150 MM; COMPRIMENTO DA HASTE = 5 MM E DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
36	462999	PROVPPS010779	403893	**ELETRODO TIPO FACA RETA 65MM**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO FACA RETO; COM TAMANHOS: TAMANHO DA FACA = 65 MM; COMPRIMENTO DA HASTE = 5 MM E DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**108**
37	462999	PROVPPS010780	405224	**ELETRODO TIPO FACA RETA 75MM**. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO FACA RETO; COM TAMANHOS: TAMANHO DA FACA = 75 MM; COMPRIMENTO DA HASTE = 5 MM E DIÂMETRO DA HASTE = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**108**
38	463021	EBS15275	405229	**ELETRODO BISTURI ELETROCIRÚRGICO** (FACA ELETROCIRÚRGICA), PARA REALIZAÇÃO DE DISSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, PONTA EM FORMA DE T, COM IRRIGAÇÃO CENTRAL, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.8 MM, COMPRIMENTO DA PONTA DO BISTURI 4 MM, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 195 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	UNID	**5**
39	463021	EBS15449	405227	**ELETRODO BISTURI ELETROCIRÚRGICO** (FACA ELETROCIRÚRGICA), PARA REALIZAÇÃO DE DISSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, PONTA EM FORMA DE T, I OU O, COM IRRIGAÇÃO CENTRAL, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 2.3 MM, COMPRIMENTO DA PONTA DO BISTURI CERCA DE 2 MM, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 180 A 230 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	UNID	**5**
				PINÇA BIPOLAR BAIONETA. PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO		

40	433061	PROVPPS011201	5109	BIPOLAR, MODELO HASTE BAIONETA, COMPRIMENTO TOTAL 20, TIPO PONTA RETA, DIÂMETRO PONTA 0,5, TIPO USO ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**30**
41	468106	PROVPPS011203	3003	**PINÇA BIPOLAR DE CUSHING**. PINÇA CIRÚRGICA, MODELO BIPOLAR DE CUSHING, TIPO PONTA DE 1,5MM – 17,5CM, APLICAÇÃO PARA USO EM EQUIPAMENTO VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**30**
42	433378	PROVPPS011206	405083	**PINÇA BIPOLAR RETA 20 CM X 1,2 MM**. PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: TAMANHO DA PONTA = 1,2 MM; COMPRIMENTO DA HASTE = 20 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**30**
43	433208	PROVPPS011205	5027	**PINÇA BIPOLAR RETA 16 CM X 2,0 MM**. PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO HEMOSTÁTICA BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: COMPRIMENTO DA PINÇA - 160 MM; COMPRIMENTO DA PONTA - 2 MM FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**30**
44	433202	PROVPPS011194	405085	**PINÇA BIPOLAR RETA, PONTA CURVA 20 CM X 0,5 MM**. PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: TAMANHO DA PONTA = 0,5 MM; COMPRIMENTO DA HASTE = 20 MM; FEITO EM AÇO INOX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E/OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO À BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**60**
45	459256	EBS02234	4215	**PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO**, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇÃ, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM,	UNID	**7.200**

				COMPATÍVEL COM BISTURI WEM, MODELO SS-601 MCA, QUE UTILIZAM CABO PC-07 E VALLEYLAB USANDO CABO E0560. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 13,5KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.		
46	459257	EBS02236	404465	**PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL**, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇÃ, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. PARA USO EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 2,7 KG. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI WEM, MODELO SS-601 MCA, QUE UTILIZAM CABO PC-07 E VALLEYLAB USANDO CABO E0560. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO INFERIOR A 2,7KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	UNID	**720**
47	458215	NÃO SE APLICA	406301	**KIT DE VÁLVULAS E MEMBRANAS** (COM 2 VÁLVULAS E 6 MEMBRANAS) COMPATÍVEL COM O USO NAS BOMBAS EXTRATORAS DE LEITE HUMANO DA MARCA AUTOCYCLE TM DA MEDELA. CARACTERÍSTICAS: LAVÁVEL, EM POLIPROPILENO RANDON.	UNID	**25**
48	461277	NÃO SE APLICA	407586	**ELETRODO AGULHA MONOPOLAR** DESCARTÁVEL: 0,35 X45 MM E/OU 0,45X37 MM	UNID	**600**
49	610260	NÃO SE APLICA	407595	**ELETRODO DE SUPERFÍCIE** DESCARTÁVEL PARA ELETRODO JACARÉ	UNID	**1.800**
50	446834	EBS07217	8916	**SENSOR PARA MONITORIZAÇÃO** DIRETA DOS EFEITOS DOS ANESTÉSICOS E SEDATIVOS NO CÉREBRO. POSICIONAMENTO NA TESTA. PARA FUNCIONAMENTO COM O MÓDULO BIS (ÍNDICE BISPECTRAL). COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MÓDULO COVIDIEN BIS LOC 2 CHANNEL.	UNID	**300**

Referência: Processo nº 23540.021934/2025-30 SEI nº 58019628