



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE - FLORIANÓPOLIS / SC
HU - Divisão de Material - Controle e Planejamento
DDD(048) Fone: 3721-8048 FAX: 3234-1016

Almoxarifado: 4090 - Processamento de Roupas

PEDIDO DE COMPRA PEDIDO Nº: 0396/2025

Item	Material	Descrição / Modificador / Especificação	Und	Qtidade
1	179136	COLCHÃO HOSPITALAR (COM CAPA) (CATMAT: 614743) estrutura interna em espuma 100% de poliuretano com densidades diferentes de acordo com a região anatômica do paciente para prevenção e tratamento de lesões por pressão. Densidade mínima 40. Características: 200x0,86x0,14 (compatível com o tamanho da cama elétrica) com capacidade de carga mínima de 159 Kg.Capa: em poliuretano como Dartex ou similar ou de melhor qualidade; deve ser revestido por material impermeável isento de qualquer po de látex em sua composição e cobertura retardante de fogo (de acordo com a norma internacional 16 CFR1632 ou CRIB5), antimoho, antifungos e antibactérias; deve ser à prova de água e permeável ao vapor;não deve possuir costuras nas laterais ou devem ser seladas a laser ou outro método para evitar a penetração de líquido; deve conter alças para transporte; zíper deve ser protegido, oculto para não haver penetração de líquido; deve possuir sinalizador para indicar a posição correta. Garantia do fabricante. Registro do produto na ANVISA. Aplicação: Adulto, Cama Hospitalar Elétrica. (Descritivo atualizado conforme processo 23820.003995/2025-79)	UN	30

Florianópolis, 19 de dezembro de 2025.