

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Diâmetro Externo: 54MM, Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G1

2 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno E Titânio, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Fixação Biológica E Parafusada, Superfície: Duplo Revestimento, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Diâmetro Externo: 54 MM, Apresentação: Conjunto C/ Parafusos, Inserto Externo E Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G1

3 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Cabeça Intercambiável, Modelo: Bipolar, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Médio, Diâmetro Cabeça: 26 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G1

4 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Cabeça Femoral Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G1

5 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável E Polietileno, Componente: Cabeça, Tipo Acetábulo, Cúpula E Inserto, Modelo: Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G1

6 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular, Material: Polietileno, Componente: Componente Acetabular, Tipo Fixação: Cimentada, Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 28 Mm, Diâmetro Externo: 54 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G1

7 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Titânio, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Fixação Biológica, Superfície: Duplo Revestimento, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Ângulo Haste: 135°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G1

8 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Cirurgia Primária, Estrutura: Modular, Material: Aço Inoxidável, Componente: Haste Femoral, Tipo Fixação: Cimentada, Superfície: Superfície Polida, Encaixe: Cone 12/14, Tamanho Colo: Colo Curto, Ângulo Haste: 130°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G1

9 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Titânio, Componente: Parafuso Acetabular, Superfície: Revestimento Poroso, Diâmetro: Cerca De 6,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (40)

Grupo: G1

10 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral, Material*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (15)

Grupo: G1

11 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Base Tibial, Modelo: Unicompartimental, Material: Titânio, Tipo Fixação: Cimentação Biológica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

12 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Femoral, Modelo: Unicompartimental, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Fixação: Cimentada, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

13 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária, Componente: Componente Tibial Superfície Articular, Modelo: Unicompartimental, Material: Polietileno, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (2)

Grupo: G2

14 - Lâmina shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Afilada, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G3

15 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Lâmina Shaver Tipo: Broca Oval, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 6,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G3

16 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: Para Artroscopia, Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula Rosqueada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante, Dimensões: Cerca 5 X 70 MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G3

17 - Dispositivo de reconstrução ligamentar

Descrição Detalhada: Prótese Para Ligamento Tipo: Placa Tipo Botão, Formato: Retangular, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G3

18 - Parafuso de interferência

Descrição Detalhada: Parafuso De Interferência Tipo: Para Reconstrução Ligamentar, Material: Titânio, Modelo: Rosca Total, Com Cabeça, Diâmetro*: 9 MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (20)

Grupo: G3

19 - Fio Guia Ortopédico Intra Operatório

Descrição Detalhada: Fio Guia Ortopédico Intra Operatório Formato Ponta Ativa: Perfurante Diamantada, Haste: Corpo Calibrado, Ponta Distal: Extremidade Reta, Dimensões: Compatível C/ Dispositivo Médico Implantável Dmi, Material: Aço Inoxidável, Radiopaco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G3

20 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Uso Médico Tipo: Aplicadora De Cola De Glutaraldeído, Características Adicionais: Em Pvc, Descartável, Estéril, Aplicação: Para Videocirurgia, Tamanho: 10cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G3

21 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 4 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (10)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de quadril	15	Unidade
2	Prótese de quadril	20	Unidade
3	Prótese de quadril	20	Unidade
4	Prótese de quadril	15	Unidade
5	Prótese de quadril	15	Unidade
6	Prótese de quadril	20	Unidade
7	Prótese de quadril	20	Unidade

8	Prótese de quadril	20	Unidade
9	Prótese de quadril	40	Unidade
10	Material especial ortopedia	15	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Prótese de joelho	2	Unidade
12	Prótese de joelho	2	Unidade
13	Prótese de joelho	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Lâmina shaver	10	Unidade
15	Lâmina Shaver	10	Unidade
16	Trocarte	10	Unidade
17	Dispositivo de reconstrução ligamentar	10	Unidade
18	Parafuso de interferência	20	Unidade
19	Fio Guia Ortopédico Intra Operatório	10	Unidade
20	Ponteira	10	Unidade
21	Equipo especial - uso médico	10	Unidade