

# REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

## ABERTA

Processo: 23523006200202610

Número RM: UPDE-000027/2026

Usuário: Sinara.Bezerra

Data: 04/02/2026

Folha: 1

Item	Cód. Almoxarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3061302040	EBS15461	616180	ENDOPROTESE AÓRTICA ABDOMINAL BIFURCADA, EM Estrutura metálica autoexpansível, RECOBERTA EM REVESTIMENTO EM POLÍMERO SINTÉTICO COM FREE FLOW, COM SISTEMA DE MARCADORES RADIOPACOS. Diâmetro Proximal 26 mm, Diâmetro Distal 13 mm, Comprimento: 135 mm, MÁXIMO DE 18 FR. Produto estéril, uso único e apirogênico. Registro vigente na ANVISA.	1	UN
2	3061302043		616179	ENDOPRÓTESE AÓRTICA ABDOMINAL- EXTENSÃO ILÍACA (CONTRALATERAL), EM ESTRUTURA METÁLICA AUTOEXPANSÍVEL, RECOBERTA EM REVESTIMENTO EM POLÍMERO SINTÉTICO, COM SISTEMA DE MARCADORES RADIOPACOS. Diâmetro Proximal: 15 mm, Diâmetro Distal: 13 mm, Comprimento: 50 mm ou 70 mm, MÁXIMO DE 16 FR. Produto estéril, uso único. REGISTRO vigente na ANVISA.	1	UN

**Observação da Requisição:** DL DIRECIONADA\_RM N° 27/2026\_HEMODINÂMICA\_Endoprótese aórtica e Extensão Ilíaca\_Solicitação de Materiais referente ao processo SEI N° 23523.004456/2026-92.

### REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

1. AGRUPAMENTOS: SIM ( ☒ ) NÃO ( ☐ )  
GRUPO ÚNICO

2. COMODATOS NECESSÁRIOS: SIM ( ☐ ) NÃO ( ☒ )

3. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

4. MATERIAL HOSPITALAR COMUM ( ☐ ) OPME ( ☒ ) INSTRUMENTAL ( ☐ )

5. CONSIGNADOS: SIM ( ☒ ) NÃO ( ☐ )

6. PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS ÚTEIS

6.1 MATERIAL COMUM E OPME: IMEDIATA- DEMANDA DIRECIONADA