

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Vazão: 0,1 A 999,9 MI/H , Características Adicionais 01: Sensor De Pressão , Administração: Enteral/Parenteral , Programação: Programação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sonora/MS (3)

2 - Desfibrilador

Descrição Detalhada: Desfibrilador Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Componente: Pás Externas E Adesivas , Tipo Onda: Bifásica , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Módulo: Portátil , Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Alimentação: Bateria Recarregável , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico , Memória: Grava Eventos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sonora/MS (1)

3 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Componentes: Alarmes/Bateria , Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução , Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St , Tipo: Pré Configurado/Modular , Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória , Opcionais: Capnografia , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sonora/MS (1)

4 - Ventilador Artificial Eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto , Características Adicionais 01: Bateria Interna , Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica , Alarmes: Alarmes Audiovisuais , Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sonora/MS (1)