



HARSOFT

Rua Argemiro Fialho, 457

Vila Bandeirantes

79006-540 Campo Grande/MS

Fone : 67 3026-5610

C.N.P.J: 11.019.568/0001-70

Inscrição Estadual: 28.353.252-1

Permissionária com o Número: 54000080

**Ordem de Serviço
11463**

Início: 01/05/2026

Final: / /

Cliente

Nome : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU

Endereço : AV. COSTA E SILVA, SN - FAFCAN - UFMS

Bairro : PIONEIRAS

Telefone : 67 99982-5155

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

Equipamento

BALANÇA ANALITICA SHIMADZU

Nro. Inmetro:40313580

Portaria: 065/2003

MODELO: AY220

N° SÉRIE: D452201147

Lacre Retirado: SEM LACRE

Lacre Colocado:

PATRIMONIO UFMS - 103852

Selo Retirado: 1.658.780-7

Selo Colocado:

Observações

Acessórios: Fonte Externa

Defeito Constatado

EQUIPAMENTO NÃO ESTABILIZA, OSCILANDO LEITURA.

Peças	Código	Produto	Quantidade	Unitário	Total
	0		0.00	0,00	0,00
Serviços		Descrição	Quantidade	Unitário	Total
		MANUTENÇÃO BALANÇA ANALITICA	1.00	350,00	350,00
		CALIBRAÇÃO BALANÇA ANALITICA	1.00	225,00	225,00
				Valor Peças :	0,00
				Valor Serviços:	575,00
				Desconto:	0,00
				Total da Ordem Serviço :	575,00

Serviços Técnico

STATUS: AGUARDANDO APROVAÇÃO

VALIDADE ORÇAMENTO: 40 DIAS

PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO PARA LIBERAÇÃO: 02 DIAS

Resp. Técnico: PAULO JIMENEZ

C.P.F.:22268776816

R.G: 61782115952

Assinatura e carimbo - Cliente



Rua Argemiro Fialho, 457
Vila Bandeirantes
79006-540 Campo Grande/MS

Fone : 67 3026-5610 C.N.P.J: 11.019.568/0001-70 Inscrição Estadual: 28.353.252-1

Ordem de Serviço : 11462

Data : 01/05/2026 09:56

Cliente

Nome : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU

Endereço : AV. COSTA E SILVA, SN - FAFCAN - UFMS

Bairro : PIONEIRAS

Telefone : 67 99982-5155

Cidade : CAMPO GRANDE

UF: MS

Num NF.	Data Emissã / /	Valor NF 0.00	Fabricante GEHAKA	Num Serie 13020760001009
---------	--------------------	------------------	----------------------	-----------------------------

Equipamento PONTO DE FUSÃO GEHKA MODELO: PF1500 N° SÉRIE: 13020760001009	Observações/Acessorios Acessórios: Cabo de Força n° PATRIMONIO UFMS - 00158542	Defeito Constatado EQUIPAMENTO NÃO AQUECE, JA FOI MECHIDO EM OUTRA OFICINA. ESTÁ COM RESISTENCIAS QUEIMADAS
---	--	---

Peças	Código	Produto	Quantidade	Unitário	Total
	58	RESISTENCIA PONTO DE FUSÃO	2.00	216,00	432,00

Serviços	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
	MANUTENÇÃO PONTO DE FUSÃO	1.00	250,00	250,00
	CALIBRAÇÃO PONTO DE FUSÃO	1.00	190,00	190,00

Valor Peças : 432,00

Valor Serviços: 440,00

Desconto: 0,00

Total da Ordem Serviço : 872.00

Serviços Técnico

STATUS: AGUARDANDO APROVAÇÃO

VALIDADE ORÇAMENTO: 40 DIAS

PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO PARA LIBERAÇÃO: 02 DIAS

Garantia	Nota Fiscal	Data	Nr Serie Equipamento
Empresa GEHAKA			13020760001009

Assinatura do Técnico

Assinatura e carimbo - Cliente

Garantia: - A Harsoft Informática não se responsabiliza por equipamentos instalados sem aterramento e proteção de linha.

(011462)