

Assunto: **RE: PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025.**
De: JT HOSPITALAR PRODUTOS MÉDICOS <jthospitalar@hotmail.com>
Para: licitacoes@antonioidias.mg.gov.br <licitacoes@antonioidias.mg.gov.br>
Data: 25/06/2025 16:13



Boa tarde,

Vimos por meio deste, solicitar a desclassificação do item. Pois nos atrapalhamos ao analisar o descritivo do item, e notamos que foi ofertado um equipamento inferior com o que é solicitado. Sendo um eletrocardiógrafo de 3 canais.
Desde já, pedimos nossas mais sinceras desculpas. Pois de modo algum, seria de nossa intenção atrapalhar o certame.

Atenciosamente,
João Pedro



De: licitacoes@antonioidias.mg.gov.br <licitacoes@antonioidias.mg.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de junho de 2025 15:44
Para: jthospitalar@hotmail.com <jthospitalar@hotmail.com>
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025.

https://webmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=35803&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

1/2

26/06/2025, 09:22

Webmail Locaweb : RE: PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025.

Prezado Licitante;

Considerando o disposto no instrumento convocatório conforme destacado abaixo:

[...]

13 - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

13.1. O Agente de Contratação poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

[...]

- Após análise mais detalhada dos documentos complementares anexados, não ficaram claras as informações:
- Quantidade Mínima de 06 eletrodos precordiais de silicone;
- 04 eletrodos de membros tipo clip coloridos;
- 12 canais.

E visando atestar o pleno atendimento do referido produto, ao mínimo exigido no instrumento convocatório e seus anexos. **FICA ABERTO O PRAZO ATÉ ÀS 10H00 DO DIA 26/06/2025, PARA ESCLARECIMENTOS.**

Att

Elci Rodrigues
Agente de Contratação

--

Prefeitura Municipal de Antônio Dias/MG

Fone: (31) 3843-1331/1324