

Parecer Técnico – Aquisição de mamógrafo digital – Município de Oliveira - MG

Referência: Processo Licitatório Nº 093/2024. Pregão Nº 043/2024. Especificações Técnicas do Mamógrafo Digital constante no edital de licitação.

Documentos: Propostas Comerciais e manuais da empresa VMI Tecnologias LTDA

I. Resumo:

Parecer técnico elaborado para análise da proposta comercial da empresa VMI Tecnologias Ltda para aquisição de um equipamento de Mamografia Digital, sendo este suporte importante para subsidiar tomada de decisão de compra segura e efetiva quanto às especificações que atenda tanto ao corpo clínico em relação as instalações e ao equipamento.

II. Apresentação/Objetivo:

Guilherme Pereira Costa, Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicação, especialista em Engenharia Clínica apresenta Parecer Técnico mediante as propostas comerciais recebidas para aquisição de um equipamento de Mamografia Digital para Prefeitura de Oliveira – MG.

A prefeitura de Oliveira destaca nesta aquisição que a compra de um novo equipamento, após a paciente passar por exames clínicos na Atenção Básica, a solicitação do exame é feita e o agendamento e o exame será realizado. Haverá consideravelmente a redução na fila de espera pois todos os exames serão executados pelo equipamento adquirido unicamente para atendimento às pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS e será instalado em local próprio e criado pela Administração Municipal para esse fim.

III. Da avaliação técnica:

Equipamento ofertado:

Marca	Modelo	Ilustração
VMI	DIGIMAMO TM 3D	
Registro na ANVISA		81583780003

Em análise a documentação apresentada e descrito técnico que consta no edital de licitação, informo a proposta comercial da empresa VMI Tecnologia LTDA **não atende** aos requisitos solicitados no edital de licitação, pelos seguintes motivos:

No item 1.1 é solicitado detector integrado (DR) sem o uso detector eletrônico do tipo flat panel (retrofit), tecnologia de conversão direta de aquisição da imagem por um detector de tela plana de Selênio Amorfo (a-Se), porém o equipamento Digimamo TM 3D utiliza conversão indireta com detector Silício Amorfo CsI/a-Si como padrão.

No item 1.17 é solicitado Fator de grade mínimo de 5:1, porém o Digimamo TM 3D possui o fator de grade 3:1, contrariando ao requisitado no edital de licitação.

IV. Conclusão:

Após análise da proposta comercial da empresa VMI Tecnologia LTDA **não atende** aos requisitos solicitados no edital de licitação, sendo solicitado a documentação da próxima empresa classificada.

Este parecer é composto de 02 (duas) páginas.

Guilherme Costa
Engenheiro Clínico
CREA/MG 127.265/D