



Licitações Prefeitura Municipal de Oliveira <licitacao.pmo.oliveira@gmail.com>

PL 089/2025, PE 032/2025 - materiais de segurança alimentar

4 mensagens

Licitações Prefeitura Municipal de Oliveira <licitacao.pmo.oliveira@gmail.com>

16 de setembro de 2025 às 14:01

Para: LICITACAO SEMED <semed.licitacao.2025@gmail.com>, compraselicitacaosemed@gmail.com

Boa tarde, encaminho proposta readequada do pregão eletrônico 32, materiais de segurança alimentar, para análise por parte da Secretaria de Educação, visto serem itens muito específicos. Favor responder o mais rápido possível, para que haja a regular continuidade do feito.
At.te.

 **32_2025__propostaATUALIZADA.pdf**
196K

Compras e Licitação Semed <compraselicitacaosemed@gmail.com>

16 de setembro de 2025 às 15:49

Para: Licitações Prefeitura Municipal de Oliveira <licitacao.pmo.oliveira@gmail.com>

Segue análise feita pelo setor responsável para os itens 001 e 004 PL 089/2025, PE 032/2025 - materiais de segurança alimentar, conforme solicitado.

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Merenda Escolar Oliveira - MG** <merenda.escolar.pmae@gmail.com>

Data: Terça, 16 de setembro de 2025 às 15h04

Assunto: Re: PL 089/2025, PE 032/2025 - materiais de segurança alimentar

Para: Compras e Licitação Semed <compraselicitacaosemed@gmail.com>

Como são dois termômetros, tenho a dúvida de qual estamos nos referindo.

Esclareço que:

Para: TERMÔMETRO, TIPO: LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -50 A 380°C. APLICAÇÃO: EFETUAR MEDIÇÕES EM ALIMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO: INFRAVERMELHO, MATERIAL: PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIRA LASER CLASSE II; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO: +/- 1°C. NECESSÁRIO QUE O EQUIPAMENTO POSSUA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EMITIDO PELO LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, GARANTINDO A PRECISÃO E RASTREABILIDADE DAS MEDIÇÕES. ALÉM DISSO, O TERMÔMETRO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, COMO A RDC Nº 275/2002 DA ANVISA, QUE EXIGE O USO DE INSTRUMENTOS CALIBRADOS E ADEQUADOS EM AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. TAMBÉM É ESSENCIAL QUE O EQUIPAMENTO COM MIRA LASER CLASSE II ATENDA AOS PADRÕES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS POR NORMAS TÉCNICAS, COMO A IEC 60825-1. POR FIM, OS MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO, COMO PLÁSTICO E AÇO INOX, DEVEM SER APROPRIADOS PARA O USO ALIMENTAR, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA, FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E SEGURANÇA NO MANUSEIO.

- 0001 INDICAÇÕES O TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO E127 DA BIOLAND - NÃO SE ENQUADRA DEVIDO A JUSTIFICATIVA ABAIXO:

O objetivo da aquisição é a aferição da temperatura dos alimentos e a faixa de temperatura do produto proposto que é de FAIXA MEDIÇÃO: 0 A 50°C, que não atende ao que desejamos uma faixa de -50 A 380°C que nos permita verificar uma temperatura de freezers e produtos congelados menor que 0°C e temperatura de cocção que é maior que 50°C.

e que,

Para TERMÔMETRO DIGITAL COM HASTE FLEXÍVEL PARA USO EXTERNO EM GELADEIRA E FREEZER / UMIDADE-RESISTENTE. ESCALA DE TEMPERATURA MÍNIMA - 50C / PRECISÃO DA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 1C MARCA DE REFERÊNCIA INCOTERM, AKSO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. NECESSÁRIO QUE O EQUIPAMENTO POSSUA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EMITIDO PELO LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, GARANTINDO A PRECISÃO DAS MEDIÇÕES. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº 275/2002 DA ANVISA, QUE EXIGE INSTRUMENTOS CALIBRADOS PARA

CONTROLE DE TEMPERATURA EM AMBIENTES ALIMENTARES. ALÉM DISSO, DEVE SER RESISTENTE À UMIDADE E FABRICADO COM MATERIAIS ADEQUADOS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE NO USO.

- 0004 DESCRIÇÃO DO PRODUTO TERMÔMETRO DIGITAL FOR-200, - SE ENQUADRA

Laweny F. dos S. Coelho

Nutricionista - CRN9 29596



**PROGRAMA MUNICIPAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Rua José Maia, nº300, Bairro Aparecida
Oliveira - MG 35.540-000

Licitações Prefeitura Municipal de Oliveira <licitacao.pmo.oliveira@gmail.com>
Para: Compras e Licitação Semed <compraslicitacaosemed@gmail.com>

17 de setembro de 2025 às 13:13

Prezadas, boa tarde. Os itens estão numerados na proposta de acordo com o edital.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras e Licitação Semed <compraslicitacaosemed@gmail.com>

18 de setembro de 2025 às 12:34

Para: Licitações Prefeitura Municipal de Oliveira <licitacao.pmo.oliveira@gmail.com>

De acordo com Laweny, nutricionista do setor de merenda desta secretaria:

Item 0001- INDICAÇÕES O TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA E OUVIDO E127 DA BIOLAND - NÃO SE ENQUADRA DEVIDO A JUSTIFICATIVA ABAIXO:

O objetivo da aquisição é a aferição da temperatura dos alimentos e a faixa de temperatura do produto proposto que é de FAIXA MEDIÇÃO: 0 A 50°C, que não atende ao que desejamos uma faixa de -50 A 380°C que nos permita verificar uma temperatura de freezers e produtos congelados menor que 0°C e temperatura de cocção que é maior que 50°C.

Item 0004 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO TERMÔMETRO DIGITAL FOR-200, - SE ENQUADRA

[Texto das mensagens anteriores oculto]