



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

**Paço Municipal Ministro Eliseu Resende
Secretaria de Administração**

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira-MG – 35.540-000

licitacao.pmo@oliveira.mg.gov.br – (37) 3332-9179

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026

A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e em observância ao artigo 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, torna público, a todos os interessados em participar do referido certame, a errata do Edital do **Processo Licitatório 031/2026 – Pregão Eletrônico nº 009/2026**. Considerando que no **dia 07/04/2026** foi feita a publicação do referido Processo licitatório no Quadro de Avisos do Hall da Prefeitura, Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Oliveira e Portal Nacional de Compras Públicas. Tendo em vista os pedidos de impugnação ao edital, tornou-se necessária a publicação da errata com as devidas alterações.

Nesse sentido:

Onde se lê:

EDITAL DE LICITAÇÃO

4. LOCAL, DATA E HORA.

4.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia **17/04/2026, com início às 13h30min**, horário de Brasília -DF.

11. DA HABILITAÇÃO

11.11.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.11.1.São requisitos relacionados aos aspectos qualitativos do(s) produto(s) e à verificação da legislação vigente:

Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

ANEXO I– ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

5. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

5.1 Estima-se a seguinte quantidade para a presente contratação:

Item 12- DETECTOR FETAL PORTÁTIL.

Item 13- ELETROCARDÍOGRAFO CARDIOCARE 2000 COMPLETO 12 CANAIS.

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

2. DO OBJETO

2.2. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

**Paço Municipal Ministro Eliseu Resende
Secretaria de Administração**

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira-MG – 35.540-000

licitacao.pmo@oliveira.mg.gov.br – (37) 3332-9179

Item 12- DETECTOR FETAL PORTÁTIL.

Item 13- ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000 COMPLETO 12 CANAIS.

ANEXO XIV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Item 12- DETECTOR FETAL PORTÁTIL.

Item 13- ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE 2000 COMPLETO 12 CANAIS.

Leia-se:

EDITAL DE LICITAÇÃO

4. LOCAL, DATA E HORA.

4.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia **30/04/2026, com início às 13h30min**, horário de Brasília - DF.

11. DA HABILITAÇÃO

11.11.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.11.1. São requisitos relacionados aos aspectos qualitativos do(s) produto(s) e à verificação da legislação vigente:

Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

11.11.2. Apresentar Registro da ANVISA e Certificado do INMETRO para os itens 12 e 13.

ANEXO I– ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

5. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

5.1 Estima-se a seguinte quantidade para a presente contratação:

Item12- - DETECTOR FETAL TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | FAIXA DE MEDIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | GRAU DE PROTEÇÃO: PORTÁTIL | DIGITAL | LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 | 30 A 240BPM | BATERIA INTEGRADA | SONDA IPX7| APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO.

Item 13- Eletrocardiógrafo para Telessaúde de Repouso com 12 derivações simultâneas em 1, 3, 6 e 12 canais. Resolução digital 1 uV/LSB. Comunicação com computador via USB. Taxa de amostragem digital 8.000 amostras por segundo. Laudo interpretativo e relatório das medidas complexas de todas as derivações. Identificação de arritmia, análise da variabilidade da pulsação cardíaca no



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Paço Municipal Ministro Eliseu Resende Secretaria de Administração

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira-MG – 35.540-000

licitacao.pmo@oliveira.mg.gov.br – (37) 3332-9179

intervalo RR, função ST Map para rápida análise do miocárdio ou isquemia. Parâmetros de medidas FC, PR, QRS, QT/QTc, eixo P-R-T, SV1/RV5/R+S amp. Relatório Beat Report: texto, guia, vetor e ST map. Ganho 2.5,5,10,20 mm/mVe auto. Velocidade 5,12.5, 25, 50, 100 mm/s. Entrada de dados para identificação do paciente, nome, data de nascimento, idade, sexo, altura, peso, etnia, tabagismo, departamento, número do quarto, estudo, número de acesso, referência médica. Frequência cardíaca de 30~300bpm. PREFEITURA DE OLIVEIRA Paço Municipal Ministro Eliseu Resende Secretaria Municipal de Saúde Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira / MG – 35.540-000 SMS 2 Detecção de marcapasso, saturação de sinal e identificação de eletrodo solto por derivação. Fonte de energia elétrica proveniente do computador. Worklist bidirecional permitindo importar a lista de exames agendados do prontuário eletrônico, selecionar pacientes prescritos e exportar os exames diretamente ao PACS no formato DICOM. Software para telemedicina e integração direta com servidor WEB|APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DO INEMTRO.

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

2. DO OBJETO

2.2. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO

Item12- - DETECTOR FETAL TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | FAIXA DE MEDIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | GRAU DE PROTEÇÃO: PORTÁTIL | DIGITAL | LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 | 30 A 240BPM | BATERIA INTEGRADA | Sonda IPX7| APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO.

Item 13- Eletrocardiógrafo para Telessaúde de Repouso com 12 derivações simultâneas em 1, 3, 6 e 12 canais. Resolução digital 1 uV/LSB. Comunicação com computador via USB. Taxa de amostragem digital 8.000 amostras por segundo. Laudo interpretativo e relatório das medidas complexas de todas as derivações. Identificação de arritmia, análise da variabilidade da pulsação cardíaca no intervalo RR, função ST Map para rápida análise do miocárdio ou isquemia. Parâmetros de medidas FC, PR, QRS, QT/QTc, eixo P-R-T, SV1/RV5/R+S amp. Relatório Beat Report: texto, guia, vetor e ST map. Ganho 2.5,5,10,20 mm/mVe auto. Velocidade 5,12.5, 25, 50, 100 mm/s. Entrada de dados para identificação do paciente, nome, data de nascimento, idade, sexo, altura, peso, etnia, tabagismo, departamento, número do quarto, estudo, número de acesso, referência médica. Frequência cardíaca de 30~300bpm. PREFEITURA DE OLIVEIRA Paço Municipal Ministro Eliseu Resende Secretaria Municipal de Saúde Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira / MG – 35.540-000 SMS 2 Detecção de marcapasso, saturação de sinal e identificação de eletrodo solto por derivação. Fonte de energia elétrica proveniente do computador. Worklist bidirecional permitindo importar a lista de exames agendados do prontuário eletrônico, selecionar pacientes prescritos e exportar os exames diretamente ao PACS no formato DICOM. Software para telemedicina e integração direta com servidor WEB|APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DO INEMTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

**Paço Municipal Ministro Eliseu Resende
Secretaria de Administração**

Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira-MG – 35.540-000

licitacao.pmo@oliveira.mg.gov.br – (37) 3332-9179

ANEXO XIV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Item12- - DETECTOR FETAL TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | FAIXA DE MEDIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | GRAU DE PROTEÇÃO: PORTÁTIL | DIGITAL | LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 | 30 A 240BPM | BATERIA INTEGRADA | SONDA IPX7 | APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO.

Item 13- Eletrocardiógrafo para Telessaúde de Repouso com 12 derivações simultâneas em 1, 3, 6 e 12 canais. Resolução digital 1 uV/LSB. Comunicação com computador via USB. Taxa de amostragem digital 8.000 amostras por segundo. Laudo interpretativo e relatório das medidas complexas de todas as derivações. Identificação de arritmia, análise da variabilidade da pulsação cardíaca no intervalo RR, função ST Map para rápida análise do miocárdio ou isquemia. Parâmetros de medidas FC, PR, QRS, QT/QTc, eixo P-R-T, SV1/RV5/R+S amp. Relatório Beat Report: texto, guia, vetor e ST map. Ganho 2.5, 5, 10, 20 mm/mV auto. Velocidade 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s. Entrada de dados para identificação do paciente, nome, data de nascimento, idade, sexo, altura, peso, etnia, tabagismo, departamento, número do quarto, estudo, número de acesso, referência médica. Frequência cardíaca de 30~300bpm. PREFEITURA DE OLIVEIRA Paço Municipal Ministro Eliseu Resende Secretaria Municipal de Saúde Praça XV de Novembro, 127 – Centro – Oliveira / MG – 35.540-000 SMS 2 Detecção de marcapasso, saturação de sinal e identificação de eletrodo solto por derivação. Fonte de energia elétrica proveniente do computador. Worklist bidirecional permitindo importar a lista de exames agendados do prontuário eletrônico, selecionar pacientes prescritos e exportar os exames diretamente ao PACS no formato DICOM. Software para telemedicina e integração direta com servidor WEB | APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DO INMETRO.

Ficam ratificadas as informações que não sofreram alterações por esta Errata.

Oliveira, 16 de abril de 2026.

Fabíola Pompéia de Almeida Rosário

Diretora de Licitações