



Município de Santo Antônio do Monte
Secretaria Municipal de Saúde

Santo Antônio do Monte, 03 de junho de 2025

OFÍCIO Nº 127/2025

À Sra. Maria Aparecida de Oliveira
Diretora de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte

Assunto: Avaliação do descritivo do equipamento de RX modelo APOLO D ofertado pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA, Processo nº 43/2025, Edital 020/2025.

De acordo com o Edital: *“inserção de filtros adicionais de Cu ou Al”*.

Proposta da VMI: *“Trilho para filtros adicionais (Cu e/ou Al) e cones radiográficos”*.

Nesse caso a empresa fala que o colimador possui o trilho para colocar o filtro adicional, mas não oferta o filtro, conforme solicitado.

De acordo com o Edital: *“Independente da fonte de energia utilizada, deverá ser apresentada vida útil de pelo menos 5 anos.”*

Proposta da VMI: Na proposta não há qualquer referência sobre a vida útil da bateria.

De acordo com o Edital: *“o equipamento de raio-x, software e detectores devem ser obrigatoriamente da mesma marca/fabricante”*

Proposta da VMI: Na proposta não há qualquer referência de que o detector de raio-x e o detector sejam da mesma marca/fabricante, conforme exigido em edital.

Como foi observado que o equipamento ofertado pela empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA não contempla de forma integral o descritivo proposto, a empresa será desqualificada do processo licitatório.

Atenciosamente,

Carla Lorena Santos Silva
Secretária Municipal de Saúde

