

Santo Antônio do Monte/MG, 09 de junho de 2025

OFÍCIO SMS Nº 133/2025

À
Sra. Maria Aparecida de Oliveira
Diretora de Licitações e Compras
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte

Assunto: Avaliação técnica do equipamento de ultrassom sem aplicação transesofágica ofertado pela empresa **BH LABORATÓRIOS LTDA**, CNPJ nº 22.283.196/0001-01.

Prezada Senhora,

Após análise técnica do aparelho de ultrassom modelo APOGEE 5300, apresentado pela empresa BH Laboratórios Ltda., verificou-se que o equipamento utiliza armazenamento do tipo HDD (disco rígido), e não SSD (unidade de estado sólido), conforme solicitado no edital.

Além disso, em resposta às dúvidas técnicas encaminhadas, conforme e-mail anexo, a empresa informou que o transdutor ofertado é do tipo linear, sendo que o edital exigia os seguintes transdutores: convexo, linear, endocavitário e setorial.

Dessa forma, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos requisitos técnicos mínimos previstos no edital, sendo, portanto, tecnicamente incompatível com as especificações exigidas.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Carla Lorena Santos Silva
Secretária Municipal de Saúde

