



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE: Secretaria Municipal de Saúde – Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares

PARA: Departamento de Licitações

ASSUNTO: Parecer Técnico Referente ao Pregão Eletrônico 067/2025

Venho informar a comissão o parecer técnico dos itens 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 e 46 do pregão eletrônico 067/2025 referente à aquisição de reagentes e consumo destinados ao Laboratório Municipal Antônio Carneiro Valadares de João Pinheiro - MG.

As Empresas GC Lab. DIAGNÓSTICOS LTDA, BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO, LABCOMPRAS LTDA EPP e DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL com os reagentes Vida Biotecnologia não atende as exigências das especificações do edital nos itens abaixo.

- Item 16 – Ácido Úrico Liquiform 1x250 ml, O Reagente não atende por apresentar 2x100 ml.

NÃO ATENDEM: GC Lab. Diagnósticos LTDA, LABCOMPRAS LTDA EPP e DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 17 – Albumina Liquiform 1x250 ml. O Reagente não tende por apresentar 2x100 ml.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab Diagnósticos LTDA, e BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 18 – ALT GPT Liquiform 4x100 ml. O Reagente não tende por apresentar 1x100 ml.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, e DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 19 – Amilase CNPG liquiform 2x30ml, O Reagente não atende por não ser CNPG (Sistema para determinação da alfa-Amilase em amostras de sangue, urina e outros líquidos biológicos.) Apresentação 4x15ml.

NÃO ATENDEM: GC Lab. Diagnósticos LTDA, LABCOMPRAS LTDA EPP e BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 20 – AST GOT Liquiform 4 x100 ml, O Reagente não tende por apresentar 1x100 ml.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, e DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 21 – Bilirrubina Direta Liquiform 1x80ml + 2x12ml, O Reagente não tende por apresentar 1x100 ml + 1x5ml, e (O reagente vida e de método DMSO não tendendo).





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

NÃO ATENDEM: GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO e LABCOMPRAS LTDA EPP

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 22 – Bilirrubina Total Liquiform 1x104 ml, O Reagente não tende por apresentar 1x100 ml + 1x5ml, e (O reagente vida e de método DMSO não atendendo).

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 23 – Cálcio Arzenazo Liquiform 2x50 ml, O Reagente não tende por apresentar 1x100 (Reagente Cálcio Arzenazo Liquiforme e um reagente de método colorimétrico muito sensível a luz e de rápida oxidação por isso reagente de menor volume ocorre menor perda de reagentes), é também não costas a programação para os nossos equipamentos de bioquímicas.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 24 – IBC Liquiform 2x65 ml, O Reagente não tende por apresentar apresentação 1x60ml.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 25 – Cloretos Liquiform 1x50 ml, O Reagente não tende por apresentar 2x100 (Reagentes Cloretos Liquiform e um reagente de método colorimétrico muito sensível a luz e de rápida oxidação por isso reagente de menor volume ocorre menor perda de reagentes), é também não costas a programação para os nossos equipamentos de bioquímicas.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 26 – Colesterol Liquiform 2 x100 ml, O Reagente não tende por apresentar não corresponde a padronização do HDL e Triglicérides Liquiform.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 27 - Colinesterase Liquiform, apresentação 1x25 ml. O Reagente não esta em sua lista reagente, não consta no portfólio da Vida.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

- Item 28 – CK- NAC liquiform 2x30 ml, O Reagente não tende por apresentar 1x40ml.
NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO.
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.
- Item 29 – CK-MB Liquiform 2x30 ml, O Reagente não tende por apresentar 1x40
NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, BIOTECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO.
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.
- Item 30 – Creatinina 300ml, O Reagente não tende por apresentar 250ml
NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA.
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.
- Item 31 – Ferritina Turbiquet 1x50 ml, O Reagente não esta em sua lista reagente, não
consta no portfólio da Vida.
NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA.
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.
- Item 32 – Ferro Liquiform 2x50ml. O Reagente não tende por apresentar 1x65ml e não
consta no portfólio da BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO.
NÃO ATENDEM: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO, GC Lab. Diagnósticos LTDA,
LABCOMPRAS LTDA EPP, DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL.
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.
- Item 33 – Fosfatase Alcalina 4x30 ml, O Reagente não tende por apresentar 1x100
NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA.
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
- Item 35 – Gama GT Liquiform 2 x40 ml + 2x10 ml, apresentação 1x80 ml +1x20 ml (Gama
GT Liquiform e um reagente de método colorimétrico muito sensível a luz e de rápida oxidação
por isso reagente de menor volume ocorre menor perda de reagentes).
NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, e DIMALAB
ELETRONICS DO BRASIL.
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.
- Item 36 – Glicose PAP Liquiform 2x500 ml, O Reagente não tende por apresentar 2x250 ml
e não corresponde a padronização da marca e metodologia.
NÃO ATENDEM: GC Lab. Diagnósticos LTDA
ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.
- Item 37 – HDL direto 80 ml, O Reagente não tende por apresentar 60ml.
NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, e DIMALAB
ELETRONICS DO BRASIL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

- Item 38 - LDH UV Liquiform 2x30 ml, O Reagente não tende por apresentar 1x50 ml e também não costas a programação para os nossos equipamentos de bioquímicas.

NÃO ATENDEM: BIOTECNICA INDÚSTRIA e COMERCIO, GC Lab. Diagnósticos LTDA e LABCOMPRAS LTDA EPP.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

- Item 39 – Lipase Direta e 3 x16 ml. O Reagente não tende por apresentar 1x40.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO e DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

- Item 40 – Magnésio 2x100 ml O Reagente não tende por apresentar 1x100 ml.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 41 – PCR Turbidimetria 1x50, não consta no portfólio da Vida e na empresa BIOTECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO não costas a programação para os nossos equipamentos de bioquímicas.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, BIOTECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 42 – Contrarrazão aceita. ATENDE: BIOTECNICA INDÚSTRIA e COMERCIO.

- Item 43 – PROTEÍNAS TOTAIS e FRAÇÕES 1x250. O Reagente não atende por que o item 17 faz complementação do resultado, portanto não pode ser de diferentes.

NÃO ATENDEM: BIOTECNICA INDÚSTRIA, GC Lab Diagnósticos LTDA, LABCOMPRAS LTDA EPP, DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 45 – Triglicérides Liquiform 2x100, apresentação 1x100. O Reagente não tende por apresentar 1x100 + 1x3ml.

NÃO ATENDEM: GC Lab. Diagnósticos LTDA, LABCOMPRAS LTDA EPP, DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.

- Item 46 – Ureia UV 4x50, apresentação 2x100. O Reagente não tende por apresentar 1x40.

NÃO ATENDEM: LABCOMPRAS LTDA EPP, GC Lab. Diagnósticos LTDA, DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL, BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO.

ATENDE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Justificativa para esse relatório:

As apresentações dos kits que não atendem às especificações de volume certamente comprometendo o rendimento e a estabilidade dos kits esperados para execução dos testes durante o período licitado. Podendo comprometer a realização dos exames para pacientes em especial os do Hospital Municipal e UPA.

João Pinheiro 22 de agosto de 2025

Rodrigo Simão Oliveira Melo
Coordenador do Laboratório
CRMB-RT-3440

Dr. Rodrigo Simão O. Melo
Biomédico
RT-CRBM 3440