

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA: CIRUMED COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 26.853.028/001-65

RESPONSÁVEL SETOR DE LICITAÇÃO: CAMILA COSTA

Bom dia estimado(a) pregoeiro(a),

Venho por meio deste requisitar esclarecimento referente ao:

PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3479/2023

- Acerca do item 3 - 15334-AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 13X4,5 CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, **PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA.**

Questiona-se, este protetor plástico trata-se da agulha com dispositivo de segurança? Nos demais itens de agulha não consta essa especificação e o valor de referência está abaixo do valor da agulha com dispositivo de segurança, sendo um valor próximo para todos os tamanhos solicitados sem dispositivo de segurança.

- Acerca da solicitação de documentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF, questiona-se para quais classes de itens será solicitado este certificado?



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

RESPOSTA AO PEDIDO ESCLARECIMENTO

Em atenção à impugnação ao Edital apresentada pela empresa Cirumed Comércio LTDA, transcrevemos, preliminarmente, a manifestação da equipe de planejamento.

Prezados,

Apresentamos esclarecimentos quanto ao pedido solicitado ao edital do Pregão Eletrônico nº 003/2024 recebida em 09/02/2024, da empresa Cirumed Comércio LTDA, CNPJ nº 26.853.028/0001-65.

Quanto ao item 3 – 15334 – AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 13X4,5 CÂNULA SILICONIZADA QUE DESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE, BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE, CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA, **PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA.**

Questiona-se, este protetor plástico trata-se da agulha com dispositivo de segurança?

Resposta: Não se trata de dispositivo de segurança, é apenas a proteção da agulha, segue imagem como exemplo:



Acerca da solicitação de documentação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação – CBPF, questiona-se para quais classes de itens será solicitado este certificado?

Resposta: Conforme Guia de Contratações Sustentáveis¹ O TCU não admite a exigência do Certificado de Boas Práticas de Fabricação por linha de produção/produtos CBPF nem do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem (CBPDA) como critério de habilitação. O Acórdão 4788/2016 – TCU – 1ª Câmara definiu que a sua exigência deve ocorrer como **obrigação contratual** da empresa fornecedora e que o CBPF é indispensável para o registro de medicamentos. Sendo assim, tal exigência será mantida **apenas nas**



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

obrigações da contratada, no que couber.

Patrícia Aparecida Soares
Membro da Equipe de Planejamento

ⁱ <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf>

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA APARECIDA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/55C2-650F-810A-AA8A> e informe o código 55C2-650F-810A-AA8A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 55C2-650F-810A-AA8A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRICIA APARECIDA SOARES (CPF 029.XXX.XXX-79) em 15/02/2024 09:47:43 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/55C2-650F-810A-AA8A>