

Curvelo, 29 de abril de 2025

CERTIDÃO

Após análise técnica dos itens referente Pregão Eletrônico nº04/2025, Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem para serem utilizados nos procedimentos realizados na Secretaria Municipal de Saúde no município de Curvelo, Estado de Minas Gerais, foram expostas as seguintes situações:

LOTE/ITENS	EMPRESA	ANÁLISE
LOTE 01 ITENS 1,2,3,4,5,6,7 E 8. LOTE 07 ITENS 1,2,3,4,5 E 6.	ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	A EMPRESA APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTANDO A ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; LICENÇA SANITÁRIA COM VALIDADE ATÉ 25/07/2025; REGISTRO DA ANVISA VÁLIDO PARA OS ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8 DO LOTE 01 E PARA OS ITENS 1,2,4,5 E 6 DO LOTE 07. E PARA ITEM 03 APRESENTOU RDC Nº 81/2008 DE ISENÇÃO, COMPROVANDO A REGULARIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, EMPRESA NÃO APRESENTOU CRT POR SE TRATAR DE EMPRESA VAREJISTA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999 , OCASIÃO QUE ESTA TÉCNICA MANIFESTA PELA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS.
LOTE 11 ITENS 1 E 2.	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	A EMPRESA APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTANDO A ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; ALVARÁ DE SANITÁRIO VÁLIDO 03/01/2026; AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA ANVISA; CRT VÁLIDO ATÉ 16/01/2026; REGISTRO DA ANVISA VÁLIDO, COMPROVANDO A REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. OCASIÃO QUE ESTA TÉCNICA MANIFESTA PELA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS.
LOTE 10 ITENS 1,2,3 E 4.	EMENALLI MEDICAL LTDA	A EMPRESA APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTANDO A ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; ALVARÁ SANITÁRIO COM VALIDADE 24/11/2025; AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA ANVISA; APRESENTOU CRT COM VALIDADE ATÉ 19/02/2026. APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA VÁLIDO PARA OS ITENS 1, 2, 3 E 4. OCASIÃO QUE ESTA TÉCNICA MANIFESTA PELA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS.
LOTE 2 ITENS 1,2,3,4,5,6,7 E 8. LOTE 3 ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 E11. LOTE 4	EPORT LTDA	A EMPRESA APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTANDO A ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; ALVARÁ SANITÁRIO COM VALIDADE 26/11/2026 E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA ANVISA. APRESENTOU CRT COM VALIDADE ATÉ 02/07/2025. APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA VÁLIDO PARA TODOS OS ITENS DO LOTE 2. PARA LOTE 3: APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA PARA OS ITENS 2, 3, 4, 9 OS ITENS 1, 7, 8,10 SÃO ISENTOS DO REGISTRO NA ANVISA CONFORME ANEXO I, DA RDC Nº 199 DE 26 DE OUTUBRO DE 2006. QUANTO AOS ITENS 5 E 6 SÃO ISENTOS DO REGISTRO CONFORME RDC 107/2016 E IN 106/2021 DA ANVISA.

ITENS 1,2,3,4, E 5. LOTE 5 ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 E 12.		PARA O LOTE 4: OS ITENS 1, 2, 4, E 5 SÃO ISENTOS DE REGISTRO CONFORME PUBLICAÇÃO DA ANVISA DE PRODUTOS NÃO REGULARIZADOS COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS. E PARA O ITEM 3 APRESENTOU ISENÇÃO DE REGISTRO CONFORME NOTA TÉCNICA 218/2020 DA ANVISA. PARA O LOTE 5: APRESENTOU REGISTRO DA ANVISA PARA OS ITENS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 11, QUANTO AOS ITENS 3, 10 E 12 SÃO DISPENSADOS DE REGISTRO NA ANVISA, CONFORME PUBLICAÇÃO DA ANVISA DE PRODUTOS NÃO REGULARIZADOS COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS. OCASIÃO QUE ESTA TÉCNICA MANIFESTA PELA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS.
LOTE 08 ITENS 1 E 2 LOTE 09 ITENS 1,2,3 E 4	FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	A EMPRESA APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTANDO A ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; ALVARÁ SANITÁRIO COM VALIDADE 19/11/2025; APRESENTOU CRT COM VALIDADE EM 12/02/2026; REGISTRO DA ANVISA PARA O LOTE 9, ITENS 1,2,3 E 4, PARA OS ITENS 1 E 2 DO LOTE 8 SÃO DISPENSADOS DE REGISTRO NA ANVISA CONFORME PUBLICAÇÃO DA ANVISA DOS PRODUTOS NÃO REGULARIZADOS COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS. OCASIÃO QUE ESTA TÉCNICA MANIFESTA PELA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS.
LOTE 6 ITENS 01 E 02.	PONTO COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	A EMPRESA APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTANDO A ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; ALVARÁ SANITÁRIO VÁLIDO ATÉ 10/10/2025; CRT VÁLIDO ATÉ 20/08/2025; AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA ANVISA. OS ITENS 1 E 2 DO LOTE 6 SÃO DISPENSADOS DE REGISTRO NA ANVISA CONFORME PUBLICAÇÃO DA ANVISA DOS PRODUTOS NÃO REGULARIZADOS COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS. OCASIÃO QUE ESTA TÉCNICA MANIFESTA PELA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS.

Raphael Dumont Schlegel
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do SUS

Danielle Alves de Carvalho Mota
Coordenadora Atenção Primária Saúde
COREN/MG Nº 137.018