



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Com vigência da nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021, com amparo no Decreto Municipal nº 1.875/2021 e Decreto Municipal nº 1907/2022, salientamos a necessidade de anexar à plataforma da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br) a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA**, ou seja, juntos, antes da data e horário da abertura da sessão pública.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

REGIDO PELA LEI Nº 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR nº 123/06 e Decreto Municipal Nº 1.875/2021, c/c o Decreto Municipal nº 1907/2022.

OBJETO: 2.1 - O Objeto da presente licitação é o registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares, EPI's e Saneantes para atender às necessidades do Departamento Municipal de Saúde, no período de 12, meses conforme descrição constante no Anexo I deste Edital.

Interessado: **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Data de Abertura das Propostas: **09/04/2024 às 09h:00min – Horário de Brasília**

Local da Sessão Pública: **PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br**

Valor Estimado Global da Contratação: **R\$ 1.106.964,21** (um milhão, cento e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Modo de Disputa: Aberto, art. 56, I da Lei 14.133/2021, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;

Esclarecimentos: **Diretamente pela plataforma de licitações – www.licitardigital.com.br > edital PE 04/2024 > esclarecimentos.**

*** Licitação exclusiva à participação de ME ou EPP, em consonância com o disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar 123/06. alterada pela Lei Complementar 147/2014, com exceção para o lote 45.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

1 – PREÂMBULO

1.1. O Município de Felixlândia/MG, por intermédio do Departamento de Licitação e Contratos realizará Licitação na **Modalidade Pregão Eletrônico**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em sessão pública a ser realizada na **Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br)**, na data de **09/04/2024 às 09h:00min**.

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr.(a) **Warley Gonçalves Lima**, Pregoeiro oficial e pela Equipe de Apoio, designados através da Portaria Municipal nº 01/2024, anexada aos autos do procedimento e regido pela Lei 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal Nº 1.875 de 30 de dezembro de 2021, Decreto Municipal nº 1907/2022 e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.

1.3 - O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Felixlândia, através do endereço eletrônico www.felixlandia.mg.gov.br e/ou e-mail: licitacao@felixlandia.mg.gov.br, também na Plataforma de Licitações Licitar Digital, através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br.

1.4 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretendentes licitantes no endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal e, www.felixlandia.mg.gov.br.

1.5 - A Administração não se responsabilizará caso o pretendo licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

2- OBJETO

2.1 - O Objeto da presente licitação é o registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares, EPI's e Saneantes para atender às necessidades do Departamento Municipal de Saúde, no período de 12, meses conforme descrição constante no Anexo I deste Edital.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos.

3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa:

3.2.1 – Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;

3.2.2 – Empresa que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Felixlândia

3.2.3 – Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;

3.2.4 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º, § 1º da Lei n.º 14.133/2021;

3.2.5 – Não poderão participar da presente licitação terceiros que auxiliem na condução na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.2.6 empresas estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.7 – Cooperativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

3.2.8 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

3.2.9 - Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

3.2.10 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

3.2.11 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato/ata, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

3.2.12 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.13 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.2.14 - Consórcio de empresa, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.2.15 demais condições estabelecidas no art. 14 da Lei 14.133/2021.

3.3 – Os licitantes deverão estar previamente cadastrados na plataforma de licitações, o qual poderá ser realizado em www.licitardigital.com.br.

3.4 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data de abertura do certame.

4.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital e a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de **até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil** anterior à data da abertura do certame, conforme art. 164, da lei 14.133/2021.

4.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

4.4 - As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, deverão ser publicadas no mesmo meio de comunicação anterior, abrindo-se novo prazo para abertura do certame, exceto quando inquestionavelmente a modificação não alterar a formulação das propostas.

4.5 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

4.6 – É facultado ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

5 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO

5.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

5.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).

5.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Felixlândia, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

5.4 - O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.5 - A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.

5.6 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.7 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

O licitante declara observar as disposições da Lei 13.709, de 14/08/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -LGPD, quanto ao tratamento dos dados pessoais de participantes, em especial quanto a finalidade e boa-fé na utilização de suas informações pessoais para a consecução dos fins a que se propõe esta licitação.

Declaro que tenho conhecimento quanto à observância de todas as leis, normas e regulamentos federais, estaduais e municipais vigentes que se relacionam com a prevenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ao combate de atos ilícitos, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, bem como de atos de corrupção.

Nota: Na hipótese de a plataforma não dispor de todas as declarações elencadas acima, o licitante deverá complementá-las anexando-as no campo junto com a habilitação.

5.8- A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.3.1 Havendo alguma irregularidade nas certidões de regularidade fiscais das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, observado o item anterior.

6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.8 - Os documentos **complementares** à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo pregoeiro, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.

6.9 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.9.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação do pregoeiro, via sistema.

6.10 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.11 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

6.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

6.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1 - Valor unitário e total do lote e seus itens;

7.1.2 - Marca dos produtos ofertados.

7.1.3 - **Descrição detalhada do objeto**, contendo as informações e especificações iguais ou superiores a do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.

7.1.4 – Indicação de prazo de entrega do objeto, que será **de até 05 (cinco) dias corridos**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo departamento solicitante.

7.2 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento de bens ou serviços.

7.2.1 - Declaração que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, §1º da lei 14.133/2021.

Nota: Na hipótese de a plataforma não dispor de campo para inserção de alguma das informações relacionadas nos itens 7.1.1 a 7.2.1, o licitante deverá complementá-la anexando a proposta (nos moldes do anexo I do edital) nos campos junto com a habilitação.

7.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à **CONTRATADA**.

7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5 - O prazo de validade da proposta é fixado **em 60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

7.7 - No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital.

7.8 - Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.

8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, em conformidade com art. 65, § 2º da Lei 14.133/2021.

8.1.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) 8.1.1 – A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme art. 62 e segs. da Lei 14.133/2021.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;

b) Ato constitutivo, estatuto social, **contrato social** ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

sociedade por ações, acompanhado da Ata de eleição e sua atual administração, registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), art. 68, I da Lei 14.133/2021;

f) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal (CND Municipal) da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante, com vigência até a data da abertura da sessão pública, art. 68, III;

g) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual (CND Estadual) e Municipal da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante, com vigência até a data da abertura da sessão pública; art. 68, III;

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, que prove a regularidade relativa a Seguridade Social – INSS (CND Federal), art. 68, III;

i) Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), com vigência até a data da abertura da sessão pública, art. 68, IV a Lei 14.133/2021;

j) Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11, que modificou o Decreto-Lei 5.452/43), com vigência até a data da abertura da sessão pública, art. 68, V da Lei 14.133/2021;

k) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, art. 68, II. Caso não possua, apresentar pesquisa em site oficial.

l) - Documento comprobatório e/ou declaração (nos termos do art. 69, §1º da 14.133/2021), assinada pelo contador responsável pela empresa de que essa se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com base na Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso da licitante;

m) Documentos pessoais de identificação do responsável pela empresa.

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Nota 02 - As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

8.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Atestado de capacidade técnica que comprove aptidão para o desempenho de atividade, em características, quantidades e prazos semelhantes ao objeto desta licitação, fornecida através de atestado expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em que comprove que o licitante está apto a fornecer o material licitado. Nos moldes do art. 67, § 5º da lei 14.133/2021.

b) As empresas que se enquadrarem nas condições obrigatórias dos regulamentos da ANVISA, deverão apresentar Autorização de Funcionamento (AFE) para os itens de Saneantes, Cosméticos, Produtos para Higiene e correlatos do Anexo I (Termo de Referência).

b 1) As empresas deverão apresentar Registro Dos Produtos Do Ministério Da Saúde para os itens que são exigidos;

b 2) Para a comprovação de que se trata o item anterior, também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela comissão de julgamento de licitação e pelo corpo técnico;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

b 3) Alvará de funcionamento da ANVISA da sede da licitante.

Nota 01 - A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.3 Da Qualificação Econômico – Financeira:

a) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis **dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação econômico financeira da licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b) Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao subitem anterior, o balanço de abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa situação financeira.

c) Para efeitos de comprovação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas as demonstrações de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Índice de Solvência Geral, realizando-se cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações:

c.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$ILG = \frac{\text{(Ativo Circulante)} + \text{(Realizável a Longo Prazo)}}{\text{(Passivo Circulante)} + \text{(Exigível a Longo Prazo)}}$$

c.2) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$ISG = \frac{\text{(Ativo Total)}}{\text{(Passivo Circulante)} + \text{(Exigível a Longo Prazo)}}$$

c.3) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um.zero.zero):

$$ILC = \frac{\text{(Ativo Circulante)}}{\text{(Passivo Circulante)}}$$

OBSERVAÇÃO: Nos índices acima, manter as 2 (duas) casas decimais.

c.4) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados ao balanço, e assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador da empresa.

d) Certidão negativa de **PEDIDO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E DE CONCORDATA**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

OBS: Nos casos em que a certidão estiver positiva para recuperação judicial ou extrajudicial, a empresa deverá apresentar a comprovação de que o plano de recuperação foi homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, devendo ainda, demonstrar os demais requisitos para habilitação econômico-financeira como qualquer outro licitante.

9 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

9.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.

9.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

9.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.

9.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser mínimo de:

R\$ 00,1 (um centavo) para produtos cujo o valor médio seja de até R\$ 1,00 (um real);

R\$ 0,10 (dez centavos) para produtos cujo o valor médio seja acima de R\$ 1,00 (um real) até R\$ 10,00 (dez reais);

R\$ 1,00 (um real) para produtos cujo o valor médio seja acima R\$ 10,00 (dez reais) até R\$ 100,00 (cem reais);

R\$ 2,00 (dois reais) para produtos cujo o valor médio seja acima R\$ 100,00 (cem reais) até 1.000,00 (mil reais)

R\$ 5,00 (cinco reais) para produtos cujo valor médio seja acima de 1.000,00 (mil reais)

9.12 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, conforme art. 56, I da Lei 14.133/2021, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

9.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez)** minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

9.14 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.15 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

9.17 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

9.18 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.19 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

9.20 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

9.21 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.22 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.23 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

9.24 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

9.25 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.26 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.27 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.28.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item acima, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 9.24 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.28.2 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 9.28.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.29 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

9.30 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9.31 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.32 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.33 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9.34 – Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar a ata com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida.

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

10.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

10.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

10.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

10.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

10.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.7 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.

10.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “**chat**” a nova data e horário para a sua continuidade.

10.10 - O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.11 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.12 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “**chat**”.

11 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

11.1 - Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO, observados o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.

11.2 - O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/ maior vantajosidade imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor/ mais vantajoso.

11.3 - Se a proposta de menor valor/menor vantajosidade não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.4 - No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.

11.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

11.6 - Havendo empate, nos termos do item anterior, desde que apresentada declaração contida no Anexo do edital, será adotado o procedimento o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela LC 147/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

11.7 - Caso a licitante vencedora tenha sido enquadrada no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e proponha preços menores que os ofertados na proposta escrita, o valor será registrado em ata.

11.8 - Serão rejeitadas as propostas que:

11.8.1 - Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do material licitado;

11.8.2 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexecutáveis, por decisão do Pregoeiro.

11.9 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem.

11.10 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.

11.11 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

11.12 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital, e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

11.13 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe, posteriormente, adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

11.14 - Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar a ata com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida, conforme art. 89, § 2º da lei 14.133/2021.

11.15 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

12 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)

12.1 - A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo sistema de pregão eletrônico.

12.2 A proposta somente não será atualizada automaticamente quando houver mais de um item dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualização dos valores de sua proposta no prazo máximo de **02 (duas) horas**, ou, em outro prazo informado pelo Pregoeiro.

12.3 Deverá contudo, o licitante vencedor, encaminhar por e-mail (licitacao@felixlandia.mg.gov.br) a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas), caso estas não constem na proposta.

13 - DO RECURSO

*13.1 – O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no **mínimo (30) trinta minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.*

13.2 - Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, conforme previsto no art. 165, I da Lei 14.133/2021.

13.3 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.4 - O recurso de que trata o inciso I do **caput** do artigo 165, da Lei 14.133/2021 será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.5 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

13.6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.7 - As demais exigências serão supridas nos termos dos arts. 164 a 168 da Lei 14.133/2021.

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o termo da ata ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo dessa ata de registro de preços e da proposta aceita, em cumprimento do art. 91 da Lei 14.133/2021.

15.2 - Para assinar a ata, o adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação;

15.2.1 - A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

15.3 - Se, por ocasião da formalização da ata, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

15.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

15.5 - **O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a ata, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento da comunicação.

15.6 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da ata, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar a ata, não isento das penalidades aplicáveis.

15.7 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da ata de registro de preços ou instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

15.8 - O licitante que deixar de descumprir os termos da ata de registro será responsabilizado administrativamente conforme disposto nos Art. 155 a 156 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

16 – DA FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

16.1 - A entrega do objeto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo **CONTRATANTE**, por intermédio da(o) Chefe do Departamento responsável pela licitação, que acompanhará o fornecimento de bens ou serviços, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

16.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, o fiscalizador representará o **CONTRATANTE** e terá as seguintes atribuições:

- a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes;
- b) Receber o produto ou serviço, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;
- c) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria;
- d) Agir e decidir em nome do **CONTRATANTE**, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;
- e) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
- f) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);
- g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o objeto que foi solicitado;
- h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
- i) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
- j) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
- k) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
- l) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do **CONTRATANTE**;
- m) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

17 – DA(S) DOTAÇÃO(ES) ORÇAMENTÁRIA(S)

17.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FICHA
02.10.02.10.301.0020.2086.3.3.90.30.00	417

18 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 – Conforme previsão no art. 155 e seus incisos da Lei 14.133/2021, o licitante e contratado serão responsabilizados administrativamente pelas infrações, sem prejuízo das sanções elencadas na norma.

18.2 – Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual/ata ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (trinta por cento) do valor da ata de registro de preços, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada, conforme art. 90 c/c art. 155 VI e 156, §3º da Lei 14.133/2021.

18.3 - Pelo descumprimento das condições estabelecidas, à CONTRATADA fica sujeita às seguintes sanções elencadas no art. 156 da Lei 14.133/2021, isoladas ou cumulativamente, nos termos da referida norma:

18.3.1 – Advertência

18.3.1.1 - Por inexecução parcial do contrato/ata, fica o mesmo sujeito a advertência, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

18.3.1.2 - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do Departamento, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

18.4 – Multa.

18.4.1 - Por atraso na execução do objeto, fica o licitante sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da ata de registro de preços a ser calculado desde o primeiro dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias;

18.4.2 - Transcorridos os 30 (trinta) dias do prazo de inexecução do contrato/ata de registro de preços será considerado rescindido o mesmo, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da contratação;

18.5 – Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 desta Lei 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.6 - A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa, na forma da Lei.

18.7 - Nenhuma responsabilidade recairá sobre O MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA por eventuais perdas e danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e seus prepostos.

18.8 - **Suspensão temporária do direito** de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 03 (três) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos a Administração, conforme art. 156, §4º, da lei 14.133/2021.

18.9 - **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 03(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme previsão art. 156, §5º, da lei 14.133/2021.

18.10 - A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme previsão do art. 158 do mesmo diploma legal.

19 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

19.1 - A sanção de suspensão de participar de licitação e contratar com o a Administração Pública poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:

19.1.1 - Retardarem a execução do pregão;

19.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

19.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

19.2 - Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de Felixlândia, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção.

19.3 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com os termos da lei.

19.4 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser dirigido por escrito ao Pregoeiro, no endereço: Rua Menino Deus, 86, centro - Felixlândia/MG, endereço eletrônico: licitacao@felixlandia.mg.gov.br

20.2 – A critério da Administração, o objeto do presente Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em se tratando de contrato, de acordo com o artigo 125 da Lei 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

20.3 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 156 da Lei 14.133/2021.

20.4 – Não será aceito, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do Adjudicatário a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

20.5 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar nos termos dos incisos II e III do art. 71 da Lei 14.133/2021.

20.6 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.


20.7 – Para a assinatura da ata, o licitante vencedor deverá fornecer, juntamente com os documentos de habilitação, a qualificação completa da pessoa responsável pela assinatura do mesmo, e, em se tratando de procurador, a respectiva procuração pública ou particular com firma reconhecida por tabelião, com poderes específicos.

20.8 - O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.

20.9. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h ou pelo telefone +55 (38) 3753-1311, ramal 209. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico <http://www.licitardigital.com.br>

As demais condições omissas no presente edital, serão supridas pela nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.

Felixlândia/MG, 25 de março de 2024.



Keliene Aparecida Alves Pereira
Agente Público

Valéria Pinto de Souza
Assessoria Jurídica

FELIXLÂNDIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2024
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024
REGISTRO DE PREÇOS 03/2024

TERMO DE REFERÊNCIA

O Objeto da presente licitação é o registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares, EPI's e Saneantes para atender às necessidades do Departamento Municipal de Saúde, no período de 12, meses conforme descrição constante no Anexo I deste Edital.

Item	Unid.	Qty.	Descrição	Marca	V.Unit	V.Total
01	Pct	250	<p>Abaixador de língua</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">-Em madeira de reflorestamento;- Descartável;- Formato convencional liso;- Superfície e bordas perfeitamente acabadas;- Espessura e largura uniforme em toda a sua extensão.- pacote com 100 unidades. <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Não estéril;• Comprimento do palito: 140mm;• Largura do palito: 13mm;• Espessura: 1,80mm			
02	Frasco	800	<p>Óleo cicatrizante para feridas e escaras, frasco 100ml</p> <p>Descrição:</p> <p>Produto composto principalmente por ácidos graxos essenciais (AGE), triglicerídeos de cadeia média (TCM) e enriquecido com vitaminas A e E e lecitina de soja. Possui alta concentração de ácidos graxos linoléico e oléico. É um produto emoliente e hidratante que acelera a cicatrização e previne lesões.</p> <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none">• Triglicerídeos de Ácidos Cáprico e Caprílico, óleo de girassol clarificado, Lecitina, Palmitato de retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

03	Und	15.000	Agulha 13x4,5 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 13x0,45mm 26G 1/2• Agulha hipodérmica estéril de uso único;• Atóxica - estéril;• Cânula com paredes finas e bisel trifacetado;• Fabricada em aço inoxidável e lubrificada;• Canhão em polipropileno colorido, padrão universal.			
04	Und	8.000	Agulha 25x7 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Agulha hipodérmica estéril de uso único;• Tamanho: 25x0,70mm 22 G1• Atóxica - estéril;• Cânula com paredes finas e bisel trifacetado;• Fabricada em aço inoxidável e lubrificada;• Canhão em polipropileno colorido, padrão universal.			
05	Und	17.000	Agulha 25x8 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Agulha hipodérmica estéril de uso único;• Tamanho: 25mm x 0,8mm 21G X 1• Atóxica - estéril;• Cânula com paredes finas e bisel trifacetado;• Fabricada em aço inoxidável e lubrificada;• Canhão em polipropileno colorido, padrão universal.			
06	Und	17.000	Agulha 40x12 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Agulha hipodérmica estéril de uso único;• Tamanho: 40x1.20mm 18G1 1/2• Atóxica - estéril;• Cânula com paredes finas e bisel trifacetado;• Fabricada em aço inoxidável e lubrificada;• Canhão em polipropileno colorido, padrão universal.			
07	Rolo	300	Algodão Hidrófilo			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">Confeccionado com fibras 100% algodão, isento de impurezas, substâncias gordurosas, amido, dextrina, corantes corretivos e alvejantes ópticos, inodoro e insípido e ótimo poder de absorção. Rolo de 500gramas, cor branco.			
08	Und	20	Almotolia Especificações: * Capacidade para 250 ml, bico reto, âmbar (marrom); *Confeccionado em polietileno, graduado em alto relevo.			
09	Und	50	Almotolia Especificações: <ul style="list-style-type: none">Capacidade para 250ml, bico reto, transparente;Confeccionado em polietileno, graduado em alto relevo.			
10	Pct	100	Atadura de crepom 20 cm X 1,80m, 18 fios/cm ² , 100% algodão cru com fios alta torção que confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, pacote com 12 unidades embaladas individualmente.			
11	Pct	100	Atadura de crepom 8cm x1,8m, 18 fios/cm ² , 100% algodão cru com fios alta torção que confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, pacote com 12 unidades embaladas individualmente.			
12	Pct	5.000	Atadura de crepom 12cm X 1,80m, 18 fios/cm ² , 100% algodão cru com fios alta torção que confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm ² , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, pacote com 12 unidades embaladas individualmente.			
13	Und	300	Avental Cirúrgico SMS Impermeável Especificações técnicas:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Não tecido SMS de 4ª geração com barreira bacteriológica; • Antiestático e baixa liberação de partículas (minimiza infecção hospitalar); • Antialérgico e atóxico; • Hidrorrepelente; • Maleável; • Compatível com diversos agentes esterilizantes; • Resistente à tração e rasgo • Repelência a álcool; • Não propaga chamas; • Tag para facilitar a colocação do avental com ajuda auxiliar; • Dobra asséptica para o prolongamento da esterilidade durante o manuseio; • Fecho atrás do pescoço em velcro para facilitar a colocação; • Solda ultrassônica para garantir resistência nas emendas e uniformidade ao material; • Diversos tipos de proteção, conforme o procedimento realizado; • Elástico no punho; • Cor: branco. • Gramatura: 60g 			
14	Und	20	<p>Bolsa coletora de urina por sistema aberto</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frasco com capacidade de 1.200mL, transparente, com escala de graduação; • Dispositivo de sustentação; • Sistema de fixação ao leito ou de ambulatório do paciente • Tubo extensor; • Pinça corta fluxo; • Conector e tampa; • Não estéril. 			
15	Und	200	<p>Bolsa coletora de urina sistema fechado capacidade 2000mL.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dotado com duas escalas para medir o fluxo urinário. -Design ultra-moderno com fácil escoamento do fluxo urinário. -Válvula interna anti-refluxo que evita o retorno da urina 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>e a contaminação por bactérias. -Sistema Duplo-patenteado. -Plástico frontal transparente com informações em silk-screen, fundo branco que proporciona melhor visualização do fluxo urinário. -Estéril , apirogênico, Produto de uso único. Bolsa coletora em PVC flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada a cada 100ml; -Estéril.</p>			
16	Und	30	<p>Bota de unha Descrição: Consiste em uma bandagem impregnada com pasta à base de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada. Tamanho: • 7,6cm x 9,14 metros.</p>			
17	Jogo	10	<p>Braçadeira para eletrocardiograma Descrição: São 4 braçadeiras, disponíveis cada uma em uma cor: vermelho, amarelo, verde e preto. Descrições técnicas: Material: poliuretano Contém: 01 pacote com 04 braçadeiras.</p>			
18	Und	10	<p>Cânula tubo de traqueostomia com balão 7,5mm Especificações técnicas: Cânula para Traqueostomia com Balão Pvc, Estéril - Dispositivos tem como princípio permitir a passagem de ar e a remoção de secreções do pulmão em pacientes que necessitam de ventilação / respiração mecânica; - Balão de baixa pressão e alto volume; O tubo de Traqueostomia é composto de cânula e mandril em Pvc, atóxico, com mandril , curvatura anatômica, radiopaco e translúcido, fabricado de acordo com a Iso 5366-1.200; Balão com paredes finas, alto volume baixa pressão; Siliconizado para facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, asa de fixação com</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			impressão do tamanho em local visível, disponíveis nos tamanhos 7,5. Embalados individualmente em Blister, preservando a integridade asséptica do produto.			
19	Und	10	Cânula tubo de traqueostomia com balão 7mm Especificações técnicas: Cânula para Traqueostomia com Balão Pvc, Estéril - Dispositivos tem como princípio permitir a passagem de ar e a remoção de secreções do pulmão em pacientes que necessitam de ventilação / respiração mecânica; - Balão de baixa pressão e alto volume; O tubo de Traqueostomia é composto de cânula e mandril em Pvc, atóxico, com mandril, curvatura anatômica, radiopaco e translúcido, fabricado de acordo com a Iso 5366-1.200; balão com paredes finas, alto volume baixa pressão; siliconizado para facilitar a entubação, mandril com ponta atraumática, asa de fixação com impressão do tamanho em local visível, Disponíveis nos tamanhos 7,0. Embalados individualmente em blister, preservando a integridade asséptica do produto.			
20	Und	100	Cateter Intravenoso Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: 14G; • Estéril; • Produto de uso Único; • Estéril, radiopaco, apirogênico; • Possuir filtro, látex free, descartável; • Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; • Cateter radiopaco e flexível. 			
21	Und	100	Cateter Intravenoso Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: 16G; • Estéril; • Produto de uso Único; • Estéril, radiopaco, apirogênico; • Possuir filtro, látex free, descartável, • Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

22	Und	2.500	<ul style="list-style-type: none">• Cateter radiopaco e flexível Cateter Intravenoso Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 20G x 32mm;• Esterilizado por óxido de etileno;• Produto de uso único;• Estéril, radiopaco, apirogênico;• Possuir filtro, látex free, descartável,• Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado;• Cateter radiopaco e flexível.			
23	Und	5.000	<ul style="list-style-type: none">• Cateter Intravenoso Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 22G;• Material: poliuretano;• Esterilizado por óxido de etileno;• Produto de uso Único;• Estéril, Radiopaco, apirogênico;• Possuir filtro, látex free, descartável,• Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado;• Cateter radiopaco e flexível			
24	Und	4.000	<ul style="list-style-type: none">• Cateter Intravenoso Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 24G;• Material: poliuretano;• Esterilizado por óxido de etileno;• Produto de uso Único;• Estéril, Apirogênico, radiopaco;• Possuir filtro, látex free, descartável,• Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado;• Cateter radiopaco e flexível			
25	Und	200	<ul style="list-style-type: none">• Cateter Intravenoso nº18 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 18G;• Esterilizado por óxido de etileno;• Produto de uso Único;• Estéril, Radiopaco, apirogênico;• Possuir filtro, látex free, descartável,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none"> • Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; • Cateter radiopaco e flexível 																					
26	Und	1.000	<p>Cateter nasal para oxigênio tipo óculos.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cateter com extensor, -Embalado individualmente em embalagem plástica; -Confeccionado em P.V.C; - látex free; - Estéril; - Apirogênico; - Descartável (Uso único). 																					
27	Und	40	<p>Cateter venoso central duplo lúmen</p> <p>Descrição:</p> <p>1 cateter duplo lúmen 7Fr x 20cm, 01 fio guia com avançador 0.035”(0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Componente</td> <td>Material</td> </tr> <tr> <td>Cateter</td> <td>Poliuretano</td> </tr> <tr> <td>Clamps</td> <td>Policarbonato</td> </tr> <tr> <td>Fio guia com avançador</td> <td>Nitinol</td> </tr> <tr> <td>Agulha introdutora</td> <td>Policarbonato, aço inoxidável, polietileno</td> </tr> <tr> <td>Fixador azul</td> <td>ABS</td> </tr> <tr> <td>Fixador branco</td> <td>TPU</td> </tr> <tr> <td>Seringa fenestrada</td> <td>Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável</td> </tr> <tr> <td>Conector livre de agulha</td> <td>PC e silicone.</td> </tr> </table>	Componente	Material	Cateter	Poliuretano	Clamps	Policarbonato	Fio guia com avançador	Nitinol	Agulha introdutora	Policarbonato, aço inoxidável, polietileno	Fixador azul	ABS	Fixador branco	TPU	Seringa fenestrada	Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável	Conector livre de agulha	PC e silicone.			
Componente	Material																							
Cateter	Poliuretano																							
Clamps	Policarbonato																							
Fio guia com avançador	Nitinol																							
Agulha introdutora	Policarbonato, aço inoxidável, polietileno																							
Fixador azul	ABS																							
Fixador branco	TPU																							
Seringa fenestrada	Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável																							
Conector livre de agulha	PC e silicone.																							
28	Kit	15	<p>Cinto para fixação de pacientes em macas de resgate e transportes (tirantes)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Flexível e resistente composta de faixa em nylon com aproximadamente 5 cm de largura e 2m de comprimento, vela de nylon duro e resistente de resgate rápido, com ajustável, tipo tridente. Kit com três unidades.</p>																					
29	Und	10	Colar cervical rígido																					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>Descrição: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionada em polietileno de alta densidade com espessura de aproximadamente de 1,5mm, na parte frontal, de modo a proporcionar maior firmeza no apoio metoniano, na parte posterior espessura aproximada de 1,0mm com preenchimento em E.V.A. ou similar com espessura aproximada de 0,5mm de modo a proporcionar conforto e segura a vítima.</p> <p>INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço), para resgate, transporte e socorro de pacientes. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões devem ser de plástico e permitir totalmente a Rádio transparência, Raio X, etc.</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: BB (Neo); • Cor do velcro: rosa; • Circunferência: 30 a 45cm; • Altura anterior: 5,7cm; • Altura posterior: 12,0cm; • Abertura frontal: 2,5X4,5cm; • Peso: 0,076Kg. 		
30	Und	10	<p>Colar cervical rígido</p> <p>Descrição: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionada em polietileno de alta densidade com espessura de aproximadamente de 1,5mm, na parte frontal, de modo a proporcionar maior firmeza no apoio metoniano, na parte posterior espessura aproximada de 1,0mm com preenchimento em E.V.A. ou similar com espessura aproximada de 0,5mm de modo a proporcionar conforto e segura à vítima.</p> <p>INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço), para resgate, transporte e socorro de pacientes. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões devem ser de</p>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			plástico e permitir totalmente a Rádio transparência, Raio X, etc. Especificação técnica: <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: pediátrico • Cor do velcro: azul claro • Circunferência: 30 a 45cm • Altura anterior: 7,6cm • Altura posterior: 12,7cm • Abertura frontal: 3,5X5,5cm • Peso: 0,087Kg 			
31	Und	20	Colar cervical rígido Descrição: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionada em polietileno de alta densidade com espessura de aproximadamente de 1,5mm, na parte frontal, de modo a proporcionar maior firmeza no apoio metoniano, na parte posterior espessura aproximada de 1,0mm com preenchimento em E.V.A. ou similiar com espessura aproximada de 0,5mm de modo a proporcionar conforto e segura à vitima. INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço), para resgate, transporte e socorro de pacientes. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões devem ser de plástico e permitir totalmente a Rádio transparência, Raio X, etc. Especificação técnica: <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: infantil • Cor do velcro: lilás • Circunferência: 40 a 56cm • Altura anterior: 8,8cm • Altura posterior: 13,3cm • Abertura frontal: 3,5X5,5cm • Peso: 0,111Kg 			
32	Und	20	Colar cervical rígido Descrição: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionada em polietileno de alta densidade com espessura de aproximadamente de 1,5mm, na parte frontal, de modo a proporcionar maior firmeza no apoio metoniano, na parte posterior espessura aproximada de 1,0mm com preenchimento em E.V.A. ou similiar com espessura			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>aproximada de 0,5mm de modo a proporcionar conforto e segura à vitima.</p> <p>INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço), para resgate, transporte e socorro de pacientes. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões devem ser de plástico e permitir totalmente a Rádio transparência, Raio X, etc.</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: Pequeno• Cor do velcro: azul royal• Circunferência: 40 a 56cm• Altura anterior: 10,1cm• Altura posterior: 13,3cm• Abertura frontal: 4,5X8,5cm• Peso: 0,127cm			
33	Und	20	<p>Colar cervical rígido</p> <p>Descrição: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionada em polietileno de alta densidade com espessura de aproximadamente de 1,5mm, na parte frontal, de modo a proporcionar maior firmeza no apoio metoniano, na parte posterior espessura aproximada de 1,0mm com preenchimento em E.V.A. ou similiar com espessura aproximada de 0,5mm de modo a proporcionar conforto e segura à vitima.</p> <p>INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço), para resgate, transporte e socorro de pacientes. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões devem ser de plástico e permitir totalmente a Rádio transparência, Raio X, etc.</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: médio• Cor do velcro: laranja• Circunferência: 40 a 56 cm• Altura anterior: 12,0cm• Altura posterior: 14,0cm• Abertura frontal: 5,0X10,0cm• Peso: 0,156Kg			
34	Und	20	Colar cervical rígido			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>Descrição: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionada em polietileno de alta densidade com espessura de aproximadamente de 1,5mm, na parte frontal, de modo a proporcionar maior firmeza no apoio metoniano, na parte posterior espessura aproximada de 1,0mm com preenchimento em E.V.A. ou similar com espessura aproximada de 0,5mm de modo a proporcionar conforto e segura à vítima.</p> <p>INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço), para resgate, transporte e socorro de pacientes. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões devem ser de plástico e permitir totalmente a Rádio transparência, Raio X, etc.</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: grande• Cor do velcro: verde• Circunferência: 40 a 56cm• Altura anterior: 14,0cm• Altura posterior: 14,0cm• Abertura frontal: 7,5cmX10,0cm• Peso: 0,161Kg		
35	Und	20	<p>Colar cervical rígido</p> <p>Descrição: O conjunto formará peça única na cor branca, confeccionada em polietileno de alta densidade com espessura de aproximadamente de 1,5mm, na parte frontal, de modo a proporcionar maior firmeza no apoio metoniano, na parte posterior espessura aproximada de 1,0mm com preenchimento em E.V.A. ou similar com espessura aproximada de 0,5mm de modo a proporcionar conforto e segura à vítima.</p> <p>INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilização da cervical (pescoço), para resgate, transporte e socorro de pacientes. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões devem ser de</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			plástico e permitir totalmente a Rádio transparência, Raio X, etc. Especificação técnica: <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: GG• Cor do velcro: branco• Circunferência: 56 a 61 cm• Altura anterior: 17,0cm• Altura posterior: 17,0cm• Abertura frontal: 8,5X12,0cm• Peso: 0,167Kg			
36	Und	800	Coletor de material pérfuro cortante Especificações: <ul style="list-style-type: none">* Capacidade útil: 10L* Capacidade total: 13L* Fabricado em papelão ondulado, reforçado na parte interna com papelão rígido.* Desconectador de agulha* Trava e contra trava de segurança.* Alça dupla para transporte.* Produzido de acordo com NBR 13853.* cor: amarela.* Descartável e de uso único. O Kit é constituído de: <ul style="list-style-type: none">* Sacola plástica amarela.* Fundo rígido.* Cinta lateral.* Bandeja interna.			
37	Und	200	Coletor de material pérfuro cortante Especificações: <ul style="list-style-type: none">* Capacidade útil: 1,1L* Capacidade total: 1,5L* Fabricado em papelão ondulado, reforçado na parte interna com papelão rígido.* Desconectador de agulha.* Trava e contra trava de segurança.* cor: amarela.* alça dupla para transporte;* Produzido de acordo com NBR 13853;* Descartável e de uso único. O Kit é constituído de: <ul style="list-style-type: none">* Sacola plástica amarela.* Fundo rígido.* Cinta lateral.* Bandeja interna			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



38	Pct	800	<p>Compressa cirúrgica (campo operatório) Especificações: Compressa campo operatório não estéril com fio radiopaco, 100% puro algodão, macio e extra-absorvente. Elaborada com tecido quádruplo (quatro camadas) 100% algodão, altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos. As camadas de tecido possuem amarrações, evitando que uma camada deslize sobre a outra no uso. As bordas com costura para evitar o desfiamento, e uma das bordas apresentando cadaço duplo. Pacote com 50 unidades de tamanho: 45cmx 50cm - 04 camadas com cadaço.</p>			
39	Pct	90.000	<p>Compressa cirúrgica de gase hidrófila estéril Especificação: *Gaze estéril, atóxica, apirogênica; *13 fios/cm². *Tamanho: 7,5cm x 7,5cm (fechado). *Dimensões abertas: 15cm x 26cm. *100% algodão hidrófilo, alvejado, isento de impurezas, corantes, substâncias gordurosas e resíduo de amido, inodoro e insípido; *5 dobras e 8 camadas. * Conteúdo da embalagem: 10 Compressas de gazes por pacote; *Estéril.</p>			
40	Und	50	<p>Conector para extensão de oxigênio Conector para Extensão de Oxigênio (Cateter). Acessório descartável para conexão da extensão de oxigênio ao cateter nasal.</p>			
41	Und	50	<p>Conector Respiratório, tipo Reto com Entrada para Aerossol MDI Conector reto é utilizado para permitir a administração de medicação em “inalador de dose medida” (MDI). Sua utilização permite que a entrega da medicação aconteça de maneira ininterrupta durante o fluxo no circuito respiratório.</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seta indicando a direção do spray de medicação;• Compatível com a maioria dos frascos de MDI padrão;• Conector reto 22 mm interno x 22F mm externo. <p>Vantagens:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tampa em silicone à prova de vazamentos ou entrada de poeira;• Reutilizável.			
42	Und	15	<p>Conector y adulto reto fechado para respiradores</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Medidas normalizadas (22M x 15F).• Autoclavável até 120°C			
43	Und	1.000	<p>Curativo alginato de cálcio e sódio 10X10cm.</p> <p>Descrição:</p> <p>É um curativo com alginato altamente absorvente para feridas de moderada a altamente exsudativas de qualquer tamanho, forma e profundidade. Esterilizado por radiação ionizante BETA, atóxico e não alergênico. Embalados individualmente.</p>			
44	Und	200	<p>Curativo de espuma de poliuretano com partículas de ibuprofeno, não adesivo, 10X10cm.</p> <p>Descrição e composição:</p> <p>O curativo de espuma de poliuretano com partículas de ibuprofeno, contém 0,5 mg/cm² de ibuprofeno homogeneamente disperso por toda a matriz da espuma. É um curativo macio e flexível, muito confortável de usar. As bordas chanfradas reduzem o risco de marcas de pressão. Combina a cicatrização de ferida em meio ambiente úmido à liberação local de ibuprofeno. Na presença do exsudato, há liberação contínua de baixa dose de ibuprofeno no leito da ferida durante todo o tempo de uso do curativo (até 7 dias). Estéril, atóxico e não alergênico. Embalados individualmente.</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

45	Und	800	<p>Curativo de espuma de poliuretano, macio e adaptável, com um complexo de Prata (Ag) patenteado, não adesivo, 10X10cm.</p> <p>Descrição: Curativo de espuma de poliuretano com um complexo de Prata (Ag) patenteado é um curativo de espuma com prata, macio e adaptável, que comprovadamente ajuda a cicatrizar mais rapidamente feridas infectadas. Estéril, atóxico e não alergênico. Embalados individualmente. Látex free.</p>			
46	Und	300	<p>Dispositivo para punção venosa periférica com asa, agulha siliconizada com bisel bi-angulado.</p> <p>Especificações técnicas: Calibre: 27 G; Cor: Cinza;</p> <ul style="list-style-type: none">• Estéril, uso único, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock, asas de empunhadura/fixação;• Tubo vinílico transparente permite visualização do fluxo;• Asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre;• Conector diferenciado por cores.			
47	Und	100	<p>Dispositivo para punção venosa periférica com asa para infusão intravenosa e procedimentos de coleta de sangue, calibre 19G. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado.</p> <p>Especificações técnicas: Tamanho: 19 G; Cor: amarelo</p> <ul style="list-style-type: none">• Estéril, uso único, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock, asas de empunhadura/fixação;• Tubo vinílico transparente permite visualização do fluxo;• Asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre;• Conector diferenciado por cores.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



48	Und	200	<p>Dispositivo para punção venosa periférica com asa, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado. Especificações técnicas: Calibre: 21 G; Cor: verde;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estéril, uso único, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock, asas de empunhadura/fixação; • Tubo vinílico transparente permite visualização do fluxo; • Asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre; • Conector diferenciado por cores. 			
49	Und	8.000	<p>Dispositivo para punção venosa periférica com asa. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado. Especificações técnicas: calibre: 23 G; Cor: Azul;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estéril, uso único, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock, asas de empunhadura/fixação; • Tubo vinílico transparente permite visualização do fluxo; • Asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre; • Conector diferenciado por cores. 			
50	Und	200	<p>Dispositivo para punção venosa periférica com asa. Agulha siliconizada com bisel bi-angulado. Especificações técnicas: Calibre: 25 G; Cor: Laranja;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estéril, uso único, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock, asas de empunhadura/fixação; • Tubo vinílico transparente permite visualização do fluxo; • Asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre; • Conector diferenciado por cores. 			
51	Und	3.500	<p>Eletrodo descartável para monitorização cardíaca. Especificações técnicas:</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Tipo gota, adulto e pediátrico; • Tamanho (mm): 42x36; • Com gel condutor auto adesivo, espuma de alta densidade, hipoalergênico. 			
52	Jogo	10	<p>Eletrodos cardiológico précordial adulto completo com pêra de silicone jogo com 6 (Sucção + Pera ECG).</p> <p>Descrição: Eletrodo Pré-cordial com pêra de sucção confeccionada em silicone, muito mais resistente e durável. São compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pinch, botão de pressão e pino banana. Peras para eletrocardiograma.</p>			
53	Und	200	<p>Equipo de bomba de infusão fotossensível. Produto de uso único, estéril, apirogênico, livre de endotoxinas bacterianas, esterilizado por oxido de etileno. Compatível com a bomba de infusão Lifemed LF 2001.</p>			
54	Und	50	<p>Equipo de bomba de infusão. Produto de uso único, estéril, apirogênico, livre de endotoxinas bacterianas, esterilizado por oxido de etileno. Compatível com a bomba de infusão Lifemed LF 2001.</p>			
55	Und	7.000	<p>Equipo macro-gotas</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipo para soro, estéril; -Ponta perfurante; -Tampa protetora; -Câmara flexível gotejadora em macro gotas; -Conexão Luer lock; -Tubo em PVC, atóxico e apirogênico; -Pinça rolete para dosagem de volume; -Injetor lateral; -Filtro de partícula; - Tubo flexível de 150cm -Válvula de ar; -Estéril. 			
56	Und	200	<p>Equipo micro-gotas</p> <p>Especificações técnicas:</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">-Estéril, uso único, atóxico, apirogênico;-Esterilizado por óxido de etileno;-Ponta perfurante com entrada de ar e filtro hidrofóbico;-Dispositivo para entrada de ar-Câmara gotejadora flexível;-Pinça clamp;-Tubo flexível de 150cm;-Injetor lateral-y auto cicatrizante-Regulador de fluxo;-Conector luer lock			
57	Und	6.000	Equipo para nutrição enteral Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">- Câmara de Gotejamento Flexível;- Ponta Perfurante com Tampa Protetora;- Pinça Rolete corta Fluxo;- Conector Luer lock;- Fabricado em PVC;- Atóxico;- Livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas;- Estéril, esterilizado por óxido de etileno;- Produto de uso único.- Embalado individualmente.			
58	Und	20	Espaçador para medicamento em aerossol adulto e infantil Descrição: Compatível com todos os dispensadores de medicamentos aerossol. Composição do kit: <ul style="list-style-type: none">• 1 Espaçador para medicamento em aerossol adulto e Infantil;• Câmara em alumínio isenta de carga eletrostática;• 1 Máscara adulto;• 1 Máscara infantil.			
59	Und	1.200	Esparadrapo Especificações: <ul style="list-style-type: none">• Tamanho: 10cm x 4,5m com capa;• Impermeável, borda serilhada;• Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante;• Adesivo branco a base de borracha natural, óxido de zinco e resina;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

60	Und	200	<ul style="list-style-type: none">• Cor: branco. Especulo Vaginal descartável tamanho G Características: <ul style="list-style-type: none">- Excelente transparência e transmissão luminosa;- Parafuso regulador acoplado;- Não estéril;- Descartável Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none">- Material: poliestireno cristal (PS);- Embalado em papel grau cirúrgico;- Produto de uso único.			
61	Und	800	Especulo Vaginal descartável tamanho M Características: <ul style="list-style-type: none">- Excelente transparência e transmissão luminosa;- Parafuso regulador acoplado;- Não estéril;- Descartável Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none">- Material: poliestireno cristal (PS);- Embalado em papel grau cirúrgico;- Produto de uso único.			
62	Und	1.000	Especulo Vaginal descartável tamanho P Características: <ul style="list-style-type: none">- Excelente transparência e transmissão luminosa;- Parafuso regulador acoplado;- Não estéril;- Descartável Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none">- Material: poliestireno cristal (PS);- Embalado em papel grau cirúrgico;- Produto de uso único.			
63	Und	10	Estabilizador de cabeça lateral impermeável adulto Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Confeccionado em espuma vinil emborrachada;• Possuir dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo;• Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura;• Orifício auricular para verificar de sangramento;			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Lavável Impermeável; • Cor: amarelo. 			
64	Und	20	<p>Extensão de nylon traçado para oxigênio 3 metros</p> <p>Mangueira de nylon trançado na cor verde de identificação do gás oxigênio, com capacidade de até 250 libras de pressão e conectores para rede.</p>			
65	Und	50	<p>Filtro de barreira bactericida e viral adulto</p> <p>Especificações técnicas: Descartável de uso único, estéril, atóxico, hidrofóbico, conexão universal reta, uso adulto em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço morto de 52 ml e volume Tidal de 200 a 1500 ml, com acesso luer lock com tampa para monitorização capnógrafo, com Conector tubo extensor flexível reto, com tampa para descarte, descartável de uso único, estéril, atóxico, conexão universal, uso em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço morto de 30ml a 75ml, comprimento de 10 a 21 cm, embalado em papel grau cirúrgico</p>			
66	Und	30	<p>Filtro de barreira bactericida e viral pediátrico</p> <p>Especificações técnicas: Filtro trocador de calor e umidade, bacterial/viral, descartável de uso único, estéril, atóxico, eletrostático, conexão universal reta, uso pediátrico em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço morto de 26mL e volume Tidal de 90 a 1500 ml, com acesso luer lock com tampa para monitorização capnógrafo, embalado em papel grau cirúrgico. Com Conector tubo extensor flexível reto, descartável de uso único, estéril, atóxico, conexão universal, uso em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço morto de 30ml a 75ml, comprimento de 10 a 21 cm, embalado em papel grau cirúrgico.</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			Não utilizar em pacientes com peso inferior a 9kg.			
67	Caixa	10	<p>Fio de sutura de sutura absorvível 3-0</p> <p>Descrição: Sutura sintética absorvível formada a partir de um copolímero de lactida e glicolida, revestida com poliglactina 370 e estearato de cálcio. Construída por trançamento e incolor, mantém aproximadamente 75% da sua força tênsil após duas semanas, 50% após três semanas e completamente absorvida após 63 dias através de hidrolise.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Agulha 3/8; 1,7cm,• Esterilizados por Óxido de Etileno,• Absorvíveis,• Comprimento do fio: 45 cm.• Caixa com 12 unidades.			
68	Caixa	15	<p>Fio de sutura absorvível 4-0</p> <p>Descrição: Sutura sintética absorvível formada a partir de um copolímero de lactida e glicolida, revestida com poliglactina 370 e estearato de cálcio. Construída por trançamento e incolor, mantém aproximadamente 75% da sua força tênsil após duas semanas, 50% após três semanas e completamente absorvida após 63 dias através de hidrolise.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Agulha: E-15; CT 1/2 - 1,6cm.• Comprimento do fio: 45 cm• Absorvível, construído por trancamento, esterilizado por óxido de etileno• Caixa com 12 unidades			
69	Caixa	10	<p>Fio de sutura absorvível 5-0</p> <p>Descrição: Fio de sutura cirúrgica sintética, absorvível, estéril, composta de Copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio Incolor, construída por trançamento, mantém</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			aproximadamente 75% da sua força tênsil após duas semanas, 50% após três semanas e é completamente absorvida após 63 dias, através de hidrólise. Especificações técnicas:			
			<ul style="list-style-type: none"> • Agulha 1/2 CT 1,6cm, • Esterilizados por Óxido de Etileno, • Absorvíveis, • Comprimento do fio: 45 cm. • Caixa com 15 unidades 			
70	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, calibre 0			
71	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, calibre 1-0			
72	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, calibre 2-0			
73	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, calibre 3-0			
74	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, calibre 4-0			
75	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, calibre 5-0			
76	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, calibre 6-0			
77	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, Cromado, calibre 0			
78	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, Cromado, calibre 2-0			
79	Und	144	Fio de sutura absorvível, estéril, cromado, calibre 3-0			
80	Und	20	Fio Guia para intubação de aço inox, autoclavável.			
81	Und	1.000	Fita Cirúrgica microporosa. Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: 10cm x 4,5m; • Cor: branca; • Hipoalérgica; • Para pele sensíveis; • Não estéril; Composta de não tecido a base de fibras de viscose com adesivo acrílico. Isento de látex.			
82	Und	300	Fita Cirúrgica microporosa. Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: 25 mm x 4,5m com capa; • Cor: Branca; • Hipoalérgica; • Para pele sensíveis; • Não estéril; 			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> Composta de não tecido a base de fibras de viscose com adesivo acrílico. Isento de látex. 			
83	Und	800	<p>Fita de papel crepe, branca 19mm x 50m</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dorso de papel crepado, saturado e evernizado; adesivo a base de borracha natural e resinas. <p>Embalada individualmente.</p>			
84	Und	400	<p>Fita de papel crepe, branca 48mm x 50m</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Dorso de papel crepado, saturado e evernizado; adesivo a base de borracha natural e resinas.</p> <p>Embalada individualmente.</p>			
85	Und	120	<p>Fita para autoclave 19mm x 30m</p> <p>Descrição:</p> <p>Papel crepe a base de fibra de celulose, tinta termorreativa, estireno, butadieno, resinas acrílicas e adesivo a base de borracha natural e resina.</p>			
86	Und	30	<p>Fluxômetro 0 a 15litros por minuto para ar comprimido</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 à 15 litros por minuto; Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/- 3,5kgf/cm² <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Niple de saída botão cromado. Cor: amarelo 			
87	Und	30	<p>Fluxômetro 0 a 15litros por minuto para oxigênio</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 à 15 litros por minuto; Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/- 3,5kgf/cm² <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); 			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Niple de saída botão cromado. • Cor: verde 			
88	Pct	200	<p>Fralda geriátrica adulto tamanho EG</p> <p>Especificações técnicas: Possuir a exclusiva tecnologia antiodor, gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de umidade e aloe vera. O produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste ideal ao corpo. TAMANHO EG: cintura acima de 150 cm – peso acima de 90 kg. Pacote com 7 unidades</p>			
89	Pct	50	<p>Fralda geriátrica adulto, tamanho G</p> <p>Especificações técnicas: Possuir a exclusiva tecnologia antiodor, gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de umidade e aloe vera. O produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste ideal ao corpo. O tamanho grande serve para cinturas de 115 a 150 cm e até 90Kg. Pacote com 08 unidades.</p>			
90	Pct	50	<p>Fralda geriátrica adulto, tamanho M</p> <p>Especificações técnicas: Possuir a exclusiva tecnologia antiodor, gel superabsorvente, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados a seu formato anatômico, indicador de umidade e aloe vera. O produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado, contando ainda com fitas adesivas reposicionáveis que garantem o ajuste ideal ao corpo. TAMANHO M: CINTURA - 70 A 100 CM PESO - 40 A 70 KG. Pacote com 8 unidades</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

91	Und	6.000	Frasco dieta enteral Especificações técnicas: -Frasco fracionador para soluções enterais; - Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; - Livre de Bisfenol-A; - Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. - Frasco em PE (polietileno) de 300ml graduado com escala de 50 ml; - Com dispositivo para fixação em suporte; - Atóxico; estéril; - Volume: 300ml. - Embalados individualmente.			
92	Und	20	Garrote Adulto Especificações técnicas: -Fecho em PVC, que permite um ajuste fácil e confortável; - Cor: Azul; - Validade indeterminada; - Tamanho: 34cm de comprimento e 2,5cm de largura.			
93	Mt	15	Garrote Grosso de látex, referência 201. Tamanho: 1m			
94	Frasco	500	Gel de contato, frasco 100mL. Descrição: Incolor, inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico e não gorduroso.			
95	Und	20	Guia bougie para intubação traqueal adulto Especificações técnicas: • Cor contrastante (amarelo brilhante): destaca visualmente o Bougie-MedTech durante as manobras; • Superfície anti-aderente, facilita o deslizar do tubo traqueal; • Segmento distal angulado com marca visual indicativa em seu ponto de deflexão; • Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento em ambas as extremidades: permite seu uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou reta);			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Marcações situadas na face anterior: favorece a leitura durante o procedimento • Extremidades atraumáticas;0 - Estéril, pronto para uso imediato; • ISENTO DE LÁTEX; • Descartável. • Tamanho: Adulto; • Comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); • Haste redonda semi-flexível tubular com luz interna e orifício de ventilação na extremidade distal; • Acompanha conector; • Para uso com tubos traqueais entre 5,5mm a 10,0mm. 			
96	Und	100	<p>Hidrogel com alginato</p> <p>Descrição:</p> <p>Hidrogel é um gel à base de Alginato de Cálcio e Sódio utilizado em feridas secas, pouco úmidas e de média exsudação, com presença de tecido inviável (necrose e esfacelo), promovendo um ambiente úmido ideal para a cicatrização, através da hidratação do leito da ferida, direcionando ao desbridamento autolítico ou auxiliando no desbridamento mecânico. Quando utilizado em feridas exsudativas, auxilia na retenção do exsudato mantendo sua forma de gel, devido a junção do Alginato e carboximetilcelulose, que retém a água em sua estrutura.</p> <p>Características do produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curativo primário, absorvente, transparente e viscoso; • Não estéril; • Acondicionado em bisnagas de alumínio; • Hidrata o tecido necrótico seco; • Fácil manuseio; • Permite o amolecimento de tecidos com necrose ou esfacelo; • Estimula a granulação e epitelização com o meio úmido; • Com tampa flip-top. <p>Especificação técnica:</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">• Peso líquido: 85 gramas;• Composição: água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose e conservantes.			
97	Und	6.000	Infusor para soluções parenterais 2 vias Características do produto: - Equipo de infusão gravitacional estéril e de uso único; - 2 vias com clamp; - Tubo flexível e transparente de PVC de 18cm de comprimento; - Somente para infusão por gravidade; - Embalado individualmente; - Estéril, atóxico e apirogênico; - Conector luer lock.			
98	Pct	20	Lacre para carrinho de emergência numerado pacote com 100 unidades			
99	Und	2.000	Lâmina de Bisturi Características técnicas: - Tamanho: n°11 - Confeccionadas em aço carbono; - Estéril; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Embaladas individualmente em material aluminizado.			
100	Und	3.000	Lâmina de bisturi Características técnicas: - Tamanho: n°15 - Confeccionadas em aço carbono; - Estéril; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Embaladas individualmente em material aluminizado.			
101	Und	1.000	Lâmina de Bisturi Características técnicas: - Tamanho: n °21 - Confeccionadas em aço carbono; - Estéril; - Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Embaladas individualmente em material aluminizado			
102	Und	5.000	Lâmina de Bisturi Características técnicas: - Tamanho: n°23			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">- Confeccionadas em aço carbono;- Estéril;- Grande resistência à corrosão e perda de afiação;- Embaladas individualmente em material aluminizado.			
103	Caixa	1.200	Luva para procedimento tamanho P caixa com 50 pares Características: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em látex;- Não estéreis;- Com pó;- Lisas;- Ambidestras;- Descartáveis;- Produto de uso único;- Embalagem tipo "dispenser Box.			
104	Caixa	1.500	Luva para procedimento tamanho M caixa com 50 pares Características: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em látex;- Não estéreis;- Com pó;- Lisas;- Ambidestras;- Descartáveis;- Produto de uso único;- Embalagem tipo "dispenser Box.			
105	Caixa	400	Luva para procedimento tamanho G caixa com 50 pares Características: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em látex;- Não estéreis;- Com pó;- Lisas;- Ambidestras;- Descartáveis;- Produto de uso único.- Embalagem tipo "dispenser Box.			
106	Pct	30	Luva plástica descartável. Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">-Estéril, tamanho único;-transparente, estéril, atóxica e apirogênica.- Pacote com 100 unidades.			
107	Par	800	Luvas nº 6,5 estéreis Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">- Fabricada em látex;- Com pó bioabsorvível;- Formato anatômico;- Estéril;- Superfície lisa;- Micro texturizada na ponta dos ded			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">- Embalada em envelope contendo um par de luvas;- Produto com validade.		
108	Par	600	<p>Luvas Nº 7,0 estéreis.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">-Fabricada em látex;- Com pó bioabsorvível;- Formato anatômico;- Estéril;- Superfície lisa;- Micro texturizada na ponta dos dedos;- Embalada em envelope contendo um par de luvas;- Produto com validade		
109	Par	1.000	<p>Luvas Nº 7,5 estéreis</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fabricada em látex;- Com pó bioabsorvível;- Formato anatômico;- Estéril;- Superfície lisa;- Micro texturizada na ponta dos dedos;- Embalada em envelope contendo um par de luvas;- Produto com validade.		
110	Par	500	<p>Luva Nº 8,0 estéreis</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fabricada em látex;- Com pó bioabsorvível;- Formato anatômico;- Estéril;- Superfície lisa;- Microtexturizada na ponta dos dedos;- Embalada em envelope contendo um par de luvas;- Produto com validade.		
111	Par	300	<p>Luva Nº 8,5 estéreis</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fabricada em látex;- Com pó bioabsorvível;- Formato anatômico;- Estéril;- Superfície lisa;- Microtexturizada na ponta dos dedos;- Embalada em envelope contendo um par de luvas;- Produto com validade.		
112	Und	50	<p>Manômetro com fluxômetro para oxigênio</p>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escala de manômetro - Válvula de pressão fixa: 0 à 315 kgf/cm²; • Válvula de pressão variável: entrada - 0 à 315 kgf/cm² e saída á 8 Kgf/cm²; • Pressão de trabalho - Cilindro: Pressão do cilindro cheio: 150 ou 200 kgf/ cm²; • Válvula de pressão fixa de: dentro da faixa de 3,5 +/- 0,3 kgf/cm²; - • Válvula de alívio (segurança): 6,5 +/- 0,3 kgf/cm²; • Válvula de pressão variável: faixa de trabalho 0-8 kgf/cm²; • Válvula de alívio (segurança): 9,5 +/- 0,4 kgf/cm²; 			
113	Und	60	Manta térmica alumizada para resgate 2,10x1,40m			
114	Caixa	1.000	<p>Máscara cirúrgica branca descartável</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tripla camada com elástico; • Atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único, com elástico, cor branca, clip nasal, soldada eletronicamente por ultrassom. Caixa com 50 unidades. 			
115	Und	200	<p>Máscara de oxigênio alta concentração adulto com reservatório e tubo de oxigênio.</p> <p>Descrição:</p> <p>Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente, atóxico, apirogênico e não estéril.</p> <p>Composição: máscara com elástico para ajuste e fixação no rosto do paciente, balão reservatório de Oxigênio com capacidade de 1000ml (adulto) e extensor de 1,5 metros.</p>			
116	Und	200	<p>Máscara de oxigênio alta concentração infantil com reservatório e tubo de oxigênio.</p> <p>Descrição:</p> <p>Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente, atóxico, apirogênico e não estéril. Com elástico.</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

117	Und	05	<p>Máscara Laríngea de silicone reutilizável 1,5</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor.• Confeccionada em silicone.• Possui bordas reforçadas.• Formato anatômico.• Tubo resistente a acotovelamento.• Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff.• Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo.• Acompanha um cartão para controle de registros dos ciclos de reesterilização.• Estéril – ETO.• Totalmente livre de látex.• Apresentação: unitário <p>Volume Máximo Insuflação: 7mL</p>			
118	Und	05	<p>Máscara Laríngea de silicone reutilizável 1.0</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor.• Confeccionada em silicone.• Possui bordas reforçadas.• Formato anatômico.• Tubo resistente a acotovelamento.• Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff.• Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo.• Acompanha um cartão para controle de registros dos ciclos de reesterilização.• Estéril – esterilizado por óxido de etileno• Totalmente livre de látex.• Apresentação: unitário• Volume Máximo Insuflação: 4MI			
119	Und	05	<p>Máscara Laríngea de silicone reutilizável 2.0</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor.• Confeccionada em silicone.• Possui bordas reforçadas.• Formato anatômico.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Tubo resistente a acotovelamento. • Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. • Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo. • Acompanha um cartão para controle de registros dos ciclos de reesterilização. • Estéril – esterilizado por óxido de etileno. • Totalmente livre de látex. • Apresentação: unitário Volume Máximo Insuflação: 10mL 			
120	Und	05	<p>Máscara Laríngea de silicone reutilizável 2.5</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. • Confeccionada em silicone. • Possui bordas reforçadas. • Formato anatômico. • Tubo resistente a acotovelamento. • Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. • Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo. • Acompanha um cartão para controle de registros dos ciclos de reesterilização. • Estéril – esterilizado por óxido de etileno • Totalmente livre de látex. • Apresentação: unitário • Volume Máximo Insuflação: 14 mL 			
121	Und	05	<p>Máscara Laríngea de silicone reutilizável 3.0</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. • Confeccionada em silicone. • Possui bordas reforçadas. • Formato anatômico. • Tubo resistente a acotovelamento. • Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. • Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo. 			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Acompanha um cartão para controle de registros dos ciclos de reesterilização. • Estéril – esterilizado por óxido de etileno • Totalmente livre de látex. • Apresentação: unitário • Volume Máximo Insuflação: 20 mL 			
122	Und	05	<p>Máscara Laríngea de silicone reutilizável 4.0</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reutilizável por até 40 ciclos de autoclavagem à vapor. • Confeccionada em silicone. • Possui bordas reforçadas. • Formato anatômico. • Tubo resistente a acotovelamento. • Balão piloto com indicação tátil do grau de insuflação do cuff. • Indicações de tamanho, peso do paciente e volume máximo de insuflação impresso no tubo. • Acompanha um cartão para controle de registros dos ciclos de reesterilização. • Estéril – Esterilizado por óxido de etileno • Totalmente livre de látex. • Apresentação: unitário • Volume Máximo Insuflação: 30ml 			
123	Und	300	<p>Máscara N95</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada em Não tecido; • Possuir 6 camadas; • cor: azul ou branco; • Atóxica e Apirogênica; • Aprovada pelo Ministério do Trabalho; • Filtro eficiente para retenção de contaminantes; • Contém classificação PFF2 e N95; • Produto confeccionado de modo a oferecer maior resistência à penetração de sangue e outros fluidos corpóreos; • Válvula de exalação: não valvulado; • Tamanho: regular; • Eficiência de filtração mínima de 94% contra a 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>penetração de aerossóis particulados não oleosos;</p> <ul style="list-style-type: none">• Produto com eficiência de filtração bacteriológica, ou seja, 99% contra bioaerossóis gerados pelo próprio usuário do respirador e que podem estar contaminados, protegendo assim o exterior da máscara. Pode ser utilizado como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do campo estéril;• Grampo de ajuste nasal;• Descartável.			
124	Und	200	<p>Mascara nebulização adulta com rosca de adaptação ao manômetro de oxigênio</p> <p>Descrição:</p> <p>Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente, atóxico, apirogênico e não estéril.</p>			
125	Und	200	<p>Mascara nebulização infantil com rosca de adaptação ao manômetro de oxigênio</p> <p>Descrição:</p> <p>Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente, atóxico, apirogênico e não estéril.</p>			
126	Und	20	<p>Máscara para traqueostomia Adulto</p> <p>Descrição:</p> <p>A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°.• Composição: Policloreto de Vinila (PVC) macio e transparente, Polipropileno (PP) e borracha sintética.• Atóxico, flexível (com faixa elástica ajustável), não estéril.• Livre de látex.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



127	Und	20	<p>Máscara para traqueostomia Infantil</p> <p>Descrição: A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traquéia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. • Composição: Policloreto de Vinila (PVC) macio e transparente, Polipropileno (PP) e borracha sintética. • Atóxico, flexível (com faixa elástica ajustável), não estéril. • Livre de látex. 			
128	Und	20	<p>Máscara para traqueostomia Neo</p> <p>Descrição: A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possui tira de borracha sintética para a colocação e conector que gira 360°. • Composição: Policloreto de Vinila (PVC) macio e transparente, Polipropileno (PP) e borracha sintética. • Atóxico, flexível (com faixa elástica ajustável), não estéril. • Livre de látex. 			
129	Und	03	<p>Mini incubadora para teste biológico</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima de incubação: 60 °C; • Capacidade: 04 indicadores; 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">• Potência: 10 Watts;• Voltagem: 27 / 220 V - Comutação Automática; <ul style="list-style-type: none">• Frequência: 50/60 Hz.			
130	Caixa	10	Nylon monofilamento 2.0 45cm , agulha 3/8 3cm <ul style="list-style-type: none">• Origem: sintética• Comportamento: não absorvível• Estéril• Estrutura: monofilamentar• Cor: preto• Diâmetro: 2-0• Embalagem: caixa com 24 unidades			
131	Caixa	100	Nylon monofilamento 3.0 45cm, agulha 3/8 2,4cm <ul style="list-style-type: none">• Origem: sintética• Comportamento: não absorvível• Estéril• Estrutura: monofilamentar• Cor: preto• Diâmetro: 3-0• Embalagem: caixa com 24 unidades			
132	Caixa	100	Nylon monofilamento 4.0 45cm, agulha 1/2 1,9cm <ul style="list-style-type: none">• Origem: sintética• Comportamento: não absorvível• Estéril• Estrutura: monofilamentar• Cor: preto• Diâmetro: 4-0• Embalagem: caixa com 24 unidades			
133	Caixa	10	Nylon monofilamento 5.0 45cm , agulha 3/8 2,0cm <ul style="list-style-type: none">• Origem: sintética• Comportamento: não absorvível• Estéril• Estrutura: monofilamentar• Cor: preto• Diâmetro: 5-0• Embalagem: caixa com 24 unidades			
134	Caixa	10	Nylon monofilamento 6.0 45cm, agulha 3/8 2,0cm <ul style="list-style-type: none">• Origem: sintética• Comportamento: não absorvível			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">• Estéril• Estrutura: monofilamentar• Cor: preto• Diâmetro: 6-0• Embalagem: caixa com 24 unidades			
135	Folha	3.000	Papel crepado para esterilização 120cmx120cm Especificação técnica: -Confeccionado em 100% celulose; -Maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; -Biodegradável e incinerável; -Atóxico e não irritante; -Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; -Eficiente na filtração bacteriana; -De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; -Deslize suave e ajuste de contorno; -Dimensão: 120x120cm -cor: branco			
136	Folha	20.000	Papel crepado para esterilização 60cm x 60cm Especificações técnicas: -Confeccionado em 100% celulose; -Maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro; -Biodegradável e incinerável; -Atóxico e não irritante; -Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade; -Eficiente na filtração bacteriana; -De fácil utilização conforme técnica universal de empacotamento; -Deslize suave e ajuste de contorno; -Dimensão: 60x60cm -cor: branco			
137	Bobina	200	Papel Grau Cirúrgico para Esterilização, bobina 100mm x100m. Utilizada na embalagem para esterilização com indicador para processo de esterilização à vapor saturado e óxido de etileno. Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme bilaminado.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

138	Bobina	150	Papel Grau Cirúrgico para Esterilização, bobina 200mm x100m. Utilizada na embalagem para esterilização com indicador para processo de esterilização à vapor saturado e óxido de etileno. Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme bilaminado.			
139	Bobina	50	Papel Grau Cirúrgico para Esterilização, bobina 400mm x100m. Utilizada na embalagem para esterilização com indicador para processo de esterilização à vapor saturado e óxido de etileno. Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme bilaminado.			
140	Und	150	Papel para eletrocardiograma 80mmx20m Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Formato: bobina;• Largura: 80mm;• Extensão da Bobina: 30m;• Tipo de registro: térmico;• Fabricação: nacional com matéria prima (celulose) de alta qualidade.			
141	Und	20	Pás desfibrilador externo automático Adulto Descrição do produto Eletrodo Pá Descartável compatível com Desfibrilador Instramed; Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados. Características do produto: Indicações ADULTOS > 25KG Diferenciais e benefícios: Rápida conexão ao DEA; Excelente condutividade; Sem risco de queimaduras acidentais; Livre de látex. Itens inclusos 01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem compatíveis com o Desfibrilador DEA Isis Pró			
142	Und	20	Pás Eletrodo Descartável - Infantil Descrição do produto: - Eletrodo Pás Descartáveis Compatível com Desfibrilador DEA Isis Pro Infantil (Instramed)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>- Conjunto de dois eletrodos multifunções pré-conectados.</p> <p>Características do produto: Pás eletrodo descartáveis tamanho infantil para o desfibrilador.</p> <p>Diferenciais e benefícios: - Rápida conexão ao DEA - Excelente condutividade - Sem risco de queimaduras acidentais - Livre de látex.</p> <p>Itens inclusos: - 01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador. Altura do produto (cm): 1,50 Largura do produto (cm): 16,00 Profundidade do produto (cm): 48,50 Peso líquido (Kg): 0,090 Altura da embalagem (cm): 1,50 Largura da embalagem (cm): 16,00 Profundidade da embalagem (cm): 20,00 Peso bruto com embalagem (Kg): 0,100</p>			
143	Und	400	<p>Pinça de Cheron, descartável</p> <p>Especificações técnicas: * estéril, uso único; * ponta com serrilha; * sistema de trava com 4 níveis de travamento; * cor: branco; * comprimento: 24,5cm</p>			
144	Und	08	<p>Prancha de resgate</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente em polietileno; • Peso máximo suportado - 180Kg; • Impermeável; • Cor: amarela; • Altura: 6 cm; • Largura: 47,5cm; • Comprimento: 1,65m • Profundidade: 190cm; • Peso: 6KG. 			
145	Und	20	<p>Reanimador pulmonar completo adulto</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do 			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>operador e facilitar sua compressão;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalmente Livre de látex; • Auto inflável com pop off ; • Balão em silicone, auto inflável com pop off; • Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; • Reservatórios de O2 com válvula; • 100% autoclavável. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composição: Silicone/PVC; • Volume do balão: mínimo de 1500 ml; • Reservatório: mínimo de 2000 ml. 			
146	Und	10	<p>Reanimador pulmonar completo infantil (pediátrico)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador e facilitar sua compressão; • Totalmente Livre de látex; • Auto inflável com pop off; • Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; • Balão em silicone, auto inflável com pop off; • Reservatórios de O2 com válvula; • 100% autoclavável. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composição: silicone/PVC • Volume do balão: 500 ml; • Reservatório: mínimo de 1000 ml. 			
147	Und	05	<p>Reanimador pulmonar completo neonatal</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possui alça integrada para fixar o reanimador na mão; do operador e facilitar sua compressão; • Totalmente Livre de látex; • Auto inflável com pop off; • Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança; • Balão em silicone, auto inflável com pop off; 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">Reservatórios de O2 com válvula;100% autoclavável. Especificações Técnicas: <ul style="list-style-type: none">Composição: Silicone/PVCVolume do balão: mínimo de 250 ml;Reservatório: mínimo de 900 ml.			
148	Caixa	10	Sapatilha Pro-pé descartável Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">Caixa com 100 unidades (50 pares);Elástico na borda;Gramatura: 25g/m²;Composição: 100% polipropileno;Descartável;Tamanho único;Cor: branca.			
149	Und	10.000	Seringa 10ml Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">Tamanho: 10ml;Bico Luer lock;Látex Free;Estéril/ apirogênica/ atóxica;Produto de uso único;Corpo transparente;Cilindro com anel de retenção;Estéril.			
150	Und	8.000	Seringa 20ml Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">Tamanho: 20ml;Bico Luer lock;Látex Free;Estéril/ apirogênica/ atóxica;Produto de uso único;Cilindro transparente;Cilindro com anel de retençãoEstéril.			
151	Und	4.500	Seringa 3ml Especificações técnicas: Tamanho: 3ml; Bico: Luer lock; Látex Free; Estéril/ Apirogênica/ Atóxico; Cilindro transparente; Cilindro com anel de retenção; Estéril.			
152	Und	6.000	Seringa 5ml Especificações técnicas:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: 5ml; • Bico: Luer lock; • Látex Free; • Estéril/ Apirogênica/ Atóxica; • Produto de uso único; • Cilindro transparente; • Cilindro com anel de retenção; • Estéril. 			
153	Und	500	<p>Seringa Descartável LUER SLIP para Insulina com Agulha</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estéril, uso único, transparente, atóxica, Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. • Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. • Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. • Cilindro transparente e com escala nítida. • Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. • Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. <p>Marcação:</p> <p>Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização.</p> <p>-Escala numerada em traços longos a cada 5 U.I. e a secundária a cada 1 U.I.; feitas com tinta atóxica em azul ou preta.</p> <p>-Graduação: intervalo da escala 1 em 1 unidade</p> <p>-Capacidade da seringa: 100U.I.</p> <p>Agulha</p> <p>Tamanho (Polegadas): 26G 1/2"</p> <p>Dimensões (milímetros):</p> <p>Diâmetro (\varnothing): 0,45mm</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



154	Und	500	<p>Comprimento: 13mm</p> <p>Seringa Descartável LUER SLIP para Insulina com Agulha</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estéril, uso único, transparente, atóxica, Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. • Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. • Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave. • Cilindro transparente e com escala nítida. • Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. • Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, que permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde. <p>Marcação:</p> <p>Com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização.</p> <p>-Escala numerada em traços longos a cada 5 U.I. e a secundária a cada 1U.I.; feitas com tinta atóxica em azul ou preta.</p> <p>-Graduação: intervalo da escala 1 em 1 unidade</p> <p>-Capacidade da seringa: 50 U.I.</p> <p>Agulha</p> <p>Tamanho (Polegadas): 30G 5/16"</p> <p>Dimensões (milímetros):</p> <p>Diâmetro (\varnothing): 0,3mm</p> <p>Comprimento: 8mm</p>			
155	Und	100	<p>Sonda aspiração traqueal com válvula digital reta nº 10.</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionada em tubo de PVC; - Atóxica, apirogênica; - Flexível; - Conector e válvula de pressão negativa distal intermitente; 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">- Válvula permite variações na pressão de sucção de secreções;- Performance superior no procedimento;- Esterilizado por radiação gama;- Indicada para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas.			
156	Und	600	Sonda aspiração traqueal com válvula digital reta nº 12 Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em tubo de PVC;- Atóxica, apirogênica;- Flexível;- Conector e válvula de pressão negativa distal intermitente;- Válvula permite variações na pressão de sucção de secreções;- Performance superior no procedimento;- Esterilizado por radiação gama;- Indicada para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas.			
157	Und	600	Sonda aspiração traqueal com válvula digital reta nº 14 Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em tubo de PVC;- Atóxica, apirogênica;- Flexível;- Conector e válvula de pressão negativa distal intermitente;- Válvula permite variações na pressão de sucção de secreções;- Performance superior no procedimento;- Esterilizado por radiação gama;- indicada para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas.			
158	Und	800	Sonda aspiração traqueal com válvula nº8,0 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Espessura da sonda: 3mm;• Traqueal para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica, nasal e orofaríngea;• Estéril;• Atóxica;• Com válvula que permite o controle manual da pressão da sucção, através da abertura e fechamento da válvula com o			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			polegar, ocasionando o aumento do deslocamento da secreção; <ul style="list-style-type: none">• Sonda suga;• Apirogênico;• Descartável (Uso único).			
159	Und	50	Sonda de Aspiração Traqueal sem válvula nº08 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Espessura da sonda: 3mm;• Estéril;• Atóxica;• Apirogênico;• Descartável (Uso único);• Confeccionada em PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa;• Produto com validade.			
160	Und	50	Sonda de Aspiração Traqueal sem válvula nº10 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Espessura da sonda: 4mm;• Estéril;• Atóxica;• Apirogênico;• Descartável (Uso único);• Confeccionada em PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa;• Produto com validade.			
161	Und	50	Sonda de Aspiração Traqueal sem válvula nº06 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Espessura da sonda: 2mm;• Estéril;• Atóxica;• Apirogênico;• Descartável (Uso único);• Confeccionada em PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa;• Produto com validade.			
162	Und	100	Sonda de Aspiração Traqueal sem válvula nº12 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Espessura da sonda: 4,5mm;• Estéril;• Atóxica;• Apirogênico;• Descartável (Uso único);• Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

163	Und	50	<ul style="list-style-type: none">• Produto com validade. Sonda de Aspiração Traqueal sem válvula nº14 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Espessura da sonda: 5,5mm;• Estéril;• Atóxica;• Apirogênico;• Descartável (Uso único);• Confeccionada em PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa;• Produto com validade.			
164	Und	50	<ul style="list-style-type: none">• Produto com validade. Sonda de Aspiração Traqueal sem válvula nº16 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Espessura da sonda: 6mm;• Estéril;• Atóxica;• Apirogênico;• Descartável (Uso único);• Confeccionada em PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa;• Produto com validade.			
165	Und	50	<ul style="list-style-type: none">• Produto com validade. Sonda de Aspiração Traqueal sem válvula nº18 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Estéril;• Atóxica;• Apirogênico;• Descartável (Uso único);• Confeccionada em PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa;• Produto com validade.			
166	Und	20	Sonda endotraqueal com válvula-sistema fechado de aspiração traqueal. Nome técnico: Cateter de aspiração sistema fechado. <ul style="list-style-type: none">• Sonda graduada;• Botão com sistema de travamento;• Conexão giratória em “y”;• Tampa protetora com alça;• Garfo para desconexão do tubo;• Via MDI;• Via de irrigação com válvula anti-retorno;• Diâmetro: 14 Fr (4.6mm);			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">• Comprimento: 54cm;• Adaptador MID;• Material: PVC protegido por uma manga de EVA;• Estéril;• Esterilizado por óxido de zinco.			
167	Und	100	<p>Sonda Foley</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação;- Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente;- Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização;- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- nº 14- 2 vias- Diâmetro (ø): 4.7mm- 30ml- Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática;- Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente;- Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama;- Produto com validade.- Uso único			
168	Und	200	<p>Sonda Foley</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">• Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação;• Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso,• propiciando drenagem rápida e eficiente;• Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização;• Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- nº 16			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>-2 vias -Diâmetro (ø): 5,3mm 30-50ml - Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; - Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; - Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; - Produto com validade. - Uso único</p>			
169	Und	200	<p>Sonda Foley Descrição: -Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; - Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; - Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; - Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.</p> <p>Especificações Técnicas: -nº: 20 -2 vias -Diâmetro (ø): 6.7mm 30ml-50ml - Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática; - Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; - Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama; - Produto com validade. - Uso único</p>			
170	Und	100	<p>Sonda Foley 2vias Descrição: -Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; - Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; - Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>esvaziamento do balão durante sua utilização;</p> <ul style="list-style-type: none">- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.-Fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática;- Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente. <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">-nº 222- vias-Diâmetro (ø): 7.3mm30-50ml-Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama;- Produto com validade.- Uso único			
171	Und	100	<p>Sonda Foley 2vias nº 12</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">-Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação;- Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente;- Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização;- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">-nº 12-2 vias-Diâmetro (ø): 4.0mm-30ml <p>Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural, siliconada, com ponta distal atraumática;</p> <ul style="list-style-type: none">- Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente;- Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama;- Produto com validade.- Uso único			
172	Und	200	<p>Sonda Foley 2vias nº 18</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">-Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">- Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente;- Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização;- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">-nº 18-2 vias-Diâmetro (∅): 6.0mm30ml-50ml- Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática;- Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente;- Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama;- Produto com validade.- Uso único			
173	Und	100	<p>Sonda Foley 2 vias nº 24</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação;- Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente;- Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização;- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora.-Fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconada, com ponta distal atraumática;- Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente;- Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama;- Produto com validade. <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">-nº 24-2 vias-Diâmetro (∅): 8.0mm30-50ml			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



174	Und	50	<p>Sonda nasogástrica longa nº20</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno • Material: PVC; <p>Estéril.</p>			
175	Und	50	<p>Sonda nasogástrica longa nº08</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno • Material: PVC <p>Estéril.</p>			
176	Und	50	<p>Sonda nasogástrica longa nº12</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno • Material: PVC; <p>Estéril.</p>			
177	Und	50	<p>Sonda nasogástrica longa nº06</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno • Material: PVC; <p>Estéril.</p>			
178	Und	50	<p>Sonda nasogástrica longa nº16</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno • Material: PVC; <p>Estéril</p>			
179	Und	50	<p>Sonda nasogástrica longa nº18</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno • Material: PVC; <p>Estéril.</p>			
180	Und	50	<p>Sonda nasogástrica longa nº04</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			esterilizado por óxido de etileno <ul style="list-style-type: none">Material: PVC; Estéril.			
181	Und	50	Sonda nasogástrica longa nº10 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etilenoMaterial: PVC; Estéril.			
182	Und	50	Sonda nasogástrica longa nº14 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etileno: PVC; Estéril.			
183	Und	50	Sonda nasogástrica longa nº22 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etilenoMaterial: PVC; Estéril.			
184	Und	50	Sonda nasogástrica longa nº24 Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">Transparente, flexível, atóxico, apirogênico, esterilizado por óxido de etilenoMaterial: PVC; Estéril.			
185	Und	500	Sonda para nutrição enteral com fio guia nº12 Especificação: Sonda enteral em poliuretano radiopaco, estéril, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável que garantam o lastro para passagem ao intestino alto, e maleabilidade adequada, com marcas em toda a sua extensão, conector proximal com dupla entrada universal em y permitindo acesso separado para nutrição ou medicação, com tampas, com fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada.			
186	Und	50	<p>Sonda Uretral de alívio nº06</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Espessura da sonda: 2mm; • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único). <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>			
187	Und	500	<p>Sonda Uretral de alívio nº08</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Espessura da sonda: 3mm; • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único). <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>			
188	Und	1.400	<p>Sonda Uretral de alívio nº10</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Espessura da sonda: 4mm; • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único). <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>			
189	Und	800	<p>Sonda Uretral de alívio nº12</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Espessura da sonda: 4,5mm; • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; 			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único). <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>			
190	Und	100	<p>Sonda Uretral de alívio nº14</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Espessura da sonda: 5,0mm; • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único); <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>			
191	Und	192	<p>Sonda Uretral de alívio nº16</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Espessura da sonda: 5,5mm; • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único); <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>			
192	Und	100	<p>Sonda Uretral de alívio nº18</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único); <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa</p>			
193	Und	100	<p>Sonda Uretral de alívio nº20</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único); <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>		
194	Und	50	<p>Sonda Uretral de alívio nº04</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Espessura da sonda: 1,5mm; • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único). <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>		
195	Und	100	<p>Sonda Uretral de alívio nº22</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; • Estéril; • Atóxica; • Apirogênico; • Esterilizada por radiação gama; • Descartável (Uso único); <p>Composta de tubo de PVC, flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.</p>		
196	Und	10	<p>Spray fixador citológico</p> <p><u>Descrição:</u></p> <p>Fixador Celular tem sua fórmula desenvolvida para fixar e preservar em lâminas de vidro, materiais biológicos coletados do colo do útero, parede vaginal, ectocérvice, endocérvice e/ou outras áreas do organismo. Deve ser utilizado em lâminas limpas, desengorduradas e secas.</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">• Aerosol 100mL;• Composição: Álcool Etílico, Propelente Butano e Polietileno Glicol. <p>Composição: Propilenoglicol PM 76.1010g Álcool Absoluto PM 46.07 qsp 100mL.</p>			
197	Und	20	Suporte para coletor de material perfurocortante. Capacidade do coletor: 13 Kilos <ul style="list-style-type: none">• Suporte de metal,• Cor branca Fabricado com arame BTC			
198	Und	30	Tala Aramada Resgate para Imobilização P Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em EVA (4mm);- Contém: 01 unidade;- Tamanho: P;- Cor: Azul;- Dimensões: 53 cm x 8 cm.			
199	Und	50	Tala Aramada Resgate para Imobilização PP Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em EVA (4mm);- Contém: 01 unidade;- Tamanho: PP;- Cor: Roxa;- Dimensões: 30 cm x 8 cm			
200	Und	30	Tala Aramada Resgate SP para Imobilização G Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em EVA (4mm);- Contém: 01 unidade;- Tamanho: G;- Cor: Verde;- Dimensões: 86,5 cm x 10 cm.			
201	Und	30	Tala Aramada Resgate SP para Imobilização GG Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em EVA (4mm);- Contém: 01 unidade;- Tamanho: GG;- Cor: Amarelo;- Dimensões: 1,02m x 11cm.			
202	Und	50	Tala Aramada Resgate SP para Imobilização M Descrição: <ul style="list-style-type: none">- Confeccionada em EVA (4mm);- Contém: 01 unidade;- Tamanho: M;			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			- Cor: Laranja; - Dimensões: 63 cm x 9 cm.			
203	Und	10	Tala para dedo Descrição: Indicada para mobilização em casos de rompimento do tendão extensor, contusões, entorse e pequenas fraturas nos dedos das mãos. Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Fecho aderente; • Facilmente moldável; • Ideal para imobilização dos dedos; • Confeccionada em fio de aço inoxidável; • Forrada em material de espuma com apoios de plástico; • Altura: 2cm; • Largura: 10cm; • Profundidade; 2cm; Peso: 0,006kg.			
204	Und	20	Termo higrômetro digital Descrição: <ul style="list-style-type: none"> • Os termo-higrômetros são instrumentos com visor de fácil leitura, destinados para medir a temperatura e umidade ambiente. • Função máxima e mínima. • Visor de cristal líquido (LCD). • Função °C °F. Características Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Faixa de temperatura interna: -10°C / +60°C. • Faixa de umidade interna: 10% à 99% • Resolução temperatura: 0,1°C. • Resolução umidade: 1%. • Precisão temperatura: ±1°C. • Precisão umidade: ±5% UR. Alimentação: 01 pilha AAA ou LR3			
205	Und	50	Termômetro digital interno/externo max/min para controle da temperatura da geladeira de medicamentos termolábeis. Especificações técnicas:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none"> • Faixa de temperatura interna: -20°C ~ +70°C. • Faixa de temperatura externa: -50°C ~ +70°C. • Resolução: 0,1°C. • Precisão: ±1°C. • Dimensões: 6,4 x 8,5 x 2,2 cm. • Peso: 100g. • Material: Plástico PS. • Cor: Branco. • Comprimento do cabo: ± 2,3m. <p>Alimentação: 1 pilha tipo AAA 1,5V.</p>			
206	Und	20	<p>Tomada dupla com válvula para oxigênio</p> <p>Descrição: Corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática; Niples em latão cromado; Borboleta em polipropileno; Dimensões: 35mm Pressão de entrada e saída igual a pressão do dispositivo/equipamento de alimentação do gás; Pressão máxima de trabalho: 8Kgf/cm².</p>			
207	Und	20	<p>Tomada Tripla com válvula pra oxigênio</p> <p>Descrição: Corpo em alumínio injetado e pintura eletrostática; Niples em latão cromado; Borboleta em polipropileno; Dimensões: 35mm Pressão de entrada e saída igual a pressão do dispositivo/equipamento de alimentação do gás; Pressão máxima de trabalho: 8Kgf/cm</p>			
208	Und	100	Torneira descartável 2 vias para equipo, atóxica, estéril, luer lock.			
209	Und	100	Torneira descartável 3 vias para equipo, atóxica, estéril, luer lock.			
210	Caixa	50	<p>Touca cirúrgica descartável</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Touca fabricada em tecido 100% polipropileno; - Sanfonada; - Com elástico; - Descartável; - Tamanho único. - cor: branca; - caixa com 100 unidades 			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



211	Und	20	<p>Tubo corrugado adulto em silicone (traquéia)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: 22 x 1500 mm; • Não estéril. • Fabricado em silicone; <p>Traquéia corrugada externamente e lisas em sua face interna.</p>			
212	Und	20	<p>Tubo de silicone para oxigênio, referência 204, rolo de 15 metros, não estéril.</p>			
213	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº 9,5</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
214	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº4,5</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificação técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
215	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº6,0</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificação técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
216	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº6,5</p> <p>Descrição: Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock <p>Conector semi-montado, transparente, graduado.</p>			
217	Und	30	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº 7,0</p> <p>Descrição: Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificação técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
218	Und	30	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº8,0</p> <p>Descrição:</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
219	Und	30	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº8,5</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
220	Und	20	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº 2, 5</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
221	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº 4,0</p> <p>Descrição:</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock Conector semi-montado Transparente <p>Graduado.</p>			
222	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº 9,0</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock Conector semi-montado Transparente <p>Graduado.</p>			
223	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº10,0</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificação técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock Conector semi-montado Transparente <p>Graduado.</p>			
224	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº3,0</p> <p>Descrição:</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock• Conector semi-montado• Transparente <p>Graduado.</p>			
225	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº3,5</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock• Conector semi-montado• Transparente <p>Graduado.</p>			
226	Und	10	<p>Tubo endotraqueal com balão Nº5,0</p> <p>Descrição:</p> <p>Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.</p> <p>Especificação técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock• Conector semi-montado• Transparente <p>Graduado.</p>			
227	Und	10	Umificador para oxigênio			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			<ul style="list-style-type: none"> • Frasco PVC de 250ml, porca nylon; • Tubo com borbulhador para permitir o arraste das partículas; • Copo translúcio com indicação de nível mínimo e máximo. <p>Não estéril.</p>			
228	Und	200	<p>Lençol descartável hospitalar</p> <p><u>Especificações técnicas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Produzido com papel celulose virgem; • Não estéril; • Cor: branco; • Tamanho: 90cmx50m; <p>Picotado de 60 em 60cm.</p>			
229	Und	30	<p>Aparelho para dosagem de glicemia capilar</p> <p><u>Descrição:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuseio rápido e descomplicado • Visor maior, proporcionando melhor visualização • Flexível, com possibilidade de aplicação do sangue com a tira dentro e fora do monitor • Lembrete de teste pós-prandial visual e sonoro • Marcadores de testes antes e depois das refeições • Aviso de vencimento da tira de teste • Médias de testes dos últimos 7,14,30 e 90 dias • Armazena 500 resultados com data e horário • Possibilidade de adicionar uma segunda gota de sangue em até 10 segundos • Conexão USB para transferência dos resultados para o computador • Duração da bateria: 1.000 testes. <p>Tempo de medição: Aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor);</p>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			Aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor) <i>Compatível com fita para dosagem de glicemia capilar Accu check Active.</i>			
230	Und	150	Esfigmomanômetro adulto Descrição: Bolsa de borracha sintética especial e braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico, resistente e flexível, com fecho em metal. Manômetro de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo INMETRO. Resistente a queda. Aparelho de alta precisão para medir pressão arterial.			
231	Und	20	Esfigmomanômetro infantil Descrição: Bolsa de borracha sintética especial e braçadeira confeccionada em tecido anti-alérgico, resistente e flexível, com fecho em velcro. Manômetro de alta resistência dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choques, certificado pelo INMETRO. Resistente a queda. Aparelho de alta precisão para medir pressão arterial.			
232	Und	20	Esfigmomanômetro Obeso Descrição: -Bolsa de borracha sintética especial; - Braçadeira em nylon resistente para melhor desinfecção; - Manômetro de 0 a 300 mmHg com anel de proteção e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO; - Nylon, velcro, tubos e pera, - Fecho em velcro/metal - Pera em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado; - Valvula precisa e protegida contra o vazamento de ar; - Manguito e tubos em PVC - Tubos lisos para facilitar a desinfecção. Dimensões da braçadeira:			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			Comprimento: 68 cm; Largura: 18 cm; Diâmetro Braço: 34 cm à 52 cm.			
233	Und	50	Estetoscópio adulto Principais Características: - Design avançado com baixo peso; - Tubo com design que elimina ruídos; - Fone biauricular; - Par de olivas macias; - Auscultador duplo cardiológico em aço inox; - Com mola ajustável, proporciona tensão adequada das hastes no ouvido; - Conter anel e diafragma confortável ao paciente. Especificações técnicas: Dimensões aproximadas do produto: 0,69x4,5x2cm (AxLxP) - Peso aproximado do produto: 0,450Kg; - Cor preta. -Certificado pelo INMETRO.			
234	Caixa	50	Fita teste para dosagem glicemia capilar, caixa com 50 tiras. Compatível com monitor de glicemia capilar Accu check Active.			
235	Und	50	Oxímetro de dedo portátil adulto Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Faixa de medição: 36% a 99%; • Resolução: 01%; • Precisão: +02% (70% a 99%), <70% sem definição; • Frequência cardíaca: faixa de medição: 30t > pm - 250t > pm; • Alimentação: 02 pilhas alcalinas 1.5V AAA; Certificado pelo INMETRO.			
236	Und	30	Oxímetro de dedo portátil pediátrico Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • SpO2 Variação de tela: 0-100%; • SpO2 Faixa Medição: 70-100%; • SPO2 Precisão: 70-100%: +/- 2% / 0-69%: Não definido; • SPO2 Resolução: 1%; 			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">• FC variação de tela: 0-250 bpm;• FC Faixa Medição: 30-250 bpm;• FC Precisão: 30-99bpm: +/- 2bpm / 100-235bpm: +/- 2%;• FC Resolução: 1 BPM;• Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V; Certificado pelo INMETRO.			
237	Und	150	Termômetro Clínico Digital Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Ponta flexível, mais conforto.• Verificados e aprovados pelo INMETRO.• 100% resistentes à água.• Beep sonoro de aviso de medição.• Display LCD de fácil visualização.• Alarme de febre.• Memória da última medição.• Desligamento automático.* Indicador de bateria fraca.			
238	Und	30	Termômetro digital frontal e auricular Especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none">- Termômetro Infravermelho;-Medição em °C;-Designer inovador e compacto;- Armazena as 30 últimas medições feitas pelo usuário;-Monitor digital com iluminação e sistema de cores que auxiliam a leitura do resultado;- Verificado e aprovado pelo INMETRO.-Medição feita em 2 segundos;-Tela de LCD;-Grande precisão-Alimentação: Pilhas AAA			
239	Galão	180	Detergente líquido neutro concentrado, inodoro; hospitalar, bombona de 5 litros, diluição 1:100. Aspecto: líquido límpido, cor: avermelhado. Natureza química: tensoativos não aniônicos e aniônicos. Teor de ativo: 32 a 36%. Composição: ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, dietanolamina de acido graxo de coco, alcalinizante,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			sequestrante, clarificante, mistura de metilisotiazolinona/metilcloroisotiazolinona, clorante e veículo.			
240	Galão	200	Desinfetante a base de biguanida + quaternário de amônio de quinta geração. Galão de 5 litros. Pronto uso. Aspecto: Líquido límpido transparente e inodoro. COMPOSIÇÃO: desinfetante cloreto de didecil dimetil amônio, cloridrato de Polihexametileno Biguanida e água.			
241	Frasco	100	Desinfetante a base de biguanida + Quaternário de amônio de quinta geração. Frascos gatilho espuma de 750 mL. Pronto uso. Aspecto: Líquido límpido transparente e inodoro. COMPOSIÇÃO: desinfetante cloreto de didecil dimetil amônio, cloridrato de Polihexametileno Biguanida e água.			
242	Frasco	1.800	Álcool 70% Descrição: <ul style="list-style-type: none">• Desinfetante Hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos – Álcool Etílico 70º INPM com ação bactericida;• Embalagem: frasco de 1 litro;• Composição: etanol com concentração de 70º INPM, água deionizada e desnaturante.			
243	Frasco	400	Álcool em gel 70% INPM Descrição: <ul style="list-style-type: none">• Anti-séptico para as mãos, com glicerina e vitamina E, incolor, bactericida;• Frasco 500mL com válvula pump dosadora.			
244	Frasco	60	Álcool etílico 92,8º INPM (96ºGL) <ul style="list-style-type: none">• Princípio ativo: Álcool etílico 92,8º p/p• Frasco de 1 litro.			
245	Und	300	Gel antisséptico da pele Descrição: <ul style="list-style-type: none">• Princípio ativo: álcool etílico 70% INPM;• Refil para uso em dispenser tipo bag in box;• Conteúdo: refil 800ml.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

246	Galão	80	Sabonete líquido anti-séptico cremoso. Descrição: <ul style="list-style-type: none">• Com glicerina;• Perolado;• Inodoro;• pH neutro;• Substancia ativa: triclosano 0,5%• Galão 5 litros.			
247	Und	400	Sabonete líquido Descrição: <ul style="list-style-type: none">• Perolado neutro;• Refil para uso em dispenser tipo bag in box;• Conteúdo: refil 800ml.			
248	Frasco	20	Solução de Schiller 2% Especificações técnicas: Solução aquosa (iodo, iodeto), frasco de 1 litro.			
249	Balde	06	Acidulante e neutralizante de resíduos em pó, balde 15 Kg. Composição: metabissulfito de sódio, agente antiaglomerante e sequestrante.			
250	Balde	06	Alvejante em pó a base de cloro. Teor de cloro ativo 11%, balde 20 Kg. Natureza química: cloro orgânico, alcalinizantes e sequestrantes. Composição: ácido tricloroisocianúrico 90%, alcalinizante, agente antiaglomerante, carga e sequestrante. Princípio ativo: ácido tricloroisocianúrico-10,8% P/P de cloro ativo.			
251	Balde	06	Amaciante líquido bactericida concentrado, balde 20 litros. Natureza química: quaternário de amônio e derivados graxos de sebo. Composição: cloreto de diesterail dimetil amônio, matéria graxa, espessante, veículo, coadjuvante, conservante, corante e essência.			
252	Saco	06	Detergente em pó enzimático concentrado, saco de 20 K. Natureza química: tensoativos, alcalinizantes e sequestrantes Composição: ácido dodecil benzeno sulfônico, tensoativo não			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			aniônico, alcalinizante, alvejante ótico. Anti-redepositante, atenuador de espuma, essência, essência, agentes sequestrantes e enzima multicomponente.			
253	Galão	50	Detergente desincrustante, galão 5 litros Descrição: • Solução alcalina, desenvolvida para remoção de manchas e oxidações de instrumental cirúrgico inoxidável. Composição: • Ácido fosfórico, aditivo, solvente, adjuvante, conservante e água. Princípio ativo: • Ácido fosfórico. OBSERVAÇÃO: É obrigatório conter no rótulo do produto a seguinte informação: • “Remoção de manchas e oxidações de instrumentais cirúrgicos inoxidáveis”			
254	Galão	70	Detergente enzimático 4 enzimas, galão 5 litros Composição: • Amilase, lipase, protease, carboidrase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, coadjuvantes, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,05 UA.ml-1.min.-1; Atividade proteolítica mínima: 0,08 UP.ml-1.min.-1. Teor de tensoativo: 3,5%. Faixa pH puro: 6,0 a 7,5.			
255	Galão	80	Hipoclorito de Sódio 1 % COMPOSIÇÃO: hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo. PRINCÍPIO ATIVO: hipoclorito de sódio 1%- 10.000ppm			
256	Caixa	150	Indicador biológico, revelação 24 horas para monitorização de ciclos de esterilização a vapor Composição: -frasco e tampa plástica contendo disco/tira de papel com esporos de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 e ampola de vidro selada com meio de cultura. Caixa com 10 unidades			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



257	Pct	10	Indicador Químico Bowie –Dick tipo folhas para monitoramento do sistema pré vácuo em auto clave a vapor. Pacote com 100 unidades.			
258	Pct	10	Indicador químico, integrador para esterilização a vapor classe 5 Composição: <ul style="list-style-type: none"> • Produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex; • Resíduo comum. Pacote com 100 unidades; • Dimensões da tira: 102 x 19 mm (L x C). OBS: obrigatório Registro junto ao Ministério da Saúde/ANVISA ou declaração de isenção de registro expedido pelo Ministério da Saúde, caso o produto ofertado seja isento de registro do Ministério da Saúde/ANVISA.			
259	Almotolia	200	Clorexidina alcoólica (solução de digliconato de clorexidina a 0,5%), antisséptico tópico, almotolias 100ml. Solução alcoólica, uso externo, adulto e pediátrico. Composição: cada 100ml contem 0,5g digliconato de clorexidina. Embalado em almotolia de material resistente com conteúdo de 100ml, com bico para utilização, com tampa, descartável.			
260	Frasco	30	Clorexidina alcoólica, (solução de digliconato de clorexidina a 0,5%) Solução alcoólica, uso externo, adulto e pediátrico. Frasco de 1 litro.			
261	Almotolia	500	Clorexidina degermante (solução de digliconato de clorexidina solução a 0,2% com tensoativos). Indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Uso externo, adulto ou pediátrico. Embalado em almotolia de material resistente com conteúdo de 100ml, com bico para utilização, com tampa, descartável.			
262	Frasco	50	Clorexidina degermante (solução de digliconato de clorexidina solução a 0,2% com tensoativos). Indicada como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



			operatório. Uso externo, adulto ou pediátrico. Frasco de 1 litro.			
263	Frasco	30	Povidine Degermante Descrição: dermo suave degermante, solução com tensoativos - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo. Uso tópico, frasco de 1 litro.			
264	Almotolia	350	Povidine Degermante Descrição: dermo suave degermante, solução com tensoativos - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo. Uso tópico. Almotolia de 100ml.			
265	Frasco	20	Povidine Tópico Descrição: dermo suave tópico, solução com tensoativos- 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo. Solução aquosa- Uso tópico, frasco de 1 litro.			
266	Almotolia	120	Povidine Tópico Descrição: dermo suave tópico, solução com tensoativos- 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo. Solução aquosa- Uso tópico. Almotolia de 100ml.			
267	Frasco	50	Vaselina Líquida – 100% Emoliente para a pele, remoção de crostas e de pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), Lubrificante, puro ou com base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas. Composição: • Vaselina líquida (grau farmacêutico): 100%			
268	Und	30	Tubo endotraqueal com balão N° 7,5 Descrição: Sonda endotraqueal, de PVC com silicone (termossensível), com balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, atóxica, apirogênica, para intubação oral e nasal.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

			<p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balão azul de controle com encaixe para seringas Luer slip e Luer-Lock • Conector semi-montado • Transparente <p>Graduado.</p>			
269	Caixa	10	Curativo cobertura adesiva para feridas exsudativas com perilesional, tamanho 10x10. Caixas com 05 unidades.			
270	Caixa	10	Curativo cobertura de espuma com prata não adesiva, tamanho 10x10 cm. Caixa com 5 unidades.			
271	Caixa	10	Curativo cobertura de espuma com prata não adesiva, tamanho 12,5x12,5 cm. Caixa com 05 unidades.			
272	Caixa	08	Curativo cobertura de espuma com silicone, não adesivo, tamanho 10x10 cm. Caixa com 10 unidades.			
273	Caixa	08	Curativo de espuma não aderene ibu, tamanho 10x20 cm. Caixa com 05 unidades.			
274	Kit	02	Kit nutrição especial contendo réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar.			
275	Kit	02	Kit de nutrição básico contendo réplicas de alimentos e outros componentes necessários para educação alimentar.			
276	Kit	02	Kit prato proteínas com réplicas de refeição com prato porção.			

Da Justificativa: Para atender às necessidades do Departamento Municipal de Saúde, na manutenção das atividades desempenhadas e, conseqüentemente, dos serviços prestados à população como forma de fomento à boa saúde pública.

Da Natureza do Bem: o bem objeto desse instrumento se caracteriza como bem de natureza comum / material de consumo.

Das Amostras dos Produtos: não serão exigidas amostras dos produtos previamente a assinatura dos contratos.

Do Prazo de Garantia: prazo de garantia legal do fabricante.

Da Assistência Técnica: não se aplica.

Do Fornecimento / Execução: os produtos objeto deste procedimento deverão ser fornecidos de forma parcelada, de acordo com a demanda do município.

Dos Critérios de Aceitabilidade da Proposta: Prazo de validade da proposta e dos preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data da abertura da licitação, compreendendo a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, art. 63, § 1 da lei 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS


Da Garantia Contratual: não será exigida garantia contratual considerando que o objeto se caracteriza como de baixa complexidade técnica e pouco risco envolvido em sua execução.

Da Vigência Contratual: A vigência da ata será de até **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, nos moldes do Decreto Municipal nº 1907/2022, art. 36 e art. 84 da Lei Federal 14.133/21.

Do Início do Fornecimento / Execução: Em **até 10 (dez) dias corridos** a partir da assinatura do contrato.

Do Pagamento: O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, mensalmente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da prestação da entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal.

Da Fiscalização: A fiscalização do contrato compete ao Fiscal de Contratos designado pelo município, com a anuência do Chefe de Departamento demandante.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2024

O Município de Felixlândia/MG, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.695.032/0001-51, com sede administrativa na Rua Menino Deus, 86, Centro, neste ato representado pelo Chefe do Departamento Municipal de Saúde, Sr. Milton Geraldo da Silva, inscrito no CPF 547.854.216-49, conforme delegação de competência contido no Decreto Municipal nº 1579/2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 1812/2020, c/c a Portaria Municipal nº 19/2022, doravante denominado, simplesmente **Órgão Gerenciador** e, de outro lado a pessoa jurídica _____, com sede na _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____ / UF, CEP _____-_____, inscrita no CNPJ/MF Nº _____, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, portador do CPF nº _____, e-mail institucional: _____, doravante denominada **Fornecedor**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento da Ata de Registro de Preços, devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº14.133 de 01 de abril de 2021 e suas sucessivas alterações, decorrente do Processo Licitatório nº. 24/2024, modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2024. SRP nº 03/2024 e pelas condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1 - O Objeto da presente licitação é o registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Médico-Hospitalares, EPI's e Saneantes para atender às necessidades do Departamento Municipal de Saúde, no período de 12, meses conforme descrição constante no Anexo I deste Edital.

Parágrafo único - Integra e completa o presente Instrumento da ata de registro de preços para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Instrumento Convocatório, bem como a proposta do Fornecedor, anexos e pareceres que formam o Processo Licitatório, independente de transcrição.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO

2.1 - O valor do presente ata de registro de preços é de R\$ _____, nos moldes da tabela abaixo:

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Marca / Modelo	Valor Unit.	Valor Total

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1- A vigência da ata será de até **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, nos moldes do Decreto Municipal nº 1907/2022, art. 36 e art. 84 da Lei Federal 14.133/21.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento, será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, ao Fornecedor, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo.

4.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pelo Fornecedor diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a entrega dos produtos e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pelo Fornecedor, todas as condições pactuadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

4.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Órgão Gerenciador e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

4.1.3 - Para execução do pagamento, o Fornecedor deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Órgão Gerenciador, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da ordem de serviço/NAF.

4.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao Fornecedor e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Órgão Gerenciador.

4.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade do Fornecedor.

4.3 - O Órgão Gerenciador poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pelo Fornecedor caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) O Fornecedor deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo Órgão Gerenciador.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que o Fornecedor atenda à cláusula infringida.

c) o Fornecedor retarde indevidamente a execução do fornecimento de bens ou serviços ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Órgão Gerenciador.

d) Débito do Fornecedor para com o Órgão Gerenciador quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

4.4 - As demais exigências referentes ao item "Pagamento" serão amparadas pelo art. 141 a 146 da Lei 14.133/2021.

5 - CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES, DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1 - Serão incorporados a ata, mediante Termo Aditivo, todas e quaisquer modificações, que venham a ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do Órgão Gerenciador ou por acordo entre as partes.

5.2 - Correção dos valores com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou por índice que venha a substituí-lo, conforme previsão art. 92, §3º, Lei 14.133/2021. O mesmo será concedido no prazo mínimo de 12 (doze) meses, conforme disposição legal.

5.3 - O prazo para resposta quanto aos pedidos de repactuação de preços e restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro será de 15 (quinze) dias úteis, sujeito a prorrogação caso seja necessário.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FICHA
02.10.02.10.301.0020.2086.3.3.90.30.00	417

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1 - Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, o Fornecedor, a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

7.1.1 - É dever do Fornecedor manter durante o período de vigência da ata de registro de preços de fornecimento de bens ou serviços, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o Órgão Gerenciador, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.

7.2 – Fornecer os produtos objeto deste instrumento no **prazo de até 05 (cinco) dias corridos** a contar do recebimento da ordem de serviço/NAF – Nota de Autorização de Fornecimento.

7.3 - Disponibilizar os bens ou serviços no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas do Fornecedor, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

7.4 - O recebimento do objeto será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

7.5 - O pedido de prorrogação de prazo para entrega do objeto somente será conhecido pelo Órgão Gerenciador, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Departamento de Licitação e Contratos, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

15.6 - Garantir a qualidade do objeto, contra defeitos de fabricação e também contra vícios ou incorreções, resultantes da entrega.

7.7 - Fornecer produto ou serviço de boa qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.8 - Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no local indicado pelo Órgão Gerenciador, conforme quantitativo do objeto adjudicado, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.9 - Substituir, quando o objeto for fornecimento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento. Exceto, quando pela natureza do bem, origem do produto e logística de sua entrega, for impossível substituir no prazo de 02 (dois) dias, podendo o Órgão Gerenciador conceder prazo maior.

7.10 - Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.11 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva execução do objeto licitado e efetuar a de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do Fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.12 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.13 - Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.14 - Manter durante a execução desta ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.15 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.16 - Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

8 – CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1 - O regime jurídico desta contratação confere ao Órgão Gerenciador as prerrogativas do Art. 104 da Lei nº 14.133/2021.

8.2 - Constituem obrigações do Órgão Gerenciador, além da constante do inciso anterior, as especificadas no Edital.

8.3 - Acompanhar, fiscalizar o fornecimento do objeto desta ata;

8.4 - Emitir as ordens de serviços/ NAF à Fornecedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6 - Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Edital e no Instrumento Contratual;

8.7 - Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas na ata de registro de preços.

9 - CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A extinção da ata de registro de preços que se originar do presente edital poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados no Art. 137 E 138 da Lei Federal 14.133/2021, de 1º de abril de 2021;

b) Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nas hipóteses elencadas no inciso III do art. 106 da Lei Federal 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, combinado com os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo.

c) Pela sua inexecução total ou parcial da ata de registro de preços, com a aplicação das penalidades previstas no presente edital e legislação pertinente;

d) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, deste que haja conveniência para a administração;

e) Em caso de extinção comprovada a inexistência de culpa do Fornecedor será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

f) Todos os casos serão precedidos de motivação do ato, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

g) A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar nos termos dos incisos III e III do art. 71 da Lei 14.133/2021.

h) A Administração terá a opção de extinguir a ata de registro de preços, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que a ata de registro de preços não mais lhe oferece vantagem.

i) A extinção mencionada no item “H” ocorrerá apenas na próxima data de aniversário da ata de registro de preços e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contado da referida data.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1 – Conforme previsão no art. 155 e seus incisos da Lei 14.133/2021, o licitante e/ou contratado serão responsabilizados administrativamente **pelos infrações**, sem prejuízo das sanções elencadas na norma:

10.2 – Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual/ata ou em retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da ata de registro de preços, não se aplicando a mesma à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada, conforme art. 90 c/c art. 156, §3º da Lei 14.133/2021.

10.3 - Pelo descumprimento das condições estabelecidas, o Fornecedor fica sujeita às seguintes **sanções** elencadas no art. 156 da Lei 14.133/2021, isoladas ou cumulativamente, nos termos da referida norma:

10.3.1 – Advertência



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

10.3.1.1 - Por inexecução parcial da ata de registro de preços, fica o mesmo sujeito a advertência, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei.

10.3.1.2 - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do Departamento, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

10.3.2 - Multa

10.3.2.1 - Por atraso na execução do objeto, fica o licitante sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da ata de registro de preços a ser calculado desde o primeiro dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias;

10.3.2.2 - Transcorridos os 30 (trinta) dias do prazo de inexecução da ata de registro de preços, será considerado rescindido o mesmo, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da contratação;

10. - Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 desta Lei 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.5. A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Órgão Gerenciador ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa, na forma da Lei.

10.6. Nenhuma responsabilidade recairá sobre o Órgão Gerenciador por eventuais perdas e danos oriundos de danos causados a terceiros, por culpa ou dolo do contratado e seus prepostos.

10.7 - **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 03 (três) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos a Administração, conforme art. 156, §4º, da lei 14.133/2021.

10.8. - **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme previsão art. 156, §5º, da lei 14.133/2021.

10.9 - A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, demandará a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO

11.1 - O Fornecedor não poderá ceder ou transferir a presente ata de registro de preços.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1 - A presente ata de registro de preços é regida pela Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 do Decreto Municipal nº 1.875/2021 e suas sucessivas alterações posteriores, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital.

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas sucessivas alterações posteriores, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Curvelo/Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata de registro de preços, em duas vias de igual teor e forma para que se produza os efeitos jurídicos necessários.

Felixlândia/MG, ___ de _____ de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA/MG.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Município de Felixlândia
Órgão Gerenciador

Representante Legal do Fornecedor
Fornecedor

