



MUNICÍPIO DE RIO POMBA

Ofício nº 161/2024

Rio Pomba, 09 de Julho de 2024.

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Setor de Licitações

Assunto: Parecer Técnico.

I. INFORMAÇÕES GERAIS


O presente parecer versa sobre a Solicitação realizada pela Comissão de Licitação, em face do Processo Licitatório nº123/2024, cujo objeto trata de **Aquisição de material médico hospitalar**

A. INFORMAÇÕES GERAIS		
UF: MINAS GERAIS	Município: RIO POMBA	PROTOCOLO:
parecer:		
Em análise verificamos que as empresas, DML Distribuição Ltda e a YNEMED Produtos Médicos e Hospitalares apresentaram produtos que não atendem o item 005 do processo licitatório descrito. PHMG GEL - HIDROGEL para uso em feridas, composta de Glicerina, 0,1% de Polihexanida (PHMB), 0,1% de Betaína e produzido por água WFI (proveniente de Osmose Reversa), com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb, com propriedade umectante, emoliente e desbridante, com laudos de: Purificação da água, de Ação Bactericida para Pseudomonas, Salmonelas e outros germes, Toxicidade/reatividade Biológica Intracutânea, Sensibilidade Cutânea e Avaliação do Potencial de Citotoxicidade. Frasco de polietileno transparente, flexível com bico apropriado para dispensar o produto, membrana inviolável e abertura no momento do uso. Registro na ANVISA como produto para saúde (correlato), classe grau de risco IV. Indicação para prevenção e tratamento de feridas. Na embalagem deverá conter nome e/ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade, modo de usar, restrições de uso (quando necessário) e técnico responsável. BSNAGA 100 GR. Uma vez que não atendem quanto a purificação da água, através de osmose reserva, que garante a qualidade do produto.		

II. CONCLUSÃO

Diante do exposto, ficando a empresas **DESCCLASSIFICADA**.

É o parecer.


Flaviane Martins X. Fernandes