



ERRATA Nº 01 AO EDITAL Nº 56/2026

PROCESSO LICITATÓRIO nº 96/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2026

O **MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA – MG** torna público que o PROCESSO LICITATÓRIO nº 96/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2026, que tem como objeto o **Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Silveirânia-MG**, sofrerá as alterações editalícias nos moldes que se seguem e neste mesmo ato **REMARCA** a data de abertura do certame para **09/11/2026 às 08 horas e 30 minutos** no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

- **Onde se diz:**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
(...)

Nº Item	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0059	Caneta Odontológica de Alta Rotação com Iluminação LED Integrada - Descrição técnica mínima obrigatória: Caneta odontológica de alta rotação, autoclavável, destinada a procedimentos clínicos de uso geral e também indicada para odontopediatria, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Conexão: compatível com sistemas pneumáticos de 4 vias (tipo Midwest) , conforme padrão amplamente utilizado em consultórios odontológicos; Spray: com no mínimo três jatos de spray de água (spray triplo), para refrigeração uniforme e eficiente da broca durante o uso; Fixação da broca: sistema push-button, que permita a substituição da broca de forma prática, rápida e segura, sem necessidade de ferramenta auxiliar; Iluminação: com sistema de iluminação LED integrado ao corpo da caneta, com intensidade suficiente para visibilidade clara do campo operatório;	UN	3	1.350,59	4.051,77
0060	Caneta Odontológica de Alta Rotação com LED para Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade - Descrição técnica mínima obrigatória: Caneta odontológica de alta rotação, autoclavável, destinada a procedimentos clínicos de uso geral, odontopediatria e procedimentos cirúrgicos de alta	UN	3	1.701,67	5.105,01



	complexidade, com as seguintes características técnicas mínimas: - Especificações Técnicas Requeridas: Conexão: tipo Midwest (4 vias), compatível com sistemas de conexão pneumática padrão amplamente utilizado em unidades odontológicas; Spray de refrigeração: sistema com no mínimo quatro saídas de spray (spray quádruplo), com distribuição uniforme ao redor da broca, proporcionando resfriamento eficiente do campo operatório, inclusive durante procedimentos cirúrgicos prolongados; Iluminação: sistema de iluminação LED de alta intensidade, integrado ao corpo da caneta, acionado automaticamente pela rotação, sem necessidade de fonte de luz externa; Fixação da broca: tipo push-button (botão de pressão),				
--	--	--	--	--	--

(...)

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 93.014,29 (Noventa e três mil e quatorze reais e vinte e nove centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.

- Passa a ser lido:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(...)

Nº Item	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0059	Caneta Odontológica de Alta Rotação com Iluminação LED Integrada - Descrição técnica mínima obrigatória: Caneta odontológica de alta rotação, autoclavável, destinada a procedimentos clínicos de uso geral e também indicada para odontopediatria, com as seguintes especificações técnicas mínimas: Conexão: compatível com sistemas pneumáticos de 2 vias (tipo Borden), conforme padrão amplamente utilizado em consultórios odontológicos; Spray: com no mínimo três jatos de spray de água (spray triplo), para refrigeração uniforme e eficiente da broca durante o uso; Fixação da broca: sistema push-button, que permita a substituição da broca de forma prática, rápida e segura, sem necessidade de ferramenta auxiliar; Iluminação: com sistema de iluminação LED integrado ao corpo da caneta, com intensidade suficiente para visibilidade clara do campo operatório; Material: corpo construído em liga metálica leve (como alumínio anodizado ou equivalente), resistente à corrosão e de fácil higienização; Sistema rotacional: com rolamentos cerâmicos de alta precisão, que garantam menor atrito, durabilidade do equipamento e funcionamento silencioso; Cabeçote: tamanho convencional,	UN	3	1.116,78	3.350,34



	com design anatômico e angulação que facilite o acesso às regiões posteriores da cavidade bucal, inclusive em pacientes pediátricos; Velocidade: não inferior a 300.000 rotações por minuto (rpm); Ruído: com nível sonoro reduzido, inferior a 70 dB, visando conforto ao paciente, especialmente em atendimentos infantis; Esterilização: totalmente autoclavável Registro ANVISA				
0060	Caneta Odontológica de Alta Rotação com LED para Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade - Descrição técnica mínima obrigatória: Caneta odontológica de alta rotação, autoclavável, destinada a procedimentos clínicos de uso geral, odontopediatria e procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, com as seguintes características técnicas mínimas: - Especificações Técnicas Requeridas: Conexão: tipo Borden (2 vias) , compatível com sistemas de conexão pneumática padrão amplamente utilizado em unidades odontológicas; Spray de refrigeração: sistema com no mínimo quatro saídas de spray (spray quádruplo), com distribuição uniforme ao redor da broca, proporcionando resfriamento eficiente do campo operatório, inclusive durante procedimentos cirúrgicos prolongados; Iluminação: sistema de iluminação LED de alta intensidade, integrado ao corpo da caneta, acionado automaticamente pela rotação, sem necessidade de fonte de luz externa; Fixação da broca: tipo push-button (botão de pressão), com sistema de retenção seguro e resistente, que permita troca rápida da broca sem ferramentas; Sistema rotacional: com rolamentos cerâmicos de alta performance, que garantam maior durabilidade, menor vibração e funcionamento silencioso, ideal para uso prolongado em cirurgias; Torque: potência mínima de 24 W a 3,5 bar, garantindo alto torque e rotação mínima de 320.000 rpm para uso em preparos duros e prolongados, como cortes ósseos ou grandes remoções em regiões posteriores; Material do corpo: confeccionado em liga metálica leve e resistente (como titânio ou alumínio de alta resistência), com superfície tratada para aumento da aderência e conforto durante o uso; Cabeçote: de tamanho reduzido e angulado, permitindo acesso facilitado a áreas de difícil alcance, especialmente indicado para atendimento infantil e cirurgias em regiões.	UN	3	1.263,72	3.791,16

(...)

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é **de R\$ 90.999,01 (noventa mil e novecentos e noventa e nove reais e um centavo)**, conforme custos unitários apostos em anexo.

**As descrições aqui alteradas servem para todo o edital, mesmo que não mencionadas na presente errata.*



Prefeitura Municipal de **SILVEIRÂNIA**

As demais cláusulas e condições do Edital permanecem inalteradas. Maiores informações pelo telefone 0800 032 4040 (*Opção 1*) ou pelo e-mail: licitacao@silveirania.mg.gov.br e presencialmente, no endereço Rua Vereador Osvaldo da Silveira Campos, nº 15 – Centro, Silveirânia/MG.

Silveirânia - MG, 22 de outubro de 2026.

Carlos Waltencir Arantes
Secretário Municipal de Saúde

