FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

NÚCLEO CONTROLE DE QUALIDADE

EQUIPAMENTOS PARA CALIBRAÇÃO/QUALIFICAÇÃO

ITEM 1 – SIGE: 150566 **ESCOPO: TEMPERATURA, PRESSÃO E UMIDADE**			
ITEM 1	**Equipamentos**	**Fabricante**	**Patrimônio**
Serviço nº 01	Autoclave	Prevtech	162791
Requerimento Mínimo:			
a) Calibração de termômetros ou termopares, rastreáveis aos padrões de calibração (pontos de calibração: 118ºC, 121ºC e 124ºC)			
b) Calibração de termômetro de trabalho pela RBC			
c) Calibração de manômetro pela RBC			
d) Verificação da uniformidade de temperatura (considerando dois ciclos: vazio e cheio, com tempo de 20 minutos cada ciclo)			
e) Verificação do manômetro com relação à correspondência entre a temperatura requerida e a pressão			
f) Verificação do Timer de trabalho contra um cronômetro de referência calibrado no LNM – serviço da hora			

ITEM 2 – SIGE: 150567 **ESCOPO: MASSA**			
ITEM 2	**EQUIPAMENTO**	**MARCA**	**PATRIMÔNIO**
Serviço nº 01	Balança (menor divisão: 0,0001g)	Marte	068402
Serviço nº 02	Balança (menor divisão: 0,00001g)	Prix	149009
Serviço nº 03	Balança (menor divisão: 0,00001g)	Sartorius	056194
Serviço nº 04	Balança (menor divisão: 0,001g)	Marte	144672
Serviço nº 05	Balança ATY 224	Shimadzu	144226

	(menor divisão: 0,0001g)		
Serviço nº 06	Balança ATY 224 (menor divisão: 0,0001g)	Shimadzu	144225
Serviço nº 07	Balança (menor divisão: 0,0001g)	Sartorius	050068
Serviço nº 08	Balança ATY 224 (menor divisão: 0,0001g)	Shimadzu	141677
Requerimento Mínimo:			
a) Calibração na RBC			

ITEM 3 – SIGE: 150568 **ESCOPO: ESCOPO: TEMPERATURA, PRESSÃO E UMIDADE**			
ITEM 3	**EQUIPAMENTO**	**MARCA**	**PATRIMÔNIO**
Serviço nº 01	Estufa	Quimis	050093
Requerimento Mínimo:			
Calibração da exatidão do sistema sensor de temperatura e estudo de uniformidade da temperatura por 60 minutos			
Pontos de calibração: 30ºC, 32,5ºC e 35ºC (critério de aceitação ± 2ºC)			

ITEM 4 – SIGE: 150569 **ESCOPO: POTENCIAL ZETA E VELOCIDADE**			
ITEM 4	**EQUIPAMENTO**	**MARCA**	**PATRIMÔNIO**
Serviço nº 01	Polarímetro	Quimis	068528
Requerimento Mínimo:			
a) Calibração de “a” e “z”			