

FUNDAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE DE CAMPINAS – FASCAMP

NOTA DE ESCLARECIMENTO nº 04

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

Objeto: Contratação para fornecimento com entrega única de equipamento de mamografia, destinados ao Convênio nº 01 – Secretaria de Saúde/UNICAMP/FASCAMP/AME Amparo, atendendo as necessidades do Ambulatório Médico de Especialidades “Francesco Leonardo Beira” – AME Amparo.

Conforme previsto no item 1.4. do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, a fim de responder os esclarecimentos dos interessados, por intermédio da Comissão de Licitação, a FASCAMP, vem trazer as informações abaixo:

PERGUNTA 1: “(...) solicita-se confirmar o aceite de filtros em Prata (Ag), Ródio (Rh), Alumínio (Al) ou equivalentes, desde que atendidos os requisitos de qualidade de imagem e dose, a fim de não restringir a participação.”

RESPOSTA 1: Devido a necessidade de exames consecutivos e alta intensidade, os requisitos são para maior suporte de temperatura, em conformidade com kHU mínimo e rotação mínima.

PERGUNTA 2: (...) Solicita-se esclarecer se será aceito gerador de alta frequência, independentemente da tecnologia interna de controle, desde que atendidos os parâmetros elétricos e de desempenho exigidos.”

RESPOSTA 2: O IGBT é um componente eletrônico padronizado e fabricado por várias marcas, não sendo exclusivo de nenhum fabricante. Por isso, não identifica, nem limita, nem favorece qualquer marca específica.

PERGUNTA 3: “(...) solicita-se confirmar que não será exigida a presença de softwares específicos de minimização de movimento, uma vez que tais recursos são aplicáveis a sistemas com tempos de aquisição superiores.”

RESPOSTA 3: A solicitação é tempo mínimo de 15 segundos, 3,7 está dentro do requisitado, mas deve atender os requisitos de imagem utilizando ou não softwares adicionais.

PERGUNTA 4: “(...) Solicita-se esclarecer o aceite de corrente até 500 mAs”

RESPOSTA 4: O requisitado em termo é até 600 mAs, logo, 500 mAs está dentro.

PERGUNTA 5: “(...) Solicita-se esclarecer quais instrumentos especificamente devem ser fornecidos, considerando que as verificações de desempenho são realizadas pelo físico médico nos testes de qualidade, e que as aferições e calibrações durante manutenções preventivas e corretivas são executadas pela equipe técnica especializada.”

RESPOSTA 5: Correto. De acordo.

PERGUNTA 6: “Solicita-se confirmar o aceite dos limites de movimentação vertical de 70,5 cm (+5,1/-0 cm) a 141 cm (+0/-17,8 cm), com movimentação motorizada, por atenderem plenamente às rotinas clínicas, evitando restrição indevida à participação.”

RESPOSTA 6: O requisitado é de 700mm a 1500mm, logo, 70,5cm a 141cm está dentro.

PERGUNTA 7: “Solicita-se o aceite das seguintes faixas de rotação: +195° a -155° (mamografia convencional) +180° a -140° (tomossíntese e biópsia)”

RESPOSTA 7: O requisito de angulação é importante e necessário, sem a angulação de -180° o exame de MLO e de axilas perde abrangência.

PERGUNTA 8: “Solicita-se confirmar o aceite da configuração de fábrica para armazenamento local, desde que atendidas todas as características técnicas solicitadas no edital. (Em relação ao SSD)”

RESPOSTA 8: Atender todas as requisições feitas no Termo de Referência.

PERGUNTA 9: *“solicita-se esclarecer o aceite de tempo entre exposições de até 25 segundos, compatível com a operação segura e eficiente do equipamento.”*

RESPOSTA 9: O objetivo é realizar a maior quantidade de exames no período de atendimento, por isso solicitamos vários requisitos técnicos do equipamento e de captação rápida.

Para estas questões, não haverá retificações no edital, o qual está disponibilizado gratuitamente para consulta e retirada nos sites eletrônicos www.fascamp.org.br/aquisicoes-e-contratacoes e no www.novobbmnet.com.br, e no endereço Rua Vital Brasil, nº 200, 2º andar, Cidade Universitária, Campinas/SP, ou ainda, poderá ser solicitado pelo e-mail contratos@fascamp.org.br.

Assim, ficam mantidas as outras informações contidas no EDITAL.

Campinas, 11 de fevereiro de 2026

Renato Donizeti Dal’Bó
Pregoeiro
(original assinado)