



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

### **Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia**

ATA DE SESSÃO PARA AVALIAÇÃO DOS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2024,  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0014/2024.

**OBEJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TODAS AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO/MG.**

No dia dezenove de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Arceburgo, situada na Rua Francisco Pereira Borges, número 298, Centro, na cidade de Arceburgo, Estado de Minas Gerais, realizou-se a sessão pública para a avaliação dos catálogos apresentados no âmbito do certame licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2024. Em seguida, procedeu-se à análise das empresas e seus respectivos itens:

Após análise dos itens solicitados por catálogo da empresa **COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA**, registrada no CNPJ 95.433.397/0001-11, constatou-se que a marca ofertada está em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 33 - OFTALMOSCOPIO DIRETO COM LAMPADA NO MINIMO 2.5V DE XENON, ALIMENTACAO ATRAVES DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA, 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, CAMPO CORRECAO - 20D ATE + 20D, CABO EM ACO INOX COM REVESTIMENTO TERMOPLASTICO REFORCADO, COM 19 LENTES.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da empresa **PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO**, registrada no CNPJ 46.845.026/0001-31, constatou-se que a marca ofertada está em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 8 - CADEIRA ESCRITORIO TUBO METALICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA E ESPUMA INJETADA, BASE GIRATORIA COM 5 RODIZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRACO.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da empresa **FER MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATIVOS LTDA**, registrada no CNPJ 51.425.685/0001-59, constatou-se que a marca ofertada está em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 6 - ARQUIVO ESCRITORIO EM CHAPA ACO 24, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,46X0,70X1,34M, ANTIFERRUGINOSO, 4 GAVETAS, FECHADURA TRANCA SIMULTANEA.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **MED CENTER COMERCIAL LTDA**, registrada no CNPJ 00.874.929/0001-40, constatou-se que as marcas ofertadas estão em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 32 - NEGATOSCOPIO ACRILICO FIXACAO EM PAREDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM DE ALTURA, 40CM LARGURA, COM PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

### Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia

LIGA/DESLIGA, TENSAO ALIMENTACAO 110/220 VOLTS, EM CHAPA ACO.

LOTE 35 - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL COM ASSENTO, ENCOSTO, PES E BRACOS ESTOFADOS E ARTICULADOS, LARGURA APROXIMADA DE 74CM E PROFUNDIDADE 74CM.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP**, registrada no CNPJ 09.560.267/0001-08, constatou-se que as marcas ofertadas estão em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 10 - CANETA ALTA ROTACAO ROLAMENTO CERAMICA, VELOCIDADE MAXIMA MENOR OUGUAL 400.000 RPM, COM 3 OU MAIS FUROS, BOTAO DE PRESSAO (PB), CONEXAO 2 FUROS, CABECA PADRAO.

LOTE 11 - CANETA BAIXA ROTACAO MOTOR PNEUMATICO, TRANSMISSAO 1:1, TRAVA LT/FG, COM REFRIGERACAO EXTERNA.

LOTE 21 - FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO BASE PECA DE MAO SEM FIO, PONTEIRA FIBRAOTICA OU ACRILICO, EM PLASTICO ABS, LUZ LED, 1250 MW/CM<sup>2</sup>.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, registrada no CNPJ 24.067.409/0001-93, constatou-se que a marca ofertada está em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 17 - COMPRESSOR DE AR CAPACIDADE RESERVATORIO VOLUME INTERNO ATE 120L, ISENTO DE OLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110/220, VALVULADE SEGURANCA, MANOMETRO, DRENO PARA AGUA, COM FILTRO DE AR.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**, registrada no CNPJ 32.593.430/0001-50, constatou-se que as marcas ofertadas estão em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 19 - DETECTOR FETAL DE MESA VISOR DIGITAL, AUSCULTA BCF, FREQUENCIA ATE 2,2 MHZ, ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, ENTRADA AUXILIAR, FONE OUVIDO, FAIXA DE MEDICAO(BPM) DE 50 A 240 BPM, DIMESAO APROXIMADA 135 X 117 X 33MM.

LOTE 25 - JATO DE BICARBONATO COM MOTOR DE BANCADA, PLASTICO ABS, INDICACAO PROFILAXIA, ELETRICO, RESERVATORIO PO, PONTEIRA REMOVIVEL AUTOCLAVAVEL, PEDAL.

LOTE 29 - MESA MAYO MATERIAL EM ACO INOX, COM BANDEJA EM ACO INOX, MEDIDAS MINIMAS DE 46 X 30CM, ALTURA REGULAVEL, DE 3 RODIZIOS.

LOTE 30 - MONITOR FETAL (CARDIOTOCOGRAFO) PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PREPARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRACOES UTERINAS; FHR (FREQUENCIA CARDIACA FETAL), UC (CONTRACAO UTERINA) E FM (MOVIMENTO FETAL); DETECCAO AUTOMATICA DO MOVIMENTO FETAL; DISPAY DE LED DA FHR E UC; TRANSDUTOR DE ALTA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

### Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia

SENSIBILIDADE DE 1MHZ; PORTA DE COMUNICACAO RS232; ANALISE AUTOMATICA CTG; IMPRESSORA TERMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUCAO; ECONOMIA DE IMPRESSAO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; OPERACAO UTILIZANDO APENAS UMA TECLA; SOFTWARE QUE PERMITA VISUALIZAR, ARQUIVAR, ENVIAR E IMPRIMIR EM PAPEL COMUM; CENTRAL DE MONITORAMENTO SEM FIO DE ATÉ 16 LEITOS.

LOTE 31 - MONITOR MULTIPARAMETRO COMPLETO PRE-CONFIGURADO COM CAPACIDADE DE EXPANSÃO DE PARÂMETROS POR INCLUSÃO DE MÓDULOS PELO USUÁRIO, LEVE E COMPACTO, PESO ENTRE 3,5 A 4,5KG COM ALÇA PARA TRANSPORTE, TELA INTEGRADA, COLORIDA, COM NO MÍNIMO 10 E NO MÁXIMO 12 PÓLEGADAS, SENSÍVEL AO TOQUE. PRE-CONFIGURADO PARA A MONITORAÇÃO DE ECG, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, SPO2, PRESSÃO NÃO INVASIVA E TEMPERATURA. CAPACIDADE DE EXPANSÃO FUTURA DE PARÂMETROS POR INCLUSÃO DE MÓDULOS, JÁ DISPONÍVEIS COMERCIALMENTE ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO NÃO MANUAL DA ANVISA, CAPNOGRAFIA MAINSTREAM, SIDESTREAM DE BAIXO FLUXO (SEM ARMADILHA DE ÁGUA), NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS E EEG. BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA E SUBSTITUÍVEL PELO USUÁRIO POR PORTINHO OU TAMPÃO EXCLUSIVO PARA ESTE FIM, SEM A NECESSIDADE DE ABRIR O EQUIPAMENTO COM FERRAMENTAS E EXPONDO O INTERIOR DO MESMO, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 MINUTOS. NÃO SERÃO ACEITOS MÓDULOS EXTERNOS DE BATERIA. DEVE ESTAR PREPARADO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE COM CENTRAL.

LOTE 38 - SUPORTE PARA SORO EM INOX EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, 2 GANCHOS, PORTÁTIL, COM ALTURA REGULÁVEL.

LOTE 34 – OTOSCÓPIO MÉDICO, ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, LENTE GIRATÓRIA COM NO MÍNIMO AUMENTO DE 3 VEZES, COMPONENTES: JOGO DE ESPELHOS REUTILIZÁVEIS, CABO EM AÇO INOX COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS AA.

O LOTE 36 NA ONDE SE DIZ: - **SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO EM AÇO INOX, ALTURA APROXIMADA 1.400MM, DE PEDAL, COM REGULADOR DE TEMPERATURA, POTÊNCIA APROXIMADA DE 90W, 40KG, VOLTAGEM: 110/220.**

A marca e modelo ofertados **NÃO** condizem com o descritivo do processo licitatório, O ITEM APRESENTADO NO CATALOGO É SELADORA DE MESA.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI**, registrada no CNPJ 36.521.392/0001-81, constatou-se que a marca ofertada está em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 20 - FOGÃO A GÁS COM 4 BOCAS, SELO INMETRO, GATEGORIA A, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110/220, COR BRANCA.

O LOTE 3 - AR CONDICIONADO INVERTER 12000 BTU/H (INVERTER), CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO, MEDIDA EVAPORADORA (INTERNA) DE APROXIMADAMENTE 90,7 X 32,2 X 22,6CM, MEDIDA CONDENSADORA (EXTERNA) DE APROXIMADAMENTE 44,6 X 62,5 X 44,6CM. Após análise



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

### **Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia**

dos itens solicitados por catálogo da **ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO**, registrada no CNPJ 81.618.753/0001-67, constatou-se que a marca ofertada está em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 23 - - GELADEIRA DE MEDICAMENTOS CAPACIDADE 300 LITROS; CAMARAS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE PRODUTOS TERMOLABEIS (IMUNOBIOLOGICOS); TIPOVERTICAL; CAPACIDADE VARIAVEL DE 300 A 350 LITROS; TEMPERATURA REGULAVEL NA FAIXA DE + 2 A + 8°C; TEMPERATURA DE TRABALHO PRE-PROGRAMAVEL; CONSTRUCAO DO GABINETE EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL OU CHAPA DE ACO TRATADO QUE EVITE A CORROSAO, ESMALTADA A ALTA TEMPERATURA OU PINTADO COM TINTA EPOXI; ISOLACAO TERMICA EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM NO MINIMO 5CM DE ESPESSURA EM TODAS AS PAREDES, NO CASO DE PORTA DE VIDRO, DEVE SER DO TIPO VIDRO TRIPLO “NO FOG”, ANTIEMBASSANTE E ISOLADA A VACUO; GABINETE INTERNO EM ACO INOXIDAVEL QUE PERMITA ACOMODACAO DE NO MINIMO 4 PRATELEIRAS EM ACO TRATADO E PINTADO A PO ELETROSTATICO OU TIPO GAVETA EM ACO INOXIDAVEL, REMOVIVEL COM CONTRA PORTA INTERNA. SISTEMA DE REFRIGERACAO ISENTA DE CFC, COM GAS ECOLOGICO; SISTEMA DE REFRIGERACAO, UNIDADE SELADA, COM SILENCIOSO COMPRESSOR PARA FUNCIONAMENTO CONTINUO, MONTADO DE FORMA QUE EVITE A TRANSMISSAO DE VIBRACOES PARA O SISTEMA; CONTROLE AUTOMATICO, COM SISTEMA DE DEGELO AUTOMATICO; SISTEMA VERTICAL DE CIRCULACAO CONTINUO DE AR FORCADO; COMUM OU MAIS SENSORES INTERNOS PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA; MEMORIA DOS VALORES PRE-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CAMARA E SEU REINICIO MANUAL; TERMOMETRO DIGITAL COM SUBDIVISAO DE LEITURA DE NO MINIMO 0,1°C; SISTEMA ELETRONICO DE TRAVAMENTO, QUE EVITA ALTERACOES INADVERTIDAS NA PROGRAMACAO; FILTRO CONTRA RUIDOS ELETROMAGNETICOS, PROVENIENTES DA REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA, PROTEGENDO O SISTEMA MICROPROCESSADO; SISTEMA DE REDE, RESTABELECENDO OS PARAMETROS DE PROGRAMACAO CASO OCORRA UMA VARIACAO BRUSCA DE ENERGIA ELETRICA; DISPOSITIVO PARA ALARME ATRAVES DE COMPUTADOR E CELULAR; ALARMES AUDIOVISUAIS PARA PORTA ABERTA E PARA ALTERACAO DE TEMPERATURA, CALIBRADOS AUTOMATICAMENTE + 2,0°C ACIMA OU + 2,0°C ABA

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **AEB COMERCIO E SERVICOS LTDA**, registrada no CNPJ 48.822.668/0001-40, constatou-se que as marcas ofertadas estão em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 12 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ROUPA EM ACO INOXIDAVEL COM 2 RODIZIOS DE 3 ECUBA COM APROXIMADAMENTE 180L.

LOTE 18 - COMPRESSOR DE AR 40 + APV 360 LITROS TRIFASICO 10 HP. TIPO PISTAO, LUBRIFICADO, MOTOR ELETRICO INDUSTRIAL, CABECOTE DE FERRO FUNDIDO, ACIONAMENTO POR CORREIA, COM MAIS REFRIGERACAO COM BAIXA TEMPERATURA, SERPENTINA ALETADA, VALVULAS CONCENTRICAS, ALIVIADOR CENTRIFUGO. SUPERIOR OU IGUAL A CHAMPERINE OUMOTO MIL.

LOTE 24 - GERADOR DE ENERGIA POTENCIA: 25KVA; CORRENTE: 65,6 (NOMINAL); TENSAO:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

### Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia

220/380 (TRIFASICA); MOTOR: 2,54 CILINDRADAS/INJECAO DIRETA; 4 CILINDROS (04 TEMPOS); DIMENSAO: 1750X750X800 (LXC XA); COMBUSTIVEL: DIESEL; GERADOR DIESEL; REFRIGERADO A AGUA; 38CV DE POTENCIA; 2,54 CC; SISTEMA DE INJECAO DIRETA DE COMBUSTIVEL; TAXA 220/380V; POTENCIA NOMINAL: 25KVA; FATOR DE POTENCIA: 08, CORRENTE NOMINAL: 65,6A; REGULADOR DE TENSAO TIPO AVR; CLASSE DE ISOLACAO DO ALTERNADOR: H; ROTACAO NOMINAL: 1800RPM; FREQUENCIA: 60HZ; TANQUE DE COMBUSTIVEL: 55L NIVEL DE RUIDO A 7M:55DB (CARENADO ) ; BATERIA 12V X 55AH; DIMENSOES 1570X780X1050; PESO: 480KG. DE COMPRESSAO: 17X1; SISTEMA DE PARTIDA: ELETRICA; TRIFASICO.

LOTE 39 - TENDA 3X3M COM CALHAS LATERAIS, EM ESTRUTURA METALICA, UNIDAS POR PARAFUSOS EM CONEXOES EM ACO COM GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA, LONA PVCTERMICA, IMPERMEAVEL.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICO**, registrada no CNPJ 40.256.910/0001-54, constatou-se que as marcas ofertadas estão em conformidade com o descritivo do processolicitatório:

LOTE 4 - ARMARIO VESTIARIO - 2 PORTAS ARMARIO DO TIPO VESTUARIO, COM 2 PORTAS, CONFECCIONADO EM MDF OU MDP DE 15MM A 25MM DE ESPESSURA, COM BORDAS EM TERMOPLASTICOS, ACABAMENTO EM FITA DE PVC, TOTALMENTE REVESTIDO NAS DUAS FACESEM MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, COM 4 PES EM ALUMINIO REDONDO RESISTENTE E COM DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 55MM. FECHADURA METALICA CILINDRICA, COM DUAS CHAVES. MEDINDO 1600MM X 1200MM X 500MM (AXLXP). PODENDO TER VARIACAO DE ATE 20MM PARA MAIS OU MENOS.

LOTE 16 - COLETE IMOBILIZACAO ADULTO PARA RESGATE DE FERIDOS POLITRAUMATIZADOS EM TECIDO SINTETICO, HASTE DE MADEIRA MACICA, TIPO KED, COM 5 CINTOS COM FIVELAS DE POLIAMIDA, JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, CAPACIDADE DE 120KG, TAMANHO MINIMO 82CM.

LOTE 28 - MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, TAMPO EM ACO INOXIDAVEL POLIDO, TAMANHO APROXIMADO DE 70CM X 40CM X 80CM, COM 4 RODIZIOS DE 2, 2 PRATELEIRAS.

LOTE 37 - SUPORTE PARA HAMPER EM INOX EM ACO INOX DE 1, ALTURA APROXIMADA 80CM, DIAMETRO APROXIMADO 50CM, RODIZIOS DE 3 COM ARO DE BORRACHA TERMOPLASTICA, SACO EM LONA RESISTENTE COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 150L.

LOTE 1 - AMNIOSCOPIO EM ACO INOXIDAVEL, ACRILICO TRANSLUCIDO, TAMANHO GRANDE, COM ESCALA DE CORES, ESTERILIZAVEL.

LOTE 2 - APOIO DE BRACO PARA COLETA DE SANGUE EM ACO INOXIDAVEL, REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PINTURA EM EPOXI, COM 4 PES EM FERRO FUNDIDO.

LOTE 5 - ARMARIO VITRINE - 2 PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS: 1,65M X 0,65M X 0,40M, PORTA EM VIDRO DE NO MINIMO 3MM, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS VIDRO DE NO MINIMO 4MM DE ESPESSURA, FECHADURA CILINDRICA.

LOTE 13 - CARRO DE CURATIVO ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM ACO INOX, RODIZIO



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

### **Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia**

4, MEDIDA: 0,80 X 1,00 X 0,85 APROXIMADAMENTE.

LOTE 15 - COLCHONETE PARA CARRO MACA MEDIDAS MINIMAS: 1,88 X 0,54 X 5 CM; COLCHONETE EM ESPUMA D-16, COM 5CM DE ALTURA, REVESTIDO EM COURVIN LAVAVEL NA COR PRETA, BORDAS LISAS SEM FILETES, LATERAIS PARA EVITAR ACUMULO DE SUJEIRA, COM ZIPER EM UM DOS LADOS. PROPRIO PARA CARROS MACAS.

LOTE 26 - MACA CLINICA TUBULAR, EM FERRO, SEM RODIZIOS, PES FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00M, LARGURA CERCA DE 0,80M, ALTURA CERCA DE 1,00M, SUPORTE PARA CILINDRO DE O<sub>2</sub>, CABECEIRA REGULAVEL POR CREMALHEIRA, COM COLCHONETE.

LOTE 27 - MACA DE RESGATE RETRATIL EM ALUMINIO, TIPO AMBULANCIA, TAMANHO ADULTO, TAMANHO APROXIMADO DE 0,60 M x 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA ATE 200KG, COM 01 CINTO IMOBILIZADOR PARA CABECA, SISTEMA RETRATIL, 01 CABECEIRA REGULAVEL POR CREMALHEIRA, ACABAMENTO RODAS TERMOPLASTICA, RODIZIOS DE 6, FREIO NOS 4 RODIZIOS.

LOTE 28 - MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO, TAMPO EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO, TAMANHO APROXIMADO DE 70CM X 40CM X 80CM, COM 4 RODIZIOS DE 2, 2 PRATELEIRAS.

O LOTE 14 NA ONDE SE DIZ: - **CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA COM ACESSORIOS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO RESISTENTE E LEVE, CANTOS ARREDONDADOS, COM RODIZIOS, PARA UTILIZACAO EM AREA COMERCIAL, POSSUIR COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR SACOS DE LIXOS E ALCA PARA SACOS DE LIXO; PRATELEIRAS PARA MATERIAL DE LIMPEZA; SISTEMA DE LIMPEZA UMIDA COM BALDES (DUAS AGUAS); UM ESFREGAO (TIPO MOP) PARA LIMPEZA UMIDA COM CABO ESPREMEDOR POR PRESSAO; LIMPADOR DE PISO (TIPO MOP) PARA PO COM CABO; PLACA PISO MOLHADO; PA. MEDIDAS APROXIMADAS DO CARRINHO: 1040MM (ALTURA) X 545MM (LARGURA) X 1240MM (PROFUNDIDADE). MEDIDA COM CAIXA: 385MM (ALTURA) X 900MM (LARGURA) X 555MM (PROFUNDIDADE).**

A marca e modelo ofertados **NÃO** condizem com o descritivo do processo licitatório, NA ONDE É ESPECIFICADO AS MEDIDAS.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **ORISVALDO SILVA JUNIOR - ME**, registrado no CNPJ 11.169.061/0001-01, constatou-se que a marca ofertada está em conformidade como descritivo do processo licitatório:

LOTE 9 - CADEIRA ESCRITORIO TIPO POLTRONA PRESIDENTE EM AÇO CROMADO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM COURO, ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE GIRATORIA COM 5 RODIZIOS DUPLOS, ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRACO, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GAS.

Após análise dos itens solicitados por catálogo da **TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**  
**Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiologia**

**HOSPITALARES LTDA**, registrada no CNPJ 41.391.411/0001-32, constatou-se que a marcaofertada está em conformidade com o descritivo do processo licitatório:

LOTE 7 - CADEIRA DE BANHO EM PLASTICO RESISTENTE, PNEUS MACICOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TAMANHO: ADULTO, ENCAIXE PARA VASO SANITARIO, ESTRUTURA EM ACOINOXIDAVEL, ENCOSTO FIXO, APOIO PES FIXO, CAPACIDADE MAXIMA ATE 120KG.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** BRUNO HENRIQUE PALMARIN DE MATTE  
Data: 19/04/2024 14:20:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

BRUNO HENRIQUE PALMARIN DE MATTE