

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

1.1 - Setor Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 - A necessidade de aquisição de equipamentos para as unidades de saúde (PSF's) decorre da identificação de demandas relacionadas à manutenção, reposição e atualização dos recursos materiais essenciais ao funcionamento dessas unidades. Tal contratação visa suprir lacunas existentes na infraestrutura, garantindo condições adequadas para a realização das atividades assistenciais e administrativas, bem como para o atendimento eficiente à população.

2.2 - A contratação é pertinente às atribuições institucionais da Secretaria Municipal de Saúde, pois os equipamentos são indispensáveis para o desenvolvimento das ações de atenção básica realizadas pelos PSF's. A disponibilização de recursos adequados contribui para o cumprimento das responsabilidades do órgão, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados e apoiando a execução das políticas públicas de saúde no âmbito municipal.

2.3 - A aquisição dos equipamentos está diretamente relacionada à necessidade pública de assegurar a continuidade, a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde ofertados à comunidade. A medida visa garantir que os usuários das unidades de saúde tenham acesso a atendimentos em condições apropriadas, fortalecendo a capacidade de resposta do sistema municipal de saúde e promovendo o interesse público por meio da melhoria do atendimento à população.

3 - QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	RX odontológico	Aparelho de raio x odontológico para radiografias intraorais, tipo coluna móvel, montado sobre base em aço sobre quatro rodízios duplos, sendo dois com freios; deve possuir dois braços,	02

Item	Descrição	Unid.	Quant.
		um horizontal comprimento mínimo de 490mm e outro articulado com comprimento mínimo de 600mm; cabeçote com isolamento da radiação, de fuga < 0,2 mGy/h @70kV e 7mA; bobina de alta tensão totalmente imersa em óleo isolante; câmara expansora de borracha; cabeçote com direcionador cilíndrico de 200 mm, rotação de 300°, escala de angulação do cabeçote de 5 em 5 graus, tanto positivos quanto negativos; bponto focal de 0,80mm X 0,80mm; filtração total >2,61mm Al eq @70kVp; colimador primário que limita o feixe de raios-x para o diâmetro de 58 mm; gerador de alta tensão nominal de 70 kVp e 7,0mA; gabinete fixado na coluna do aparelho com painel de referência com valores dos tempos de exposição para perfil adulto/pediátrico, receptor filme, receptor sensor digital, receptor	

Item	Descrição	Unid.	Quant.
		placa de fósforo e região e tipo de dentes; deve possuir suporte para encaixe do painel de controle móvel, interligado ao gabinete com cabo espiral que possibilite o comando a uma distância de até cinco metros; com Leds indicadores quando o equipamento estiver pronto para operar e quando estiver em emissão de radiação, teclas que incrementam ou reduzem o tempo de exposição; tecla disparadora com Led indicador e um sinal audível; display indicador de mensagens e do tempo de exposição selecionado entre 0,06 a 3,25 segundos; autotransformador com estabilizador; tensão nominal de operação 127V c.a./220V c.a, mono fásico/bifásico, frequência 50/60 HZ; cabo de força tripolar com aterramento de proteção; cabo com mínimo de 1,50m de comprimento; consumo de	

Item	Descrição	Unid.	Quant.
		Potência 1,33 KVA. Quando da entrega deve acompanhar o aparelho certificado de radiação de fuga atendendo RDC Nº 611, de 09/03/2022 e Instrução Normativa - IN Nº 95, de 27/05/2021 da ANVISA e suas atualizações. Apresentar Registro Anvisa, Certificado Inmetro e Manual do usuário; Garantia de 12 meses. Indicar assistência técnica autorizada pelo fabricante.	
02	Otoscópio	Tipo: corpo em metal cromado e cabo em aço inox. Bolsa para acondicionamento. Alimentação: pilhas. Componentes: Cabeçote para espelhos; Lâmpada reguladora de alta e baixa luminosidade; Encaixe para visor sobressalente; Visor articulado ao cabeçote móvel; 05 espelhos antirreflexos reutilizáveis em diferentes calibres, encaixe em metal cromado.	10
03	Monofilamento	Kit para testes de sensibilidade (Kit monofilamentos).	14

Item	Descrição	Unid.	Quant.
		<p>Conjunto de sete tubos, cada um dos quais protege um par de filamentos de nylon especial. Os tubos têm um furo transversal onde se encaixe o suporte de um de seus filamentos para o uso. O outro filamento é fornecido como reserva. O código de cores indica aproximadamente a força axial necessária para envergar o filamento.</p> <p>Instrumento para avaliação da sensibilidade tátil da pele e avaliação do estado funcional de nervos periféricos. Importante para a percepção da perda da sensibilidade protetora em determinada região, permitindo a prevenção de incapacidades e intervenção precoce a lesões. Utilizado no diagnóstico e monitoramento de Hanseníase, nas demais causas de perda de sensibilidade.</p>	
04	Sonar Portátil	Detector fetal de mesa digital. Modelo de mesa.	07

Item	Descrição	Unid.	Quant.
		Transdutor de alta sensibilidade. Altofalante com controle de volume. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som. Display de cristal líquido (LCD) colorido. Botão liga/desliga. Bateria 002 recarregável com interna carregador integrado. Bivolt automático. Fone de ouvido incluso. Registro ANVISA. Certificado Unidade 020 INMETRO. Selo de Identificação da Conformidade INMETRO afixado no equipamento. Garantia mínima de 12 meses.	
05	Autoclave	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, 21L, AUTOMÁTICA. Uso Bivolt, Alimentação Principal Elétrica, Capacidade de 21 litros; Automática, programa único de esterilização; Temperatura de esterilização: 129 a 132°C; Secagem Com porta entreaberta; Desaeração e despressurização automática; Tempo de esterilização: 16 minutos e tempo do	03

Item	Descrição	Unid.	Quant.
		ciclo completo de aproximadamente 60 minutos; Estrutura Em Aço Ou Alumínio Com Pintura Epoxi; Câmara Em Aço Inox ; Porta Com Abertura Manual, Com Lacre para Impedimento de Abertura até o final da despressurização; Com válvula de Segurança Contra Sobre Pressão; Termostato e outros sistemas que garanta funcionamento; Painel de Controle Digital vertical de LCD, Leds Indicativos das Funções; Bivolt automático 127/220. Acompanha 3 Bandejas, copo graduado, braçadeira, mangueira e 1 manual de instruções. Inclui garantia de 2 anos pelo fabricante, Registro INMETRO	

4 - PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADO O FORNECIMENTO

4.1 - O objeto necessita ser contratado até 30/06/2026..

5 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Dada a baixa complexidade da contratação o(s) próprio(s) titular(es) do(s) setor(es)

demandante(s) ficará(ão) responsável(is) pela elaboração do ETP - TR/PB - quando necessários.

6 - DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1 - Gestora: Carmen Elena da Silva

Fiscal de Contrato; Ruama Lofrano de Almeida

Portaria nº 345 de 05/08/2025..

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 - Declaro que os agentes públicos indicados para o planejamento e a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Guaraniésia, 27/05/2026

Carmen Elena da Silva
Secretário(a) Municipal de Saúde