



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Secretaria de Saúde
Departamento Vigilância Sanitária e Epidemiologia
Rua Campos Vargas, nº 30 – Recanto Ipês

Processo Licitatório nº: 255/2025

Fornecedor: MEGA MED Produtos Médicos E Hospitalares LTDA

Produto(s) Analisado(s):

Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade
1	Teste Rápido do Antígeno da COVID	UN	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO



Data da Análise: 18/09/2025 a 23/09/2025

Responsável pela Análise: Enfermeira Daniele Nunes Couto de Camargo

1. OBJETIVO

O presente parecer tem como objetivo apresentar os resultados da análise técnica realizada sobre a(s) amostra(s) do(s) produto(s) entregue(s) pelo fornecedor, no contexto do processo licitatório nº 255/2025.

2. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA

- **Produto:** Teste de Covid
- **Quantidade Analisada:** 00
- **Lote/Nº de Série:** ATNCP24100082
- **Documentação Recebida:** [Lista de documentos, como fichas técnicas, laudos, etc. se aplicável]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

3. METODOLOGIA DA ANÁLISE

Descrever os procedimentos adotados durante a análise, como:

- Comparação com especificações do edital.
- Verificação das normas técnicas (ABNT, INMETRO, etc.).

4. RESULTADOS OBTIDOS

Item	Critério Avaliado	Especificação Exigida	Resultado da Análise	Conformidade / Aprovação (Sim/Não)
	Comparação com especificações do edital	Produtos deverá ser entregue sempre que possível em caixas,	Adequado	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

		de de forma adequada que não venha comprometer o produto.		
	Comparação com especificações do edital	Análise Instrução de Uso e suas especificações – item característica de Desempenho (Sensibilidade, Especificidades e Previsão)	Adequado	SIM
	Comparação com especificações do edital	Verificação de Normas Técnicas – Registros em Órgãos Competente (ANVISA/MS)	Adequado	SIM
	Comparação com especificações do edital	Verificação de Normas Técnicas – Registros em Órgãos Competente (ANVISA/MS)	Adequado	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

5. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a(s) amostra(s) analisada(s) **está (ão) APROVADA(S) dos itens a seguir , por atender em todo as condições do edital.**

Item	Descrição
1.	Produtos entregues em caixas, de forma adequada sem comprometer o produto;
2.	Análise Instrução de Uso e Suas Especificações;
3.	Verificação de Normas Técnicas – Registros em Órgãos Competente (ANVISA/MS);
4.	O prazo de validade satisfatório.

Está (ão) REPROVADA(S)], dos itens a seguir, por não atender em todo as condições do edital, conforme as justificativas técnicas do item 4, dos itens:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO

Item	Descrição

6. ASSINATURAS

Daniele Nunes Couto de Camargo
Enfermeira

Este parecer técnico serve como documento oficial para avaliação e decisão no processo licitatório em questão.