

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Taiobeiras Prefeitura Municipal de Taiobeiras Pregão Eletrônico - 43/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
11/12/2024 14:20	13/12/2024 08:01	20/12/2024 23:59	27/12/2024 07:59	27/12/2024 08:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
19/11/2024 08:01	28/11/2024 23:59	03/12/2024 07:59	03/12/2024 08:01	11/12/2024 13:30	CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
28/11/2024 - 08:58:04	QUANTO AO DESCRITIVO TECNICO	09/12/2024 - 17:00:02	Deferido	Julgamento: 4_RESPOSTAS_ESCLARECIMENTOS_GE_HEALTHCARE_1_.pdf

Embasamento: Pede-se

Características da Estereotaxia 3D Realização da exposição do fragmento de biópsia durante o procedimento sem descompressão da paciente no próprio equipamento ou em equipamento portátil adicional. Guias esterilizáveis para Core Biópsia de tamanhos 12G, 14G Guias esterilizáveis para agulhamento de 20G

Sabemos que o custo de se ter uma estereotaxia onera o valor do equipamento em mais de 40% do valor. Também vemos nos pregões em que temos participação, que órgãos que pedem algum equipamento preparado para um upgrade futuro, fracassam na compra deste upgrade, e acabam por subutilizar o recurso governamental, ou ate mesmo adquirem mas sabemos que os custos que envolvem os materiais necessarios acabam inviabilizando a utilização.

Atualmente a Ge possui um equipamento que tem a capacidade de entregar um kit de localização para biópsias e que tem um custo menor; porém ao mencionar no TR o termo "Dispositivo de Estereotaxia /Sistema de Biópsia", o órgão exclui players de participarem do pregão, desestimulando a livre concorrência, baseada na lei de licitações. Sendo assim pedimos que o órgão avalie a retirada de "Dispositivo de Estereotaxia /Sistema de Biópsia", sendo que existem outros equipamentos no mercado que fazem toda a rotina clínica com alta qualidade de imagem e ainda entregam kit de biópsia, sem onerar ou elevar em demasia o valor final do equipamento. Quando se adiciona o "Dispositivo de Estereotaxia /Sistema de Biópsia", deve se levar em conta, o aumento de gasto de energia, valor de peças de reposição como tubo e detector, sendo que em 99% dos órgãos públicos não irão fazer a estereotaxia.

Pergunta: Será retirado conforme justificativa acima?

Julgamento: Conforme anexo.

28/11/2024 - 09:00:18	QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA - ADEQUAÇÕES	09/12/2024 - 16:59:17	Deferido	Julgamento: 4_RESPOSTAS_ESCLARECIMENTOS_GE_HEALTHCARE_1_.pdf
-----------------------	---	-----------------------	----------	---

Embasamento: PRAZO DE ENTREGA

EDITAL SOLICITA: A partir do recebimento da ordem de compra/empenho iniciará, para a Detentora da Ata, o prazo para a entrega dos produtos, que será de, no máximo, 60 (sessenta) dias.

SOLICITAMOS: Nossos equipamentos são de origem importada, fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que os equipamentos possuem partes e peças ou ainda sua totalidade de procedência estrangeira, sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, para tornar viável o tempo para a fabricação e trâmites de logística e desembaraço

ADEQUAÇÕES DA SALA

As providências necessárias para adequação do ambiente serão realizadas previamente à aquisição dos bens, utilizando para isso recursos internos (mão-de-obra/ material), visando a adequação das estruturas (espaço físico), infraestrutura elétrica e infraestrutura tecnológica/ redes. Desta forma, viabilizando o alcance dos resultados pretendidos com a contratação e evitando o atraso do início dos trabalhos da contratada

QUEM SERÁ RESPONSÁVEL POR ESTAS ADEQUAÇÕES?

O fornecedor contratado deverá desinstalar equipamento antigo e instalar novo

PODERIAS NOS FORNECER MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO ANTIGO A SER DESINSTALADO? PRECISARÁ SER REMOVIDO PARA ALGUM LUGAR?

Julgamento: Conforme anexo.

28/11/2024 - 13:05:38	IMPUGNAÇÃO	09/12/2024 - 16:57:00	Indeferido	Pedido: Impugnação - PE 043.2024.pdf Julgamento: 3_RESPOSTAS_IMPUGNACAO_VMI_TECNOLOGIAS_LTDA_1_.pdf
-----------------------	------------	-----------------------	------------	---

Embasamento: Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Taiobeiras

Ref.: Impugnação ao Pregão Eletrônico N° 043/2024 – Processo n° 329/2024

A empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ n° 02.659.246/0001-03, com sede na Rua Prefeito Eliseu Alves Da Silva, n° 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido De Oliveira, em Lagoa Santa/MG, por meio de seu representante legal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico n° 043/2024. A presente impugnação fundamenta-se no fato de que as exigências estabelecidas no edital restringem indevidamente a competitividade do certame, em desacordo com as legislações vigentes, conforme detalhado no documento em anexo.

Julgamento: Conforme anexo.



18/12/2024 - 14:18:39

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO-
PE 043/2024 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS

26/12/2024 - 16:59:36

Indeferido

Pedido: PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO.pdf
Julgamento:
RESPOSTAS_1_ESCLARECIMENTOS_MAMOGRAFO_FUJIFILM-
2.pdf

Embasamento: Prezados,

A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, vem, respeitosamente, perante V. Sa., por intermédio de seu procurador signatário, apresentar a IMPUGNAÇÃO DO EDITAL c/c PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, com fulcro no artigo 164 da Lei nº 14.133/2021, e de acordo com os fatos e fundamentos que passa a expor.

Atenciosamente

Julgamento: Conforme anexo.

20/12/2024 - 11:51:08

Impugnação VMI TECNOLOGIAS

26/12/2024 - 17:03:51

Indeferido

Pedido: Impugnação - PE 043.2024.pdf
Julgamento: DECISÃO IMPUGNAÇÃO.zip

Embasamento: Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Taiobeiras

Ref.: Impugnação ao Pregão Eletrônico N° 043/2024 – Processo n° 329/2024

A empresa VMI TECNOLOGIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.659.246/0001-03, com sede na Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, em Lagoa Santa/MG, vem, por meio de seu representante legal, apresentar, IMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico nº 043/2024. Esta impugnação baseia-se no entendimento de que as exigências previstas no edital restringem de forma indevida a competitividade do certame, contrariando as legislações aplicáveis, conforme está detalhado em anexo.

Julgamento: Conforme anexo.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
28/11/2024 - 11:52:18	ESCLARECIMENTO EDITAL	09/12/2024 - 17:01:08
Dúvida: Características Elétricas: - Deve incluir Quadro de Força compatível com o equipamento. 220 VAC – 60 Hz. Solicitamos esclarecer: devemos incluir instalação do QDF ? Resposta: Conforme anexo. 26/11/2024 - 13:36:01 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 09/12/2024 - 17:03:10 Dúvida: boa tarde, Prezados, servimos do presente para encaminhar-lhes nosso pedido de esclarecimentos, conforme anexo. Resposta: Conforme anexo.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA - MAMÓGRAFO DIGITAL COM DETECTOR INTEGRADO (DR); SEM ADAPTAÇÕES, COM TECNOLOGIA DE CONVERSÃO DIRETA DA AQUISIÇÃO DE IMAGEM POR DETECTOR DE TELA PLANA, DE ALTA RESOLUÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS EM 2D. ESTE EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA GERAR IMAGEM DIGITAL PARA MAMOGRAFIA DE PACIENTES EM PÉ OU SENTADO, PARA MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO E DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DO USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, SEM USO DE FILME RADIOLÓGICO OU DETECTOR ELETRÔNICO DO TIPO FLAT PANEL, POSSUIR SISTEMA DE BIÓPSIA POR ESTEREOTAXIA ACOMPANHADO POR TODAS AS FERRAMENTAS (KIT COMPLETO), SOFTWARE, ACESSÓRIOS E PARTES DO EQUIPAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DESSE RECURSO. UNIDADE DE ESTEREOTAXIA DIGITAL COM POSSIBILIDADE DE ENTRADA VERTICAL E LATERAL INCLUSA, DISPLAY PARA APRESENTAÇÃO DA POSIÇÃO DO GUIA, AJUSTE INDEPENDENTE DAS COORDENADAS DO GUIA DE AGULHAS, NOS EIXOS X, Y E Z ; DEVE ACOMPANHAR ESPAÇADOR DE ACRÍLICO DE NO MÍNIMO 20 MM PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DAS MAMAS PEQUENAS, COMPRESSOR TENESTRADO PARA A ENTRADA VERTICAL E COMPRESSOR SEM ABERTURA PARA A ENTRADA LATERAL, SISTEMA DE COLIMAÇÃO DESTINADO PARA A VERIFICAÇÃO DOS FRAGMENTOS SEM A NECESSIDADE DE EXPOR A MAMA DA PACIENTE A RADIAÇÃO E DESCOMPRESSÃO DA MAMA DURANTE O PROCEDIMENTO, NO MÍNIMO 3 TAMANHOS DE GUIAS DE AGULHAS PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS DE CORE BIÓPSIA E MAMOTOMIA. O FANTOMA DE VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE ESTEREOTAXIA DEVE ACOMPANHAR O SISTEMA. DEVE ACOMPANHAR PROTETOR DE FACE REMOVÍVEL, PARA PROTEÇÃO DO ROSTO DA PACIENTE DO MOVIMENTO DO BRAÇO GIRATÓRIO; DEVERÁ PERMITIR A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM PACIENTE EM POSIÇÃO EM PÉ OU SENTADA. ESTAR PREPARADA PARA INCORPORAR FUTURAMENTE SOFTWARE OU ACESSÓRIO/SISTEMA DE TOMOSSÍNTESE 3D DIGITAL COMPLETA, TANTO PARA SINTETIZADA COMO DE ALTA RESOLUÇÃO E MAIOR AMPLITUDE DE ÂNGULO,	1.129.877,00	1 UN	Homologado
------	--	--------------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/11/2024 - 07:25	EDITAL PE 043.2024 - AQUISIÇÃO DE MOMOGRAFO DIGITAL.pdf
09/12/2024 - 17:02	RESPOSTAS_1_ESCLARECIMENTOS_MAMOGRAFO_FUJIFILM.pdf
11/12/2024 - 13:29	EDITAL PE 043.2024 - AQUISIÇÃO DE MOMOGRAFO DIGITAL.pdf
11/12/2024 - 13:37	EDITAL PE 043.2024 - AQUISIÇÃO DE MOMOGRAFO DIGITAL.pdf
30/12/2024 - 10:51	01_PARECER_TECNICO_ANALISE_DA_PROPOSTA.pdf
30/12/2024 - 11:07	01_PARECER_TECNICO_ANALISE_DA_PROPOSTA-retificado.pdf
03/01/2025 - 16:16	02_PARECER_TECNICO_ANALISE_PROPOSTA- VMI.pdf
08/01/2025 - 13:19	3_PARECER_TECNICO_COMERCIAL_SOARES_1_.pdf
14/01/2025 - 13:13	PARECER_TECNICO_ANALISE_PROPOSTA - FUGIFILM.pdf
15/01/2025 - 08:20	PARECER_TECNICO_DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_.pdf
18/02/2025 - 15:49	Parecer Técnico - Mamógrafo.pdf
18/02/2025 - 15:54	Parecer Técnico - Mamógrafo.pdf
19/02/2025 - 14:09	13_PARECER_TECNICO_DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_1.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
11/12/2024 - 14:21:57	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
27/12/2024 - 08:25:11	Negociação aberta para o processo 43/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 43/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



27/12/2024 - 10:00:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 43/2024.
27/12/2024 - 10:00:13		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2024 - 13:35:54	Documentos solicitados para o processo 43/2024	Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 43/2024.
27/12/2024 - 14:02:03		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/01/2025 - 09:18:07	Documentos solicitados para o processo 43/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 43/2024.
02/01/2025 - 11:31:47		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 14:23:08	Documentos solicitados para o processo 43/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 43/2024.
06/01/2025 - 15:07:46		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 15:10:47		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 43/2024.
08/01/2025 - 14:18:49		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2025 - 14:30:33	Documentos solicitados para o processo 43/2024	Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 43/2024.
08/01/2025 - 16:32:24	Documentos solicitados para o processo 43/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/01/2025 - 16:34:05		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 43/2024.
14/01/2025 - 14:42:50	Documentos solicitados para o processo 43/2024	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2025 - 15:53:51		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 43/2024.
19/02/2025 - 08:17:03	Documentos solicitados para o processo 43/2024	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 43/2024.
19/02/2025 - 08:37:52		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 43/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Descrição Completa no Termo de Referência - Mamógrafo digital com detector integrado (DR); sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais em 2D. Este equipamento será utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes em pé ou sentado, para mamografia de rastreamento e diagnóstico, através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel. Possuir sistema de biópsia por estereotaxia acompanhado por todas as ferramentas (kit completo), software, acessórios e partes do equipamento para a utilização desse recurso. Unidade de estereotaxia digital com possibilidade de entrada vertical e lateral inclusa, display para apresentação da posição do guia, ajuste independente das coordenadas do guia de agulhas, nos eixos X, Y e Z; deve acompanhar espaçador de acrílico de no mínimo 20 mm para facilitar o posicionamento das mamas pequenas, compressor tenestrado para a entrada vertical e compressor sem abertura para a entrada lateral, sistema de colimação destinado para a verificação dos fragmentos sem a necessidade de expor a mama da paciente a radiação e descompressão da mama durante o procedimento, no mínimo 3 tamanhos de guias de agulhas para atender os procedimentos de Core Biopsia e Mamotomia. O fantoma de verificação da calibração do sistema de verificação da calibração do sistema de estereotaxia deve acompanhar o sistema. Deve acompanhar protetor de face removível, para proteção do rosto da paciente do movimento do braço giratório; deverá permitir a realização de procedimento com paciente em posição em pé ou sentada. estar preparada para incorporar futuramente software ou acessório/sistema de tomossíntese 3d digital completa, tanto para sintetizada como de alta resolução e maior amplitude de ângulo,	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Delicata DR + DP 873	Própria	1.090.000,00	1	1.090.000,00
------	--	--	----------------------	---------	--------------	---	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Descrição Completa no Termo de Referência - Mamógrafo digital com detector integrado (DR); sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais em 2D. Este equipamento será utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes em pé ou sentado, para mamografia de rastreamento e diagnóstico, através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel. Possuir sistema de biópsia por estereotaxia acompanhado por todas as ferramentas (kit completo), software, acessórios e partes do equipamento para a utilização desse recurso. Unidade de estereotaxia digital com possibilidade de entrada vertical e lateral inclusa, display para apresentação da posição do guia, ajuste independente das coordenadas do guia de agulhas, nos eixos X, Y e Z ; deve acompanhar espaçador de acrílico de no mínimo 20 mm para facilitar o posicionamento das mamas pequenas, compressor tenestrado para a entrada vertical e compressor sem abertura para a entrada lateral, sistema de colimação destinado para a verificação dos fragmentos sem a necessidade de expor a mama da paciente a radiação e descompressão da mama durante o procedimento, no mínimo 3 tamanhos de guias de agulhas para atender os procedimentos de Core Biopsia e Mamotomia. O fantoma de verificação da calibração do sistema de verificação da calibração do sistema de estereotaxia deve acompanhar o sistema. Deve acompanhar protetor de face removível, para proteção do rosto da paciente do movimento do braço giratório; deverá permitir a realização de procedimento com paciente em posição em pé ou sentada. estar preparada para incorporar futuramente software ou acessório/sistema de tomossíntese 3d digital completa, tanto para sintetizada como de alta resolução e maior amplitude de ângulo,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	26/12/2024 - 16:31:25	DIGIMANO TM 3D	PRÓPRIA	1	R\$1.129.877,00	R\$ 1.129.877,00	Não
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	08.648.188/0001-90	26/12/2024 - 16:57:27	VMI/DIGIMANO TM 3D	VMI/DIGIMANO TM 3D	1	R\$1.129.877,00	R\$ 1.129.877,00	Sim
FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	60.397.874/0009-03	26/12/2024 - 18:15:04	AMULET INNOVAILITY COM DRY EDGE	FUJI/FUJIFILM	1	R\$1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	Não
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	27/12/2024 - 07:50:42	Delicata DR + DP 873	Própria	1	R\$1.129.887,00	R\$ 1.129.887,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	90 dias
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	90 dias
FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	60.397.874/0009-03	90 dias
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	08.648.188/0001-90	90 dias

Lances Enviados

0001 - Descrição Completa no Termo de Referência - Mamógrafo digital com detector integrado (DR); sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais em 2D. Este equipamento será utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes em pé ou sentado, para mamografia de rastreamento e diagnóstico, através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel. Possuir sistema de biópsia por estereotaxia acompanhado por todas as ferramentas (kit completo), software, acessórios e partes do equipamento para a utilização



desse recurso. Unidade de estereotaxia digital com possibilidade de entrada vertical e lateral inclusa, display para apresentação da posição do guia, ajuste independente das coordenadas do guia de agulhas, nos eixos X, Y e Z ; deve acompanhar espaçador de acrílico de no mínimo 20 mm para facilitar o posicionamento das mamas pequenas, compressor tenestrado para a entrada vertical e compressor sem abertura para a entrada lateral, sistema de colimação destinado para a verificação dos fragmentos sem a necessidade de expor a mama da paciente a radiação e descompressão da mama durante o procedimento, no mínimo 3 tamanhos de guias de agulhas para atender os procedimentos de Core Biopsia e Mamotomia. O fantoma de verificação da calibração do sistema de verificação da calibração do sistema de estereotaxia deve acompanhar o sistema. Deve acompanhar protetor de face removível, para proteção do rosto da paciente do movimento do braço giratório; deverá permitir a realização de procedimento com paciente em posição em pé ou sentada. estar preparada para incorporar futuramente software ou acessório/sistema de tomossíntese 3d digital completa, tanto para sintetizada como de alta resolução e maior amplitude de ângulo,

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/12/2024 - 16:31:25	1.129.877,00 (proposta)	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado
26/12/2024 - 16:57:27	1.129.877,00 (proposta)	08.648.188/0001-90 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	Cancelado - Conforme anexo. 08/01/2025 13:21:22
26/12/2024 - 18:15:04	1.600.000,00 (proposta)	60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Válido
27/12/2024 - 07:50:42	1.129.887,00 (proposta)	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
27/12/2024 - 08:09:09	1.129.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
27/12/2024 - 08:14:07	1.100.000,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado
27/12/2024 - 08:15:18	1.090.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido
08/01/2025 - 14:18:49	1.129.877,00	60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Cancelado - Cancelado devido a reclassificação do fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18/02/2025 15:56:37

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/12/2024 - 14:02:03	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	DILIGÊNCIA.zip
0001	02/01/2025 - 11:31:47	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	27.12 - PE 043.2024 - PREFEITURA DE TAIÓBEIRAS.zip
0001	06/01/2025 - 15:07:46	08.648.188/0001-90 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	PROPOSTA READEQUADA 06-01-2025.zip
0001	06/01/2025 - 15:10:47	08.648.188/0001-90 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	PROPOSTA RETIFICADA.pdf
0001	08/01/2025 - 16:34:05	60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	PROPOSTA E DOCUMENTOS.zip
0001	14/01/2025 - 15:53:51	60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	RESPOSTA DILIGENCIA.zip
0001	19/02/2025 - 08:37:52	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	HABILITAÇÃO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



Item 0001 - Descrição Completa no Termo de Referência - Mamógrafo digital com detector integrado (DR); sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais em 2D. Este equipamento será utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes em pé ou sentado, para mamografia de rastreamento e diagnóstico, através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel. Possuir sistema de biópsia por estereotaxia acompanhado por todas as ferramentas (kit completo), software, acessórios e partes do equipamento para a utilização desse recurso. Unidade de estereotaxia digital com possibilidade de entrada vertical e lateral inclusa, display para apresentação da posição do guia, ajuste independente das coordenadas do guia de agulhas, nos eixos X, Y e Z ; deve acompanhar espaçador de acrílico de no mínimo 20 mm para facilitar o posicionamento das mamas pequenas, compressor tenestrado para a entrada vertical e compressor sem abertura para a entrada lateral, sistema de colimação destinado para a verificação dos fragmentos sem a necessidade de expor a mama da paciente a radiação e descompressão da mama durante o procedimento, no mínimo 3 tamanhos de guias de agulhas para atender os procedimentos de Core Biópsia e Mamotomia. O fantoma de verificação da calibração do sistema de verificação da calibração do sistema de estereotaxia deve acompanhar o sistema. Deve acompanhar protetor de face removível, para proteção do rosto da paciente do movimento do braço giratório; deverá permitir a realização de procedimento com paciente em posição em pé ou sentada. estar preparada para incorporar futuramente software ou acessório/sistema de tomossíntese 3d digital completa, tanto para sintetizada como de alta resolução e maior amplitude de ângulo,

Desclassificação: Conforme análise (em anexo) a proposta não atende as especificações exigidas pelo edital.

Item 0001 - Descrição Completa no Termo de Referência - Mamógrafo digital com detector integrado (DR); sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais em 2D. Este equipamento será utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes em pé ou sentado, para mamografia de rastreamento e diagnóstico, através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel. Possuir sistema de biópsia por estereotaxia acompanhado por todas as ferramentas (kit completo), software, acessórios e partes do equipamento para a utilização desse recurso. Unidade de estereotaxia digital com possibilidade de entrada vertical e lateral inclusa, display para apresentação da posição do guia, ajuste independente das coordenadas do guia de agulhas, nos eixos X, Y e Z ; deve acompanhar espaçador de acrílico de no mínimo 20 mm para facilitar o posicionamento das mamas pequenas, compressor tenestrado para a entrada vertical e compressor sem abertura para a entrada lateral, sistema de colimação destinado para a verificação dos fragmentos sem a necessidade de expor a mama da paciente a radiação e descompressão da mama durante o procedimento, no mínimo 3 tamanhos de guias de agulhas para atender os procedimentos de Core Biópsia e Mamotomia. O fantoma de verificação da calibração do sistema de verificação da calibração do sistema de estereotaxia deve acompanhar o sistema. Deve acompanhar protetor de face removível, para proteção do rosto da paciente do movimento do braço giratório; deverá permitir a realização de procedimento com paciente em posição em pé ou sentada. estar preparada para incorporar futuramente software ou acessório/sistema de tomossíntese 3d digital completa, tanto para sintetizada como de alta resolução e maior amplitude de ângulo,

Desclassificação: Conforme anexo.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/02/2025 - 15:56:37	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	Item 0001 - Descrição Completa no Termo de Referência - Mamógrafo digital com detector integrado (DR); sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais em 2D. Este equipamento será utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes em pé ou sentado, para mamografia de rastreamento e diagnóstico, através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel. Possuir sistema de biópsia por estereotaxia acompanhado por todas as ferramentas (kit completo), software, acessórios e partes do equipamento para a utilização desse recurso. Unidade de estereotaxia digital com possibilidade de entrada vertical e lateral inclusa, display para apresentação da posição do guia, ajuste independente das coordenadas do guia de agulhas, nos eixos X, Y e Z ; deve acompanhar espaçador de acrílico de no mínimo 20 mm para facilitar o posicionamento das mamas pequenas, compressor tenestrado para a entrada vertical e compressor sem abertura para a entrada lateral, sistema de colimação destinado para a verificação dos fragmentos sem a necessidade de expor a mama da paciente a radiação e descompressão da mama durante o procedimento, no mínimo 3 tamanhos de guias de agulhas para atender os procedimentos de Core Biópsia e Mamotomia. O fantoma de verificação da calibração do sistema de verificação da calibração do sistema de estereotaxia deve acompanhar o sistema. Deve acompanhar protetor de face removível, para proteção do rosto da paciente do movimento do braço giratório; deverá permitir a realização de procedimento com paciente em posição em pé ou sentada. estar preparada para incorporar futuramente software ou acessório/sistema de tomossíntese 3d digital completa, tanto para sintetizada como de alta resolução e maior amplitude de ângulo,

Conforme anexo.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/02/2025 - 14:41	24/02/2025 - 23:59	27/02/2025 - 23:59



0001 - Descrição Completa no Termo de Referência - Mamógrafo digital com detector integrado (DR); sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais em 2D. Este equipamento será utilizado para gerar imagem digital para mamografia de pacientes em pé ou sentado, para mamografia de rastreamento e diagnóstico, através do uso de radiação ionizante, sem uso de filme radiológico ou detector eletrônico do tipo flat panel. Possuir sistema de biópsia por estereotaxia acompanhado por todas as ferramentas (kit completo), software, acessórios e partes do equipamento para a utilização desse recurso. Unidade de estereotaxia digital com possibilidade de entrada vertical e lateral inclusa, display para apresentação da posição do guia, ajuste independente das coordenadas do guia de agulhas, nos eixos X, Y e Z ; deve acompanhar espaçador de acrílico de no mínimo 20 mm para facilitar o posicionamento das mamas pequenas, compressor tenestrado para a entrada vertical e compressor sem abertura para a entrada lateral, sistema de colimação destinado para a verificação dos fragmentos sem a necessidade de expor a mama da paciente a radiação e descompressão da mama durante o procedimento, no mínimo 3 tamanhos de guias de agulhas para atender os procedimentos de Core Biopsia e Mamotomia. O fantoma de verificação da calibração do sistema de verificação da calibração do sistema de estereotaxia deve acompanhar o sistema. Deve acompanhar protetor de face removível, para proteção do rosto da paciente do movimento do braço giratório; deverá permitir a realização de procedimento com paciente em posição em pé ou sentada. estar preparada para incorporar futuramente software ou acessório/sistema de tomossíntese 3d digital completa, tanto para sintetizada como de alta resolução e maior amplitude de ângulo,

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	27/12/2024 - 10:35:04	bom dia, registramos a intenção de recurso visto que a empresa vencedora não atende ao descritivo na íntegra, entre os pontos esta o sistema de colimação, maiores informações, serão dadas em nossa peça recursal.	Indeferido
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	27/12/2024 - 10:51:13	Bom dia, sr. pregoeiro Manifestamos intenção de recurso, visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, motivos os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal	Indeferido
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	15/01/2025 - 08:27:39	Bom dia. Manifestamos intenção de recurso, contra nossa desclassificação e visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, no que diz respeito do pacote Dicom, entre outros motivos, os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal.	Indeferido
71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15/01/2025 - 08:33:52	Bom dia! Manifestamos a intenção de recurso contra a nossa desclassificação e pelo fato da empresa habilitada não atender os requisitos solicitados no edital. Ademais considerações será apresentada na nossa peça recursal.	Indeferido
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	19/02/2025 - 14:29:45	Boa tarde. Manifestamos intenção de recurso, contra nossa desclassificação e visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, no que diz respeito a potência solicitada no edital, entre outros motivos, os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	22/01/2025 - 14:42:33	À ILMA. SRA. PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE TAIÓBEIRAS/MG. Ref.: Pregão Eletrônico Nº 043/2024 – Processo Administrativo Nº 239/2024. Segue recurso da VMI TECNOLOGIAS LTDA. Recurso - Taiobeiras -Fuji.pdf.	Indeferido
71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22/01/2025 - 15:51:52	Boa tarde! Segue em anexo nossa peça recursal. Atenciosamente, RECURSO TAIÓBEIRAS - assinado.pdf.	Indeferido
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	24/02/2025 - 17:03:25	Boa tarde. em anexo segue recurso. Recurso - Taiobeiras (1).pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	29/01/2025 - 12:01:51	Prezados, conforme orientado em edital, segue contrarrazão. CONTRARRAZAO FUJIFILM_KONICA.zip.	
60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	29/01/2025 - 12:03:02	Prezados, conforme orientado em edital, segue contrarrazão. CONTRARRAZAO FUJIFILM_VMI.zip.	Indeferido
71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	27/02/2025 - 17:29:14	Boa tarde ! Segue anexo nossas contrarrazões. Contrarrazões - Konica Minolta - PE 043.2024 Pref. Mun. de Taiobeiras_MG.docx.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
10/03/2025 - 08:59:39	Conforme anexo. DECISÃO II.zip.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/12/2024 - 14:37:29	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
02/12/2024 - 14:37:29	Sistema	Motivo: Prezados licitantes, o Pregão está suspenso para correção do termo de referência. O edital será republicado.
09/12/2024 - 16:57:00	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (3_RESPOSTAS_IMPUGNACAO_VMI_TECNOLOGIAS_LTDA_1.pdf) em 09/12/2024 às 16:57.
09/12/2024 - 16:59:17	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (4_RESPOSTAS_ESCLARECIMENTOS_GE_HEALTHCARE_1_.pdf) em 09/12/2024 às 16:59.
09/12/2024 - 17:00:02	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (4_RESPOSTAS_ESCLARECIMENTOS_GE_HEALTHCARE_1_.pdf) em 09/12/2024 às 17:00.
09/12/2024 - 17:02:40	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTAS_1_ESCLARECIMENTOS_MAMOGRAFO_FUJIFILM.pdf) em 09/12/2024 às 17:02.
11/12/2024 - 13:29	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
11/12/2024 - 13:29	Sistema	Motivo: Edital Retificado.
11/12/2024 - 13:29:27	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PE 043.2024 - AQUISIÇÃO DE MOMOGRAFO DIGITAL.pdf) em 11/12/2024 às 13:29.
11/12/2024 - 13:30	Sistema	O processo foi republicado em 11/12/2024 às 13:30.
11/12/2024 - 13:37:08	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PE 043.2024 - AQUISIÇÃO DE MOMOGRAFO DIGITAL.pdf) em 11/12/2024 às 13:37.
26/12/2024 - 16:59:36	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTAS_1_ESCLARECIMENTOS_MAMOGRAFO_FUJIFILM- 2.pdf) em 26/12/2024 às 16:59.
26/12/2024 - 17:03:51	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO IMPUGNAÇÃO.zip) em 26/12/2024 às 17:03.
27/12/2024 - 08:01:16	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia!
27/12/2024 - 08:04:29	Pregoeiro	Prezados licitantes, daremos início a análise das propostas.
27/12/2024 - 08:04:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/12/2024 - 08:07:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/12/2024 - 08:07:44	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/12/2024 - 08:07:44	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/12/2024 - 08:08:12	Pregoeiro	Caros licitantes, preparem-se para os lances.
27/12/2024 - 08:08:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/12/2024 - 08:08:43	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



27/12/2024 - 08:18:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/12/2024 - 08:18:44	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1.129.877,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 27/12/2024 às 08:23:44.
27/12/2024 - 08:23:47	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
27/12/2024 - 08:23:47	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/12/2024 - 08:25:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.090.000,00.
27/12/2024 - 08:25:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/12/2024 - 08:26:14	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 27/12/2024 às 10:26.
27/12/2024 - 08:27:18	Pregoeiro	Fase obrigatória de negociação.
27/12/2024 - 08:28:13	Pregoeiro	Caro licitante, favor verificar o seu preço e reenviar a melhor proposta.
27/12/2024 - 10:00:07	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
27/12/2024 - 10:00:13	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
27/12/2024 - 10:28:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/12/2024 às 10:57.
27/12/2024 - 10:28:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/12/2024 às 10:58.
27/12/2024 - 10:28:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 27/12/2024 às 10:58.
27/12/2024 - 10:35:04	Sistema	O fornecedor FUJIFILM DO BRASIL LTDA. - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/12/2024 - 10:51:13	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/12/2024 - 11:00:26	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo das 11:00 h às 13:00 h
27/12/2024 - 13:09:25	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde!
27/12/2024 - 13:17:25	Pregoeiro	A proposta readequada foi encaminhada para a Secretaria requisitante para análise.
27/12/2024 - 13:35:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 27/12/2024.
27/12/2024 - 13:35:54	Sistema	Motivo: Caro licitante, solicito manual e/ou catálogo do item.
27/12/2024 - 14:02:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/12/2024 - 17:02:53	Pregoeiro	Caros licitantes, retornaremos segunda-feira dia 30/12/2024 às 08:00 horas.
30/12/2024 - 08:03:39	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia!
30/12/2024 - 10:50:12	Pregoeiro	Informamos que a proposta foi analisada.
30/12/2024 - 10:51:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (01 PARECER TÉCNICO ANÁLISE DA PROPOSTA.pdf) em 30/12/2024 às 10:51.
30/12/2024 - 11:07:33	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (01 PARECER TÉCNICO ANÁLISE DA PROPOSTA- retificado.pdf) em 30/12/2024 às 11:07.
30/12/2024 - 11:08:24	Pregoeiro	Prezados licitantes, retornaremos dia 02/01/2025 às 08:00 horas.
02/01/2025 - 08:01:04	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia!
02/01/2025 - 08:05:45	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
02/01/2025 - 08:05:45	Sistema	Motivo: Conforme análise (em anexo) a proposta não atende as especificações exigidas pelo edital.
02/01/2025 - 08:05:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VMI TECNOLOGIAS LTDA com lance de R\$ 1.100.000,00.
02/01/2025 - 08:05:45	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
02/01/2025 - 08:06:04	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 02/01/2025 às 08:36, encerrando às 08:41:00.
02/01/2025 - 08:41:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/01/2025 - 08:44:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:14 do dia 02/01/2025.
02/01/2025 - 08:44:40	Sistema	Motivo: Caro licitante, peço que analise o seu preço no sistema e envie a melhor proposta para o item arrematado.
02/01/2025 - 08:46:08	F. VMI TECNOLOGIAS LTDA	Negociação Item 0001: bom dia, sr. pregoeiro! vamos verificar
02/01/2025 - 09:01:13	F. VMI TECNOLOGIAS LTDA	Negociação Item 0001: sr. pregoeiro, estamos em nosso melhor valor
02/01/2025 - 09:18:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 02/01/2025.
02/01/2025 - 09:18:08	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada em arquivo PDF, catálogo e/ou manual do item.
02/01/2025 - 10:59:30	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo das 11:00 h às 13:00 h
02/01/2025 - 11:31:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/01/2025 - 13:01:04	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde!
02/01/2025 - 13:22:24	Pregoeiro	A proposta readequada foi encaminhada para a Secretaria requisitante para análise.
02/01/2025 - 17:00:10	Pregoeiro	Caros licitantes, retornaremos amanhã às 8:00h.
03/01/2025 - 08:00:30	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia!
03/01/2025 - 11:00:41	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo das 11:00 h às 13:00 h



03/01/2025 - 13:01:12	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde!
03/01/2025 - 16:15:21	Pregoeiro	Informamos que a proposta foi analisada.
03/01/2025 - 16:16:50	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (02 PARECER TÉCNICO ANÁLISE PROPOSTA- VMI.pdf) em 03/01/2025 às 16:16.
03/01/2025 - 16:17:26	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
03/01/2025 - 16:17:26	Sistema	Motivo: Conforme análise (em anexo) a proposta não atende as especificações exigidas pelo edital.
03/01/2025 - 16:17:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA com lance de R\$ 1.129.877,00.
03/01/2025 - 16:18:17	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:48 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 - 16:18:17	Sistema	Motivo: Caro licitante, peço que analise o seu preço no sistema e envie a melhor proposta para o item arrematado.
03/01/2025 - 17:02:13	Pregoeiro	Prezados licitantes, retornaremos segunda-feira 06/01/2025 às 08:00 horas.
06/01/2025 - 08:04:17	Pregoeiro	Bom dia, licitantes!
06/01/2025 - 14:23:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 06/01/2025.
06/01/2025 - 14:23:08	Sistema	Motivo: Enviar proposta readequada juntamente com o catalogo e/ou manual do item.
06/01/2025 - 15:07:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/01/2025 - 15:10:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/01/2025 - 16:53:56	Pregoeiro	Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 08:00h.
07/01/2025 - 08:02:10	Pregoeiro	Bom dia, licitantes!
07/01/2025 - 10:57:10	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo de 11:00h às 13:00h.
07/01/2025 - 13:00:03	Pregoeiro	Boa tarde, licitantes!
07/01/2025 - 16:54:56	Pregoeiro	Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 08:00h.
08/01/2025 - 08:02:34	Pregoeiro	Bom dia, licitantes!
08/01/2025 - 10:58:28	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo de 11:00h às 13:00h.
08/01/2025 - 13:02:48	Pregoeiro	Boa tarde, licitantes!
08/01/2025 - 13:19:05	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (3_PARECER_TECNICO_COMERCIAL_SOARES_1_.pdf) em 08/01/2025 às 13:19.
08/01/2025 - 13:21:22	Sistema	O fornecedor COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
08/01/2025 - 13:21:22	Sistema	Motivo: Conforme anexo.
08/01/2025 - 13:21:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FUJIFILM DO BRASIL LTDA. com lance de R\$ 1.600.000,00.
08/01/2025 - 13:25:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:55 do dia 08/01/2025.
08/01/2025 - 13:25:40	Sistema	Motivo: Caro licitante, podemos chegar ao valor de referência de R\$ 1.129.877,00 ?
08/01/2025 - 13:50:46	F. FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Negociação Item 0001: boa tarde, prezados, sim, conseguimos chegar ao valor de R\$ 1.129.877,00
08/01/2025 - 13:57:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:27 do dia 08/01/2025.
08/01/2025 - 13:57:23	Sistema	Motivo: Corrigir o valor no portal conforme o valor de referência.
08/01/2025 - 14:00:27	F. FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Negociação Item 0001: 1129877,00
08/01/2025 - 14:18:49	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.129.877,00.
08/01/2025 - 14:30:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 08/01/2025.
08/01/2025 - 14:30:34	Sistema	Motivo: Enviar proposta readequada juntamente com o catalogo e/ou manual do item.
08/01/2025 - 16:27:32	F. FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Documentação Item 0001: Por favor, poderia prorrogar o prazo para envio da proposta e documentos por mais 15 minutos?
08/01/2025 - 16:32:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:47 do dia 08/01/2025.
08/01/2025 - 16:32:24	Sistema	Motivo: Enviar proposta readequada juntamente com o catalogo e/ou manual do item.
08/01/2025 - 16:34:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/01/2025 - 16:51:55	Pregoeiro	Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 08:00h.
09/01/2025 - 08:03:40	Pregoeiro	Bom dia, licitantes!
09/01/2025 - 10:58:57	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo de 11:00h às 13:00h.
09/01/2025 - 13:06:23	Pregoeiro	Boa tarde, licitantes!
09/01/2025 - 16:52:03	Pregoeiro	Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 08:00h.
10/01/2025 - 08:01:39	Pregoeiro	Bom dia, licitantes!
10/01/2025 - 10:56:57	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo de 11:00h às 13:00h.
10/01/2025 - 13:03:07	Pregoeiro	Boa tarde, licitantes!
10/01/2025 - 15:33:38	Pregoeiro	Prezados licitantes, o pregão está suspenso para análise de propostas e avisaremos o retorno com antecedência mínima de 24 horas.
13/01/2025 - 10:31:59	Pregoeiro	Senhores licitantes, retornaremos amanhã dia 14/01/2024 às 13:00h.
13/01/2025 - 10:33:23	Pregoeiro	Corrigindo a mensagem anterior: Senhores licitantes, retornaremos amanhã dia 14/01/2025 às 13:00h.
14/01/2025 - 13:03:05	Pregoeiro	Boa tarde, licitantes!
14/01/2025 - 13:13:58	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TECNICO ANÁLISE PROPOSTA - FUGIFILM.pdf) em 14/01/2025 às 13:13.



14/01/2025 - 14:34:13	Pregoeiro	Senhores licitantes, estamos analisando os documentos de habilitação.
14/01/2025 - 14:42:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:42 do dia 14/01/2025.
14/01/2025 - 14:42:51	Sistema	Motivo: Enviar conforme edital cláusula 9.12.2. - A empresa participante deve indicar uma Assistência Técnica Autorizada no estado de Minas Gerais, viabilizando o treinamento e a assistência técnica; e cláusula 9.12.3. - Apresentar, documentação comprobatória de Contrato de Prestação de Serviço da Assistência Técnica Autorizada do(s) equipamento(s).
14/01/2025 - 15:51:21	F. FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Documentação Item 0001: boa tarde, prezados, anexo documentos comprobatórios de assistencia tecnica no estado de MG.
14/01/2025 - 15:53:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2025 - 16:53:42	Pregoeiro	Prezados licitantes, retornaremos amanhã às 08:00h.
15/01/2025 - 08:00:33	Pregoeiro	Bom dia, licitantes!
15/01/2025 - 08:20:48	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_.pdf) em 15/01/2025 às 08:20.
15/01/2025 - 08:22:28	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FUJIFILM DO BRASIL LTDA..
15/01/2025 - 08:23:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2025 às 08:53.
15/01/2025 - 08:27:39	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2025 - 08:33:52	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/01/2025 - 08:54:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
15/01/2025 - 08:54:30	Sistema	Intenção: bom dia, registramos a intenção de recurso visto que a empresa vencedora não atende ao descritivo na integra, entre os pontos esta o sistema de colimação, maiores informações, serão dadas em nossa peça recursal.
15/01/2025 - 08:54:38	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
15/01/2025 - 08:54:38	Sistema	Intenção: Bom dia, sr. pregoeiro Manifestamos intenção de recurso, visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, motivos os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal
15/01/2025 - 08:54:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
15/01/2025 - 08:54:42	Sistema	Intenção: Bom dia. Manifestamos intenção de recurso, contra nossa desclassificação e visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, no que diz respeito do pacote Dicom, entre outros motivos, os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal.
15/01/2025 - 08:54:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
15/01/2025 - 08:54:47	Sistema	Intenção: Bom dia! Manifestamos a intenção de recurso contra a nossa desclassificação e pelo fato da empresa habilitada não atender os requisitos solicitados no edital. Ademais considerações será apresentada na nossa peça recursal.
15/01/2025 - 08:57:30	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 22/01/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/01/2025 às 23:59.
22/01/2025 - 14:42:33	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
22/01/2025 - 15:51:52	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
29/01/2025 - 12:01:51	Sistema	O fornecedor FUJIFILM DO BRASIL LTDA. - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
29/01/2025 - 12:03:02	Sistema	O fornecedor FUJIFILM DO BRASIL LTDA. - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
18/02/2025 - 15:49:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Técnico - Mamógrafo.pdf) em 18/02/2025 às 15:49.
18/02/2025 - 15:54:38	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
18/02/2025 - 15:54:38	Sistema	Motivo: Conforme anexo.
18/02/2025 - 15:55:22	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
18/02/2025 - 15:55:22	Sistema	Motivo: Conforme anexo.
18/02/2025 - 15:56:37	Sistema	O lance para o item 0001 no valor de R\$ 1.129.877,00 foi desclassificado.
18/02/2025 - 15:56:37	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
18/02/2025 - 15:56:37	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
18/02/2025 - 15:56:37	Sistema	Motivo: Conforme anexo.
18/02/2025 - 15:56:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 1.090.000,00.
18/02/2025 - 16:15:55	Pregoeiro	Senhores licitantes, retornaremos amanhã às 08:00h. Peço que fiquem atentos pois iremos solicitar os documentos de habilitação.
19/02/2025 - 08:00:07	Pregoeiro	Bom dia, licitantes!
19/02/2025 - 08:17:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:17 do dia 19/02/2025.
19/02/2025 - 08:17:03	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação conforme previsto em edital.
19/02/2025 - 08:37:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/02/2025 - 10:57:16	Pregoeiro	Senhores licitantes, teremos um intervalo de 11:00h às 13:00h.
19/02/2025 - 13:02:30	Pregoeiro	Boa tarde, licitantes!
19/02/2025 - 14:09:37	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (13_PARECER_TECNICO_DOCUMENTOS_DE_HABILITACAO_1.pdf) em 19/02/2025 às 14:09.
19/02/2025 - 14:11:28	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.



19/02/2025 - 14:11:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/02/2025 às 14:41.
19/02/2025 - 14:29:45	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/02/2025 - 15:00:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
19/02/2025 - 15:00:48	Sistema	Intenção: Boa tarde. Manifestamos intenção de recurso, contra nossa desclassificação e visto que a empresa declarada vencedora não atende integralmente em Termos Técnicos solicitado no Edital e em seu Termo de Referência, no que diz respeito a potência solicitada no edital, entre outros motivos, os quais discorreremos em maiores detalhes em nossa peça recursal.
19/02/2025 - 15:01:48	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 24/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/02/2025 às 23:59.
24/02/2025 - 17:03:25	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
27/02/2025 - 17:29:14	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
07/03/2025 - 16:39:52	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
10/03/2025 - 09:02:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2025 - 10:15:02	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS.
10/03/2025 - 10:15:16	Sistema	O item 0001 foi homologado por JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
JOSÉ DOS SANTOS CARDOSO	10/03/2025 - 06:58:49

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA	26/12/2024 - 15:51:27
KARINE ALVES SANTOS	06/01/2025 - 07:57:54

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Franciele de Oliveira Ramos	26/12/2024 - 15:51:27
Franciele de Oliveira Ramos	26/12/2024 - 15:51:31
Franciele de Oliveira Ramos	06/01/2025 - 07:57:54
Franciele de Oliveira Ramos	10/03/2025 - 06:58:49

CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

JAMYLLE DE OLIVEIRA E LUCAS
Autoridade Competente

Franciele de Oliveira Ramos
Apoio

